



โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี  
รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ  
ขอบลิ้นหัวใจเทียมแบบ Composite

๑. เป็นขอบลิ้นหัวใจเทียม ใช้สำหรับการผ่าตัดซ่อมขอบลิ้นหัวใจไมทรัล
  ๒. ทำมาจากวัสดุโลหะอัลลอยด์ MP๓๕N หุ้มด้วยซิลิโคนด้านในและด้านนอกหุ้มด้วยโพลีเอสเตอร์
  ๓. บริเวณขอบลิ้นหัวใจเทียมมีจุดบอดตำแหน่ง ๓ จุด
  ๔. ขอบลิ้นแบบเต็มวง (Ring) มีด้านโพสทีเรียร์เป็นแบบยึดหยุ่น ด้านแอนทีเรียร์เป็นแบบกึ่งแข็ง
  ๕. มีขนาดต่างๆ ให้เลือกได้ตามความเหมาะสมสำหรับคนไข้มีขนาด ดังนี้  
แบบเต็มวง (CG FUTURE RING) มี ๘ ขนาดดังนี้  
๒๔ มม., ๒๖ มม., ๒๘ มม., ๓๐ มม., ๓๒ มม., ๓๔ มม., ๓๖ มม. และ ๓๘ มม.  
แบบไม่เต็มวง (CG FUTURE BAND) มี ๖ ขนาดดังนี้  
๒๖ มม., ๒๘ มม., ๓๐ มม., ๓๒ มม., ๓๔ มม. และ ๓๘ มม.
๖. บรรจุอยู่ในภาชนะที่ปลอดเชื้อโรคผ่านการฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วสามารถเปิดออกใช้งานได้ทันที

เงื่อนไขเฉพาะ

๓. บริษัทฯ มีเอกสารรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่าย
๔. มีคู่มือการใช้งาน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ  
(นายธีรพล เกาะเทียน) นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ  
(นายเกียรติพันธ์ จิตวรวิสุทธิ์) นายแพทย์ชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ  
(นางธนาอนุช พวงแก้ว) พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ