

## โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะในรายการจ้างซ่อมเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่น  
ความถี่สูง ยี่ห้อ PHILIPS ID:๖๖๐๑๖ เลขครุภัณฑ์ ๖๕๒๕-๐๐๖-๐๐๐๑/๐๐๑๒/๒๕๕๗  
ของ หอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม ๒ ทิศใต้

### วัตถุประสงค์

เพื่อให้เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง ยี่ห้อ PHILIPS รุ่น Clear Vue๓๕๐ ID:๖๖๐๑๖ เลขครุภัณฑ์ ๖๕๒๕-๐๐๖-๐๐๐๑/๐๐๑๒/๒๕๕๗ ของ หอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม ๒ ทิศใต้ สามารถเปิดระบบปฏิบัติการได้ สามารถใช้งานได้ตามปกติ จึงมีความจำเป็นต้องเปลี่ยน PC Module for change in audio Codec

### คุณลักษณะเฉพาะ

เป็นชุด PC Module for change in audio Codec ของเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง ยี่ห้อ PHILIPS รุ่น Clear Vue๓๕๐ ID:๖๖๐๑๖ เลขครุภัณฑ์ ๖๕๒๕-๐๐๖-๐๐๐๑/๐๐๑๒/๒๕๕๗ ของ หอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม ๒ ทิศใต้ เมื่อติดตั้งแล้วสามารถทำให้เครื่องสามารถตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยได้ตามปกติตามคุณลักษณะของเครื่อง

### คุณสมบัติด้านเทคนิค

๑. เป็นอะไหล่ของเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูงยี่ห้อ Philip รุ่น Clear Vue๓๕๐
๒. เป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่วนที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานและแสดงผล

### เงื่อนไขเฉพาะ

๑. อะไหล่ที่นำมาส่งมอบต้องเป็นอะไหล่ใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
๒. ติดตั้งโดยวิศวกรของบริษัทฯ
๓. ผู้เสนอราคาจะต้องรับประกันการซ่อมและจะต้องรับประกันอะไหล่ไม่น้อยกว่า ๑ ปี

(นายสุชาติ บุรพันธ์)  
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

(นางสาวบังอร สิงห์แก้ว)  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(นายญาณเดช แห่งธรรม)  
นายช่างเทคนิค(พนักงานราชการ)