

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของงานจ้างซ่อมเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ ยี่ห้อ Draeger
เลขครุภัณฑ์ ๖๕๑๕-๐๐๙-๐๐๐๔/๐๐๖๘/๒๕๕๘ ID:๗๐๕๔๕ ของงานวิสัญญี

1. **ความต้องการ**
แผงวงจรหลักสำหรับ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ ID70545
2. **วัตถุประสงค์การใช้งาน**
ใช้สำหรับเปลี่ยนซ่อมเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ ในห้องผ่าตัด
3. **คุณสมบัติทั่วไป**
เป็นแผงวงจรหลักสำหรับ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ ID70545
4. **คุณสมบัติทางเทคนิค**
 - 4.1. มีพอร์ตเชื่อมต่อ ไม่น้อยกว่าดังนี้
 - 4.1.1. 3 external RS232(9pin) connectors
 - 4.1.2. 3 USB ports(on the back panel)
 - 4.1.3. 3 USB ports(on side panel)
 - 4.1.4. 1 DVI-I for digital video output
 - 4.1.5. 2 LAN 10/100Mb/s isolated
 - 4.1.6. 2 RJ45 Ethernet connectors
 - 4.2. มีจำนวนช่องติดตั้งแรม จำนวน 2 ช่อง ชนิด DDR3 หรือดีกว่า
 - 4.3. มีหน่วยประมวลผลกลาง(ซีพียู) เป็น Intel Celeron M 723ULV หรือดีกว่า
5. **อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน** -
6. **เงื่อนไขเฉพาะ**
 - 6.1 ผู้ขายรับประกันคุณภาพสินค้าเป็นเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันส่งมอบสินค้า
 - 6.2 เป็นของใหม่ ไม่เคยถูกใช้งานมาก่อน

นายปรีดา อธิธรรมบุรณ
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์

นายศิริพงษ์ ทรัพย์อุดมมาก
นายแพทย์ชำนาญการ

นายฉลาด แสงดี
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน