

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของ
สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลายด้วยบอลลูน PTA Balloon ๐.๐๓๕"
เคลือบด้วย Hydrophilic Coating พร้อมอุปกรณ์พองบอลลูน

๑. คุณลักษณะทั่วไป

๑.๑ เป็นสายสวนที่มีบอลลูนหุ้มที่ปลายใช้เพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วน ปลาย Carotid, Iliac, SFA, Popliteal และ Renal

๒. คุณลักษณะเฉพาะ

๒.๑ บอลลูนเป็นแบบใช้ร่วมกับลวดนำ guide wire ๐.๐๓๕ นิ้ว เป็น Standard balloon (OTW)

๒.๒ บอลลูนทำจาก Nylon เป็นแบบ Semi-compliant สามารถทนต่อแรงดันได้สูงสุด (Rated Burst Pressure) ๑๖ atm. เหมาะสำหรับหลอดเลือดแดงส่วนปลายบริเวณที่มี Long lesions และส่วนปลายของสายสวนมีขนาดเรียวยาวเล็กน้อยช่วยให้ใส่สายได้ง่าย สะดวกและรวดเร็ว

๒.๓ มีตัวชี้ตำแหน่งที่มองเห็นได้ขณะถ่ายภาพเอ็กซเรย์ (One marker at proximal and distal end of balloon)

๒.๔ บอลลูนมีขนาดให้เลือก

Balloon Diameter มีขนาด ๓,๓.๕,๔,๔.๕,๕,๕.๕,๖,๖.๕,๗,๘,๘.๕,๑๐,๑๒ มิลลิเมตร

Balloon Length มีความยาว ๒,๓,๔,๖,๘,๑๐,๑๒ เซนติเมตร

Working catheter length มีขนาดความยาวให้เลือกคือ ๘๐,๑๓๕ และ ๑๙๐ เซนติเมตร

๒.๕ ใช้ได้กับ Introducer sheath ขนาด ๕-๗ Fr.


๒.๖ ชุดสายสวนประกอบด้วย สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลายด้วยบอลลูน และอุปกรณ์พองบอลลูน

๒.๗ ได้รับการทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว

๒.๘ รับประกันคุณภาพ ๑ ปี

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
นายสัมพันธ์ อัดตศิริลักษณ์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางจตุพร บุญมานันท์) พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางกฤติณา ศักดาเลิศฐิตา) พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ