

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลายด้วยบอลลูน PTA Balloon ๐.๐๓๕  
เคลือบด้วย Hydrophilic coating พร้อมอุปกรณ์พองบอลลูน

**๑. คุณลักษณะทั่วไป**

- ๑.๑) เป็นสายสวนที่มีบอลลูนหุ้มที่ปลายใช้เพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลาย Carotid, Iliac, SFA, Popliteal และ Renal

**๒. คุณลักษณะเฉพาะ**

- ๒.๑) บอลลูนเป็นแบบใช้ร่วมกับลวดนำ guide wire ๐.๐๓๕ นิ้ว เป็น Standard balloon (OTW)
- ๒.๒) บอลลูนทำจาก Nylon เป็นแบบ Semi-compliant สามารถทนต่อแรงดันได้สูงสุด (Rated Burst Pressure) ๑๖ atm. เหมาะสำหรับหลอดเลือดแดงส่วนปลายบริเวณที่มี Long lesions และส่วนปลายของสายสวนมีขนาดเล็กช่วยให้ใส่สายได้ง่าย สะดวกและรวดเร็ว
- ๒.๓) มีตัวชี้ตำแหน่งที่มองเห็นได้ขณะถ่ายภาพเอ็กซเรย์ (One marker at proximal and distal end of balloon )
- ๒.๔) บอลลูนมีขนาดให้เลือก  
Balloon Diameter มีขนาด ๓,๓.๕,๔,๔.๕,๕,๕.๕,๖,๖.๕,๗,๘,๙,๑๐,๑๒ มิลลิเมตร  
Balloon Length มีความยาว ๒,๓,๔,๖,๘,๑๐,๑๒ เซนติเมตร  
Working catheter length มีขนาดความยาวให้เลือกคือ ๘๐,๑๓๕ และ ๑๙๐ เซนติเมตร
- ๒.๕) ใช้ได้กับ Introducer sheath ขนาด ๕-๗ Fr.
- ๒.๖) ชุดสายสวนประกอบด้วย สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลายด้วยบอลลูน และอุปกรณ์พองบอลลูน
- ๒.๗) ได้รับการทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว
- ๒.๘) รับประกันคุณภาพ ๑ ปี

(ลงชื่อ)..... กรรมการ  
(นายสัมฤทธิ์ อัดตสิริลักษณ์) นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ  
(นางจตุพร บุญมานันท์) พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ  
(นางกฤติณา ศักดาเลิศฐิตา) พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ