




โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี  
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
แผ่นติดหน้าอกเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดรังสีผ่านไม่ได้

๑. ความต้องการ แผ่นกระตุ้นหัวใจสำหรับใช้กับเครื่องกระตุ้นหัวใจที่อยู่ในโรงพยาบาล
๒. วัสดุประสงค์ เพื่อใช้กับเครื่องกระตุ้นหัวใจที่โรงพยาบาลใช้อยู่ รังสีไม่สามารถทะลุผ่านได้
๓. คุณสมบัติทั่วไป
  - ๓.๑ เป็นแผ่นกระตุ้นหัวใจที่สามารถใช้ร่วมงานกับเครื่องกระตุ้นหัวใจ ที่โรงพยาบาลมีอยู่ได้
  - ๓.๒ สามารถใช้กระตุ้นหัวใจและทำ pacing ได้
  - ๓.๓ แผ่นกระตุ้นหัวใจแยกออกเป็น ๒ แผ่น
  - ๓.๔ มี connector ยื่นออกมาออกช่องเพื่อทำให้ต่อแผ่นกระตุ้นหัวใจกับตัวเครื่องไว้ล่วงหน้าได้เพื่อความสะดวกเร็วในการทำงาน
  - ๓.๕ เป็นแผ่นกระตุ้นหัวใจยี่ห้อเดียวกับเครื่องกระตุ้นหัวใจ


(ลงชื่อ).......... ประธานกรรมการฯ  
(นายประพตธิ์ ธนกิจจารุ) นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ


(ลงชื่อ).......... กรรมการฯ  
(นางเบญจมาศ ศรีวัฒนานนท์) พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


(ลงชื่อ).......... กรรมการฯ  
(นางสาวโสภิตา จันทร์สด) พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี  
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
แผ่นติดหน้าอกเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดรังสีผ่านได้

๑. ความต้องการ แผ่นกระตุกหัวใจชนิดรังสีทะลุผ่านได้สำหรับใช้กับเครื่องกระตุกหัวใจ
๒. วัตถุประสงค์ เพื่อใช้กับเครื่องกระตุกหัวใจสำหรับกระตุกหัวใจผู้ป่วยขณะที่ทำการ X ray โดยที่รังสีสามารถทะลุผ่านได้
๓. คุณสมบัติทั่วไป
  - ๓.๑ เป็นแผ่นกระตุกหัวใจที่สามารถใช้ร่วมงานกับเครื่องกระตุกหัวใจ ที่โรงพยาบาลมีอยู่ได้
  - ๓.๒ แผ่นกระตุกหัวใจเป็นชนิดที่รังสีสามารถทะลุผ่านได้
  - ๓.๖ บริเวณเจลสำหรับติดผิวหนังผู้ป่วยเป็น LVP gel เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อผิวหนังผู้ป่วย
  - ๓.๗ สามารถเลือกใช้แบบ sterile เพื่อใช้ในห้องผ่าตัดได้
  - ๓.๘ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ห่อเดียวกับเครื่องกระตุกหัวใจ


(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการฯ  
(นายประพทธี ธนกิจจารุ) นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ


(ลงชื่อ)..........กรรมการฯ  
(นางเบญจมาศ ศรีพัฒนานนท์) พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


(ลงชื่อ)..........กรรมการฯ  
(นางสาวโสภิตา จันทร์สด) พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี  
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
แผ่นติดหน้าอกเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจพร้อม CPR stat Padz

๑. ความต้องการ แผ่นกระตุ้นหัวใจสำหรับใช้กับเครื่องกระตุ้นหัวใจที่อยู่ในโรงพยาบาล
๒. วัตถุประสงค์ เพื่อใช้กับเครื่องกระตุ้นหัวใจที่โรงพยาบาลใช้อยู่ รังสีสามารถทะลุผ่านได้
๓. คุณสมบัติทั่วไป
  - ๓.๑ เป็นแผ่นกระตุ้นหัวใจที่สามารถใช้ร่วมงานกับเครื่องกระตุ้นหัวใจ ที่โรงพยาบาลมีอยู่ได้
  - ๓.๒ สามารถใช้กระตุ้นหัวใจ และทำ pacing ได้
  - ๓.๓ แผ่นกระตุ้นหัวใจแยกออกเป็น ๒ แผ่น
  - ๓.๔ มี CPR sensor ที่สามารถบอก CPR feedback ได้
  - ๓.๕ มี connector ยื่นออกมานอกช่องเพื่อทำให้ต่อแผ่นกระตุ้นหัวใจกับตัวเครื่องไว้ล่วงหน้าได้เพื่อความรวดเร็วในการใช้งาน

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการฯ  
(นายประพจน์ ฌนกิจจรรู) นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)..........กรรมการฯ  
(นางเบญจมาศ ศรีวัฒนานนท์) พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ)..........กรรมการฯ  
(นางสาวโสภิตา จันทร์สด) พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ