

๔. คุณลักษณะเฉพาะ

๔.๑ วัตถุประสงค์

เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์เจาะเก็บเลือดจากผู้บริจาคเลือด

๔.๒ คุณลักษณะทั่วไป

ถุงบรรจุโลหิตชนิด ๔ ถุง ขนาด ๔๕๐ มล.

๔.๓ คุณลักษณะเฉพาะ

๔.๓.๑ เป็นถุงบรรจุโลหิต ชนิด ๔ ถุง ประกอบด้วยถุงใบแรก ขนาด ๔๕๐ CC. ถุงใบที่ ๒ ขนาด ๑๕๐ CC ถุงใบที่ ๓ ขนาด ๔๐๐ CC และถุงใบสุดท้ายขนาด ๔๐๐ CC ซึ่งถุงใบที่ ๓ และใบที่ ๔ สามารถเก็บเกล็ดเลือดได้นาน ๕ วัน

๔.๓.๒ ถุงบรรจุโลหิตทำจากสารสังเคราะห์ PVC Medical grade ที่ไม่เป็นพิษ ใส ม้วนงอได้ ไม่เสียรูป ผิวพลาสติกด้านในไม่เรียบ เพื่อป้องกันพลาสติกแนบติดกัน

๔.๓.๓ มีท่อถ่ายเลือด จำนวน ๒ ท่อ และแผ่นปิดมิดชิด แบบ Peel off tab สามารถเปิดฉีกออกได้ง่าย จากโคนท่อไปด้านปลายท่อ

๔.๓.๔ ท่อถ่ายเลือดเป็นแบบ Kliktip เพื่อง่ายและสะดวกต่อการถ่ายส่วนประกอบโลหิตไปยังถุงเปล่า

๔.๓.๕ สายถ่ายเลือดทำจากสารสังเคราะห์ PVC Medical grade ที่ไม่เป็นพิษ ใส ไม่เรียบ สามารถปิดงอได้ไม่ติดกัน และมีตัวเลขจำเพาะบอกเบอร์ถุงติดอยู่บนสาย

๔.๓.๖ เข็มเจาะเลือด เป็นแบบ Ultra thin wall ขนาด ๑๖x๑ ๑/๒ นิ้ว เคลือบด้วยซิลิโคนด้ามเข็มใส ด้านข้างเว้า , ไม่เรียบเพื่อให้กระชับ ไม่หลุดลื่นและส่วนของเข็มมีปลอกพลาสติกแข็งใส สวมติดอยู่

๔.๓.๗ ด้ามเข็มและปลอกเข็มมีเส้นสีดำ เป็นเส้นตรงแนวเดียวกัน เพื่อแสดงว่ายังไม่มีการเปิดใช้

๔.๓.๘ ถุงบรรจุโลหิตทั้งหมดปราศจากเชื้อ บรรจุในกล่องพลาสติกเพื่อสะดวกในการเก็บรักษา

๔.๓.๙ ภายในกล่องมีสารดูดซับออกซิเจน เพื่อป้องกันการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์

๔.๓.๑๐ เป็นผลิตภัณฑ์ของทวีป เอเชีย ยุโรป อเมริกา

๔.๔ เงื่อนไขเฉพาะ

๔.๔.๑ หากมีการเสื่อมสภาพหรือมีการฉีกขาดของกล่องบรรจุหรือถุง ผู้ขายต้องเปลี่ยนถุงเลือดให้ใหม่ เท่าจำนวนที่เสียไป

๔.๔.๒ มีหนังสือรับรองคุณภาพจากบริษัทผู้ผลิตหรือผู้จำหน่าย

๔.๔.๓ ผู้จำหน่ายต้องได้รับการประเมินคุณภาพจากผู้ใช้ทุก ๓ เดือน ถ้าไม่ผ่านการทดสอบ ผู้ซื้อ มีสิทธิยกเลิกสัญญา โดยผู้จำหน่ายไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากผู้ซื้อได้