

## โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

### รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

### สายสวนเพื่อขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลายด้วยบอลลูนสำหรับการฉีดสี

#### ๑. คุณลักษณะทั่วไป

เป็นสายสวนที่มีบอลลูนหุ้มที่ปลายใช้เพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลาย Carotid, Iliac, SFA, Popliteal และ Renal

#### ๒. คุณลักษณะเฉพาะ

- ๑) บอลลูนแบบ ๐.๐๓๕ นิ้ว เป็น Standard balloon ใช้ได้กับ guide wire ขนาดไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๐.๐๓๕ นิ้ว
- ๒) บอลลูนทำจาก Nylon balloon with CHECKER Flex Points ช่วยให้ใส่สายได้ง่ายมีขนาดเรียวยาวสามารถทนต่อแรงดันได้สูงเหมาะสำหรับหลอดเลือดแดงส่วนปลายบริเวณที่มี Long lesions เนื่องจาก balloon มีขนาดความยาวมากให้เลือกด้วย
- ๓) มีตัวชี้ตำแหน่งที่มองเห็นได้ขณะถ่ายภาพเอ็กซเรย์ ( Marker )
- ๔) บอลลูนมีขนาดให้เลือก Balloon Diameter อยู่ระหว่าง ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐ mm. Balloon Length อยู่ระหว่าง ๒, ๔, ๖, ๘, ๑๐ และ ๑๕ cm. และความยาว Shaft Length อยู่ระหว่าง ๘๐ - ๑๓๕ cm.
- ๕) ใช้ได้กับ Introducer sheath ขนาดประมาณ ๕-๗ Fr.
- ๖) ได้รับการทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว
- ๗) รับประกันคุณภาพ ๑ ปี



นายธีรพล เกาะเทียน

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ