

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงานจ้างบำรุงรักษาเครื่องตรวจการทำงานของหัวใจโดยใช้คลื่น
ห่อ Philips รุ่น EPIQ๗ หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๕๒๕-๐๐๘-๑๑๐๑/๐๐๑๕/๒๕๕๕ ID:๖๖๑๖๘
ของห้องตรวจสวนหัวใจ

๑. การตรวจเช็คบำรุงรักษา (PREVENTIVE MAINTENANCE) ทำทุก ๔ เดือน รวม ๓ ครั้ง/ปี โดยมีรายละเอียดการตรวจเช็คตรงตามมาตรฐานของบริษัทฯผู้ผลิต ดังนี้
 - ตรวจสอบการทำงานของเครื่องและอุปกรณ์ต่างๆ
 - ตรวจสอบการวิเคราะห์ห้วงวินัจฉัยระบบการประมวลผลข้อมูลทาง Service Menu
 - ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ, การรั่วของกระแสไฟ
๒. ทำความสะอาดเครื่องและอุปกรณ์ต่าง ๆ ของเครื่องเช่น Air filter, Cooling fan และอื่นๆ
๓. ไม่เสียค่าบริการซ่อม (CORRECTIVE MAINTENANCE) เมื่อเรียกใช้บริการ (ครั้งละ ๒๐,๐๐๐ บาท)
๔. การให้บริการตามสัญญาฯ ตั้งแต่เวลา ๘.๐๐ ถึง ๑๗.๐๐ น. หากภายในวันที่รับแจ้งไม่สามารถเข้าดำเนินการได้จะเข้าดำเนินการปฏิบัติงานภายในวันถัดไป ยกเว้นวันหยุดทำการ
๕. เข้าพื้นที่ปฏิบัติงานภายใน ๒๔ ชั่วโมงในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ๔๘ ชั่วโมงในเขตต่างจังหวัด
๖. ลงพื้นที่ปฏิบัติงานในการให้บริการภายใน ๒ ชั่วโมง ภายหลังจากได้ทำการนัดหมาย
๗. การให้บริการด้านการ Upgrade Software Version โดยไม่คิดมูลค่าตามเงื่อนไขของบริษัทผู้ผลิต กำหนด ทั้งนี้ยกเว้น การ Update/Upgrade อุปกรณ์เสริมพิเศษ (Option) ที่ไม่มีผลต่อการใช้งานตามปกติ
๘. ไม่เสียค่าอะไหล่ ในกรณีที่เครื่องชำรุดอันเกิดจากการใช้งานตามปกติ ทั้งนี้ไม่รวมอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ เช่น เครื่องพิมพ์ (Printer), Video Tape Recorder (VTR) และหัวตรวจ (Ultrasound Probe) (SD)
๙. หากอะไหล่ที่ยกเว้นตามข้อ ๘ ชำรุด บริษัทฯ จะทำการเสนอราคาโดยลดราคาอะไหล่ ๑๐% ทั้งนี้เป็นราคาแลกเปลี่ยนอะไหล่ (อะไหล่เสียต้องส่งคืนบริษัทฯ)
๑๐. การเคลมอะไหล่ที่เสียกรณีอื่นๆ เมื่อได้รับอะไหล่แล้วจะต้องส่งคืนอะไหล่เก่าที่เสียให้กับบริษัทฯ
๑๑. การเบิกอะไหล่จะสามารถเบิกอะไหล่เพื่อใช้กับเครื่องที่ระบุในใบเสนอราคาฉบับนี้เท่านั้น ไม่สามารถนำอะไหล่ไปใช้กับเครื่องอื่นๆ ได้
๑๒. การเบิกอะไหล่จาก Stock สิงคโปร์ใช้เวลาไม่เกิน ๗ วันทำการ และการเบิกอะไหล่จาก Stock ในยุโรป หรือสหรัฐอเมริกาใช้เวลาไม่เกิน ๑๔ วันทำการ



(นายประพทธี ชนกิจจาร์)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ



(นางปิยะรัตน์ โกมลศาสตร์)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ



(นางเบญจมาศ ศรีวัฒนานนท์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ