

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

บันไดขึ้นเตียงสแตนเลส 1 ชั้น

1.คุณสมบัติทั่วไป : เป็นบันไดสำหรับขึ้นเตียงแบบสแตนเลส 1 ชั้น

2.คุณลักษณะเฉพาะ

- 1 เป็นบันได 1 ชั้นทำจากสแตนเลสอย่างดีไม่เป็นสนิม
- 2 ที่วางเท้ามีขนาดความกว้าง 26 ซม.และความยาว 43.5 ซม.
- 3 ที่วางเท้ามีวัสดุกันลื่นสีดำนูนกับบันได
- 4 ขาบันไดมีลักษณะกลม ทำด้วยสแตนเลสที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 นิ้ว
- 5 มีขาบันไดจำนวน 4 ขา และมีปลอกพลาสติกหุ้มปลายขาบันไดกันลื่นทั้ง 4 ขา

3.อื่นๆ

- 3.1 รับประกันสินค้าจากการใช้งานตามปกติเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
- 3.2 เป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
- 3.3 ผ่านการประเมินสินค้าจากผู้ใช้
- 3.4 มีของตัวอย่างนำมาแสดงหลังวันเสนอราคาให้คณะกรรมการพิจารณา

(นางนวลน้อย โทตระไวศยะ)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(นางสาวสุกัญญา สุพิชญ์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(นางอรัทัย วะสมบัติ)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ
รถฉุกเฉินแสดนเลส 3 ล้อ

1. ความต้องการ : รถฉุกเฉินแสดนเลส 3 ล้อ พร้อมด้ามจับ ขาใส่ล้อ
2. วัตถุประสงค์การใช้งาน: ใช้สำหรับวางเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นและฉุกเฉินในการช่วยชีวิตผู้ป่วย
3. คุณสมบัติเฉพาะ:
 - 3.1 ทำด้วยแสดนเลสอย่างดีเกรดทางการแพทย์ ไม่เป็นสนิม
 - 3.2 ด้านบนของตัวรถมี 1 ชั้น ด้านล่างมี 3 ล้อทำด้วยแสดนเลส
 - 3.3 ด้านข้างของทางกว้างมีด้ามจับขึ้น 1 ด้าน
 - 3.4 มีราวกัน 3 ด้านทั้ง 2 ชั้น ทำด้วยท่อแสดนเลสเพลากลม หนา 5/16 นิ้ว
 - 3.5 แผ่นแสดนเลสที่ใช้ทำรถ หนาไม่น้อยกว่า 1 มม.
 - 3.6 ล้อชั้นบนสูง ไม่น้อยกว่า 5 นิ้ว ชั้นล่างไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว
 - 3.7 ขาดัง 4 ขา ใส่ล้อ ขนาด 3 นิ้ว จำนวน 4 ล้อ ทำด้วยท่อแสดนเลสกลมขนาด 1 นิ้ว หนา 1 มม.
 - 3.8 ขนาดรถ 16x20x34 นิ้ว ความสูงรวมล้อ
4. อื่นๆ
 - 4.1 รับประกันสินค้าจากการใช้งานตามปกติเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
 - 4.2 เป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
 - 4.3 ผ่านการประเมินสินค้าจากผู้ใช้
 - 4.4 มีของตัวอย่างนำมาแสดงหลังวันเสนอราคาให้คณะกรรมการพิจารณา



(นางนวลน้อย โทตระไวศยะ)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ



(นางสาวสุกัญญา สุพิชญ์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ



(นางอรัทัย วะสมบัติ)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

1

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ
รถเข็นของ 2 ชั้น

1. ความต้องการ: รถเข็นของแอสตันเลส 2 ชั้นขนาด 45x73.5x80 ซม. มีขอบ 4 ด้าน พร้อมด้ามเข็น
ขาใส่ลูกล้อ
2. วัตถุประสงค์การใช้งาน: ใช้สำหรับเข็นอุปกรณ์ทางการแพทย์
3. คุณสมบัติเฉพาะ:
 - 3.1 รถเข็นของแอสตันเลส 2 ชั้นขนาด 45x73.5x80 ซม.
 - 3.2 ชั้นทำด้วยแอสตันเลส ขอบทงาย
 - 3.3 ด้านข้างของทางกว้างมีด้ามจับเข็น 1 ด้าน
 - 3.4 ขาดัง 4 ขาทำด้วยท่อกลมขนาด 1 นิ้วหนา 1 นิ้ว
 - 3.5 ขาดังใส่ลูกล้อ ขนาด 3 นิ้ว จำนวน 4 ล้อ
4. อื่นๆ
 - 4.1 รับประกันสินค้าจากการใช้งานตามปกติเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
 - 4.2 เป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
 - 4.3 ผ่านการประเมินสินค้าจากผู้ใช้
 - 4.4 มีของตัวอย่างนำมาแสดงหลังวันเสนอราคาให้คณะกรรมการพิจารณา

(นางนวลน้อย โทตระไวศยะ)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(นางสาวสุกัญญา สุพิชญ์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(นางอรทัย วะสมบัติ)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

รถเก็บ CHART ผู้ป่วย เก็บได้ 40 ช่อง

1. **ความต้องการ :** รถสแตนเลสชั้นของ 2 ชั้น ขนาด 45x85x80 ซม. มีขอบ 4 ด้าน พร้อมด้ามเข็น
ขาใส่ลูกล้อ
2. **วัตถุประสงค์การใช้งาน :** ใช้สำหรับเข็นเครื่องมือทางการแพทย์และอุปกรณ์ทั่วไป
3. **คุณสมบัติเฉพาะ**
 1. รถชั้นของ 2 ชั้น ขนาด 45x85x80 ซม.
 2. ชั้นทั้ง 2 ชั้น มีขอบหยาบ 4 ด้าน ทำด้วยแผ่นสแตนเลส
 3. ขาดังทั้ง 4 ขา ทำด้วยท่อกลมขนาด 1" หนา 1 มม.
 4. มีด้ามจับเข็น 1 อัน
 5. ใส่ลูกล้อขนาด 3" จำนวน 4 ล้อ
4. **อื่น ๆ**
 1. รับประกันคุณภาพสินค้าจากการใช้งานตามปกติเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
 2. เป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
 3. ผ่านการทดลองการใช้งานหน่วยงานหรือมีใบประเมินสินค้า
 4. มีของตัวอย่างนำมาแสดงหลังวันเสนอราคาให้คณะกรรมการพิจารณา



(นางนวลน้อย โหตระไวศยะ)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ



(นางสาวสุกัลญา สุพิชญ์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ



(นางอรรทัย วัฒนสมบัติ)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ
รถเข็นของ

1. ความต้องการ: รถเข็นของแบบลูกกรงพร้อมด้ามเข็น ขาใส่ลูกล้อ
2. วัตถุประสงค์การใช้งาน: ใช้สำหรับเข็นอุปกรณ์ทางการแพทย์และสิ่งของทั่วไป
3. คุณสมบัติเฉพาะ:
 - 3.1 รถเข็นของใช้ทั่วไป ทำด้วยแอสตันเลส
 - 3.2 พื้นเรียบ ทำด้วยแอสตันเลสหนา 1 มม. พับขึ้นรูป ด้านล่างตามด้วยกระดูก ขนาด 15 ซม. ยาว 90 ซม. จำนวน 2 ตัว
 - 3.3 โครงรถทำด้วยท่อแอสตันเลสกลม ขนาด 2.5 ซม. หนา 1 มม.
 - 3.4 ขนาด 80x120x80 ซม.
 - 3.5 ด้านข้างของทางกว้างมีด้ามจับเข็น 1 ด้าน พร้อมราวกัน 3 ด้าน สูง 48 ซม.
 - 3.6 ขนาดช่องลูกกรงห่างประมาณ 20 ซม.
 - 3.7 ขาตั้งใส่ลูกล้อ ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 4 ล้อ
4. อื่นๆ
 - 4.1 รับประกันสินค้าจากการใช้งานตามปกติเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
 - 4.2 เป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
 - 4.3 ผ่านการประเมินสินค้าจากผู้ใช้
 - 4.4 มีของตัวอย่างนำมาแสดงหลังวันเสนอราคาให้คณะกรรมการพิจารณา

(นางนวลน้อย โทตระไวยะ)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(นางสาวสุกัญญา สุพิชญ์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(นางอรัทัย วะสมบัติ)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

รถเข็นของ 2 ชั้น

1. ความต้องการ: รถเข็นของแอสตันเลส 2 ชั้นขนาด 50x95x80 ซม. ด้านบนมีขอบ 4 ด้าน ด้านล่างมีขอบและราว 3 ด้าน พร้อมด้ามเข็น ขาใส่ล้อกล้อ
2. วัตถุประสงค์การใช้งาน: ใช้สำหรับเข็นอุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์ทั่วไป
3. คุณสมบัติเฉพาะ:
 - 3.1 เป็นรถเข็นของใช้ทั่วไป ทำด้วยแอสตันเลสอย่างดี
 - 3.2 มี 2 ชั้น ชั้นบนมีขอบ 4 ด้าน ชั้นล่างมีราวกัน 3 ด้าน ทำด้วยแอสตันเลสเพลลาหนา 3 มม.
 - 3.3 ด้านข้างของทางกว้างมีด้ามจับเข็น 1 ด้าน
 - 3.4 ขาตั้ง 4 ขา ชนิดยาวตลอด ทำด้วยแอสตันเลสแผ่นหนา 1 มม. ใส่ล้อกล้อขนาด 5 นิ้ว จำนวน 4 ล้อ
4. อื่นๆ
 - 4.1 รับประกันสินค้าจากการใช้งานตามปกติเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
 - 4.2 เป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
 - 4.3 ผ่านการประเมินสินค้าจากผู้ใช้
 - 4.4 มีของตัวอย่างนำมาแสดงหลังวันเสนอราคาให้คณะกรรมการพิจารณา

(นางนวลน้อย โทตระไวศยะ)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(นางสาวสุกัญญา สุพิชญ์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(นางอรทัย วะสมบัติ)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

รถเข็นของ 2 ชั้น มีตะกร้า

1. ความต้องการ: รถเข็นของแอสตันเลส 2 ชั้นแบบมีตะกร้า พร้อมด้ามเข็น ขาใส่ลูกล้อ
2. วัตถุประสงค์การใช้งาน: ใช้สำหรับเข็นอุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์ทั่วไป
3. คุณสมบัติเฉพาะ:
 - 3.1 เป็นรถเข็นของ 2 ชั้นแบบมีตะกร้าทั้ง 2 ชั้น ทำด้วยแอสตันเลสอย่างดี
 - 3.2 ด้านข้างของทางกว้างมีด้ามจับเข็น 1 ด้าน
 - 3.3 ขนาดตะกร้าชั้นบน 50x70x25 ซม.
 - 3.4 ขนาดตะกร้าชั้นล่าง 50x70x15 ซม.
 - 3.5 ตัวตะกร้าทำด้วยเพลลาแอสตันเลส 3/16
 - 3.6 โครงทำด้วยท่อแอสตันเลสกลม ขนาด 7/8 นิ้ว หนา 1 มม.
 - 3.7 ขาตั้ง 4 ขา ใส่ลูกล้อ ขนาด 5 นิ้ว จำนวน 4 ล้อ
4. อื่นๆ
 - 4.1 รับประกันสินค้าจากการใช้งานตามปกติเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
 - 4.2 เป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
 - 4.3 ผ่านการประเมินสินค้าจากผู้ใช้
 - 4.4 มีของตัวอย่างนำมาแสดงหลังวันเสนอราคาให้คณะกรรมการพิจารณา



(นางนวลน้อย โทตระไวศยะ)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ



(นางสาวสุกัญญา สุพิชญ์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ



(นางอรัทัย วะสมบัติ)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ
รถฉีดยา

- 1. ความต้องการ: รถฉีดยาขนาด 40x50x80 ซม.มีขอบ 3 ด้าน พร้อมด้ามเข็น ขาใส่ลูกล้อ
- 2. วัตถุประสงค์การใช้งาน: ใช้สำหรับวางเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์ทั่วไป
- 3. คุณสมบัติเฉพาะ:
 - 3.1 ทำด้วยแอสตนเลสอย่างดี
 - 3.2 เป็นรถเข็น 1 ล้อขับเคลื่อนด้วยแอสตนเลสแผ่นหนา 1 มม.
 - 3.3 ด้านข้างของทางกว้างมีด้ามจับเข็น 1 ด้าน
 - 3.4 ด้านบนมีขอบ 3 ด้านชั้นล่างมีราวกัน 3 ด้าน ทำด้วยท่อแอสตนเลสเพลากลม หนา 2 มม
 - 3.5 ขาตั้ง 4 ขา ใส่ลูกล้อ ขนาด 3 นิ้ว จำนวน 4 ล้อ ทำด้วยท่อแอสตนเลสกลมขนาด 1 นิ้ว หนา 1 มม.
 - 3.6 ขนาดรถเข็น 40x50x80 ซม. ความสูงรวมล้อ
- 4. อื่นๆ
 - 4.1 รับประกันสินค้าจากการใช้งานตามปกติเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
 - 4.2 เป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
 - 4.3 ผ่านการประเมินสินค้าจากผู้ใช้
 - 4.4 มีของตัวอย่างนำมาแสดงหลังวันเสนอราคาให้คณะกรรมการพิจารณา

(นางนวลน้อย โทตระไวศยะ)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(นางสาวสุกัญญา สุพิชญ์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(นางอรทัย วะสมบัติ)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

เครื่องวัดออกซิเจนแบบพกพา

1. ความต้องการ: เครื่องวัดออกซิเจนแบบพกพา
2. คุณลักษณะทั่วไป:
 - 2.1 ใช้สำหรับวัดชีพจรและความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือดจากภายนอก
 - 2.2 สามารถนำไปใช้งานในสถานที่ต่างๆได้สะดวก
 - 2.3 ใช้กับผู้ป่วยได้ทั้งผู้ใหญ่และเด็กเล็ก เด็กโตและทารกแรกเกิด
 - 2.4 ใช้แบตเตอรี่ชนิด alkaline หรือ recharge batteries ขนาดAAAจำนวน 2 ก้อน
 - 2.5 ตัวเครื่องได้มาตรฐาน CE-0123,TUV
3. คุณสมบัติเฉพาะ:
 - 3.1 วัดปริมาณความเข้มข้นของออกซิเจนไม่น้อยกว่า 0-99%
 - 3.2 ความเที่ยงตรงในการวัด
 - ความเข้มข้นของออกซิเจนไม่น้อยกว่า 80-99% ความผิดพลาดไม่เกิน 2 %
 - ความเข้มข้นของออกซิเจนไม่น้อยกว่า 70-80% ความผิดพลาดไม่เกิน 3 %
 - 3.3 วัดชีพจรได้ไม่น้อยกว่า 0-254 ครั้ง/นาที ความผิดพลาดไม่เกิน 2 ครั้ง/นาทีหรือ 2%
 - 3.4 ตัวเครื่องมีสัญญาณเตือนในกรณีที่ แบตเตอรี่อ่อนกำลัง
 - 3.5 จอแสดงผลเป็นแบบดิจิตอล LED 2 แถว โดยแสดงค่าต่างๆดังนี้ SPO2,Pulse Rate,Graph และปริมาณพลังงานในแบตเตอรี่
 - 3.6 มีระบบประหยัดพลังงานโดยเครื่องจะปิดเองแบบอัตโนมัติในกรณีที่ไม่ได้ใช้งาน
 - 3.7 อุณหภูมิที่เหมาะสมในการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 5-40 องศาเซลเซียส
 - 3.8 ตัวเครื่องมีขนาด 58x32x34 มม. น้ำหนักประมาณ 50 กรัม(รวมแบตเตอรี่)
4. อื่นๆ
 - 4.1 รับประกันสินค้าจากการใช้งานตามปกติเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
 - 4.2 เป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
 - 4.3 ผ่านการประเมินสินค้าจากผู้ใช้

(นางนวลน้อย โหตระไวศยะ)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(นางสาวสุกัญญา สุพิชญ์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(นางอรทัย วะสมบัติ)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ