




โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ Assy, Ship, Flexible Laser RFID (23G)

วัตถุประสงค์การใช้งาน

ใช้สำหรับยิงเลเซอร์ในการผ่าตัดจอประสาทตา

คุณลักษณะเฉพาะ

1. เป็น LASER PROBE ใช้สำหรับยิงเลเซอร์ในการผ่าตัดจอประสาทตา ขนาด 23 G
2. ปลายโค้งอ่อน มีความโค้ง 40 องศา ง่ายต่อการใส่ผ่านแผลผ่าตัด
3. เป็นอุปกรณ์ชนิดใช้แล้วทิ้ง
4. บริเวณหัวเชื่อมต่อระหว่างสายเลเซอร์กับเครื่องเลเซอร์ มี RFID (Radio Frequency Identification Device) เพื่อบอกชนิดของ LASER Fiber ที่มาต่อกับเครื่อง

(ลงชื่อ)..... 	(ลงชื่อ)..... 	(ลงชื่อ)..... 
(นายสุรเดช จีรเกียรติพงศ์) นายแพทย์ชำนาญการ	(นางสาวสุดารัตน์ นเรนทร์พิทักษ์) นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ	(นางสาววิมลรัตน์ ประทีปะเสน) นายแพทย์ชำนาญการ

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี
รายละเอียดคุณลักษณะชุดผ่าตัดนำวุ้นลูกตา (Total plus pak ๒๕๐๐) ชนิด 23 G


คุณลักษณะเฉพาะ

เป็นอุปกรณ์ชนิด Disposable ใช้กับเครื่อง Accurus ในการผ่าตัดนำวุ้นลูกตา ชนิด 23 GA

ใน 1 Pak ประกอบด้วย

1. Posterior Cassette 1 ชิ้น
2. 23 Ga. Accurus 2500 Cutter 1 ชิ้น
3. Illuminator 23 Ga 1 ชิ้น
4. Aspirate Tubing 1 ชิ้น
5. Trocar blade with trocar cannula 3 ชิ้น
6. 3 Way stopcock 1 ชิ้น
7. Syringe 20 CC 1 ชิ้น
8. Infusion Cannula 23 Ga 1 ชิ้น
9. Scleral Plug 6 ชิ้น
10. Male & Female Adapter

(ลงชื่อ).....




(นายสุรเดช อีร์เกียดพิงศ์)
นายแพทย์ชำนาญการ

(ลงชื่อ).....



(นางสาวสุดารัตน์ นเรนทร์พิทักษ์)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....



(นางสาววิมลรัตน์ ประทีปะเสน)
นายแพทย์ชำนาญการ

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี
รายละเอียดคุณลักษณะชุดผ่าตัดนำวุ้นลูกตา (Total plus W/Accurus ๒๕๐๐ CUT)
ชนิด 20 G

คุณลักษณะเฉพาะ

เป็นอุปกรณ์ชนิด Disposable ใช้กับเครื่อง Accurus ในการผ่าตัดนำวุ้นลูกตา พร้อมหัวตัด ACCURUS 2500 ครั้ง ชนิด 20 GA ใน 1 Pak ประกอบด้วย

1. คลับรอนนำออกจากตา (Cassette / Tubing Manifold Utility) 1 ชิ้น
2. สายดูดของเหลวจากตา (Extrusion Line) 1 เส้น
3. สายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic Illuminator) 1 เส้น
4. สายนำของเหลวเข้าสู่ตา (Infusion Cannula) ขนาด 4 มม. 1 เส้น
5. Scleral Plugs ขนาด 19 และ 20 G อย่างละ 3 ชิ้น
6. ไบมีด MVR ขนาด 20 G 1 ชิ้น
7. ชุดสายน้ำเกลือ 1 ชุด
8. แผ่นพลาสติกปราศจากเชื้อสำหรับคลุมหน้าจอเครื่อง 1 ชิ้น
9. 3 Way stopcock 1 ชิ้น
10. กระบอกฉีดยาขนาด 20 CC 1 อัน
11. ถังน้ำทิ้ง 1 ใบ
12. หัวตัด Accurus 2500 Cut 1 ชิ้น

(ลงชื่อ).....

.....
(นายสุรเดช อีร์เกียดพิงค์)
นายแพทย์ชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

.....
(นางสาวสุดารัตน์ นเรนทร์พิทักษ์)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....

.....
(นางสาววิมลรัตน์ ประทีปะเสน)
นายแพทย์ชำนาญการ