

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
จ้างเหมาซ่อมเครื่องฆ่าเชื้อในอากาศและกรองอากาศระบบ HEPA-MD ยี่ห้อ Air in Space
จำนวน ๒ รายการ ของหอผู้ป่วยไฟไหม้น้ำร้อนลวก (Burn Unit)

๑. ข้อกำหนดทั่วไป

- จ้างเหมาซ่อมเครื่องฆ่าเชื้อในอากาศและกรองอากาศระบบ HEPA-MD ยี่ห้อ Air in Space ID:๕๘๙๖๙ เลขครุภัณฑ์ ๖๕๑๕-๐๓๙-๑๑๑๑/๐๐๐๒/๒๕๕๖
- จ้างเหมาซ่อมเครื่องฆ่าเชื้อในอากาศและกรองอากาศระบบ HEPA-MD ยี่ห้อ Air in Space ID:๕๘๙๗๐ เลขครุภัณฑ์ ๖๕๑๕-๐๓๙-๑๑๑๑/๐๐๐๓/๒๕๕๖


๒. ข้อกำหนดเฉพาะของการจ้างเหมาซ่อมเครื่องเอกซเรย์ชนิดเคลื่อนที่ได้ X-RAY CARM ยี่ห้อ SIEMENS

- เปลี่ยน Prefilter
- เปลี่ยน HEPA-MD Reactor Module ๓
- ตรวจสอบตามมาตรฐาน ทุก ๖ เดือน ให้ใช้งานได้ตามปกติ
- รับประกันอะไหล่ไม่น้อยกว่า ๑ ปี



(นางสาวนภดล คำเต็ม)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ



(นางปริยวดี เทพมุสิก)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ



(นายฉลาด แสงดี)

นายช่างเทคนิคชำนาญงาน