

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของงานจ้างซ่อมกล้องส่องตรวจและผ่าตัดในช่องท้อง  
พร้อมระบบวีดิทัศน์ ยี่ห้อ SOPRO เลขครุภัณฑ์ ๖๕๑๕-๐๒๒-๕๑๐๑/๐๐๐๓/๒๕๕๖ ID๖๐๕๗๗  
ของห้องผ่าตัดวิซิต

\*\*\*\*\*

๑. คุณสมบัติทั่วไป

๑.๑. หัวกล้องชนิด ๓ CCD รายละเอียดสูง

๒. คุณสมบัติเฉพาะทางเทคนิค

๒.๑. ส่วนของหัวกล้อง

๒.๑.๑ กล้องถ่ายภาพ (Camera Head) สามารถเข้าน้ำยาฆ่าเชื้อได้

๒.๑.๒ มีค่าความไวแสง Sensitivity ๑.๕ lux

๒.๑.๓ อุปกรณ์รับภาพมีค่าความชัด ที่ ๑๙๒๐x๑๐๘๐ Pixels

๒.๑.๔ สามารถใช้ได้กับเครื่องกำเนิดสัญญาณภาพที่ทางโรงพยาบาลมีอยู่ได้


๓. เงื่อนไขเฉพาะ

๓.๑ ผู้ขายรับประกันคุณภาพสินค้าเป็นเวลา ๑ ปี นับตั้งแต่วันส่งมอบสินค้า

๓.๒ เป็นของใหม่ ไม่เคยถูกใช้งานมาก่อน



นายปรีดา อธิธรรมบุรณ์  
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์



น.ส.วันทนีย์ คุพานิชพงษ์  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ



นายฉลาด แสงดี  
นายช่างเทคนิคชำนาญ