

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเข็ม Disposable จำนวน ๑๔ รายการ




- รายการที่ ๑ เข็ม Disposable No.๑๘x๑ (๑๐๐ ชิ้น/กล่อง)
- รายการที่ ๒ เข็ม Disposable No.๑๘x๑.๕ (๑๐๐ ชิ้น/กล่อง)
- รายการที่ ๓ เข็ม Disposable No.๒๑x๑ (๑๐๐ ชิ้น/กล่อง)
- รายการที่ ๔ เข็ม Disposable No.๒๑x๑.๕ (๑๐๐ ชิ้น/กล่อง)
- รายการที่ ๕ เข็ม Disposable No.๒๒x๑ (๑๐๐ ชิ้น/กล่อง)
- รายการที่ ๖ เข็ม Disposable No.๒๒x๑.๕ (๑๐๐ ชิ้น/กล่อง)
- รายการที่ ๗ เข็ม Disposable No.๒๓x๑ (๑๐๐ ชิ้น/กล่อง)
- รายการที่ ๘ เข็ม Disposable No.๒๓x๑.๕ (๑๐๐ ชิ้น/กล่อง)
- รายการที่ ๙ เข็ม Disposable No.๒๔x๑ (๑๐๐ ชิ้น/กล่อง)
- รายการที่ ๑๐ เข็ม Disposable No.๒๔x๑.๕ (๑๐๐ ชิ้น/กล่อง)
- รายการที่ ๑๑ เข็ม Disposable No.๒๕x๑ (๑๐๐ ชิ้น/กล่อง)
- รายการที่ ๑๒ เข็ม Disposable No.๒๕x๑.๕ (๑๐๐ ชิ้น/กล่อง)
- รายการที่ ๑๓ เข็ม Disposable No.๒๖x๑.๕ (๑๐๐ ชิ้น/กล่อง)
- รายการที่ ๑๔ เข็ม Disposable No.๒๗x๑.๕ (๑๐๐ ชิ้น/กล่อง)

๑.คุณลักษณะทั่วไป

๑.๑. มีส่วนประกอบสำคัญ ๓ ส่วน คือ ปลายเข็ม เข็ม ด้ามเข็ม และตัวเข็ม

๒.คุณลักษณะเฉพาะ

- ๒.๑ ปลายเข็มเข็ม มีลักษณะโปร่งใส แข็ง ใช้เพื่อป้องกันการหักงอ ทิ่มแทงและปนเปื้อนของเข็ม
 - ๒.๒ หัวต่อ ทำจากพลาสติกชนิด medical grade มีลักษณะโปร่งใสระบุสีตามเบอร์เข็ม แข็งและไม่ทำปฏิกิริยาต่อยาทุกชนิด
 - ๒.๓ ขนาดของหัวต่อตรงตามมาตรฐาน ISO กำหนด สามารถต่อเข้ากับกระบอกฉีดยาหรือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ชนิดอื่นได้กระชับพอดี ไม่หลุดง่าย ไม่รั่วซึม
 - ๒.๔ ตัวเข็มทำจาก Stainless Steel ไม่เป็นสนิม ปลายเข็มมีความคมมาก ลดการเจ็บปวดให้คนไข้
 - ๒.๕ บรรจุภัณฑ์ ระบุ Lot No.และวันหมดอายุ ชัดเจน
 - ๒.๖ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า ๒ ปี นับจากวันผลิต (วันหมดอายุของผลิตภัณฑ์ต้องไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับจากวันส่งมอบ)
 - ๒.๗ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากสถาบัน ที่สากลยอมรับ (ISO) จากโรงงานผู้ผลิต
 - ๒.๘ มีเอกสารผลการวิเคราะห์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 - ๒.๙ ได้รับเครื่องหมาย อย. หรือ มอก. หรือมีหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ มอก.(กรณีผลิตใน ประเทศ)และหนังสือรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อื่นๆ (กรณีนำเข้าจากต่างประเทศ)
 - ๒.๑๐ ผ่านการฆ่าเชื้อตามมาตรฐานทางการแพทย์ และมีเครื่องหมายที่ของบรรจุแสดงว่า ผ่านการฆ่าเชื้อสมบูรณ์
๓. เงื่อนไขเพิ่มเติม
- ๓.๑ บริษัทต้องประกันคุณภาพสินค้าที่ส่งมอบตลอดระยะเวลาตามสัญญา มิฉะนั้นคณะกรรมการทวงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะยกเลิกสัญญา

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการฯ (ลงชื่อ)..........กรรมการฯ(ลงชื่อ)..........กรรมการฯ
(นางสาววันวานีย์ คุวานิชพงษ์) (นางสาวจันทนา อินทร์ชุม) (นางสาวเวาเรศ เอ้ออารีเลิศ)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ