

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประดงค์ อุบลราชธานี

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของ

ท่อช่วยหายใจปิดกล่องแบบมีรูที่ปลาย เบอร์ ๒.๕

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. เป็นท่อช่วยหายใจชนิดปิดครอบเหนือกล่องเสียง สามารถใช้ซ้ำได้ไม่น้อยกว่า ๓๕ ครั้ง แต่ไม่เกิน ๔๐ ครั้ง
๒. มี Pilot balloon สำหรับใส่ลมและดูดลมออกจาก cuff
๓. Cuff มีความนุ่ม ผลิตจาก Silicone ทำให้ไม่เกิดการระคายเคือง โดยที่ปลาย cuff มีช่องเปิดสามารถใช้สายดูดของเหลวในกระเพาะอาหารได้
๔. มีท่อ ๒ ท่อ เพื่อสำหรับช่วยหายใจ และสำหรับใช้สายดูดของเหลวออกจากกระเพาะ
๕. ภายในท่อมีขดลวด Reinforce เพื่อช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการหักพับของท่อ และมีหัวข้อต่อไม่น้อยกว่า ๑๕ มิลลิเมตร เพื่อใช้ต่อ กับท่อช่วยหายใจของทางโรงพยาบาล
๖. มีตัวกันผู้ป่วยกัดท่อ integral bite block
๗. มีขนาดของ tube เบอร์ ๒.๕

(ลงชื่อ) .....  ประธานกรรมการ

(นายศิริพงษ์ ทรัพย์อุดมมาก) นายแพทย์ชำนาญการ

(ลงชื่อ) .....  กรรมการ

(นางทัศนีย์ บุญวนานิตร) พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ) .....  กรรมการ

(นางสาววิภาพรรณ ชัยเจริญวรรณ) พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประดงค์ อุบลราชธานี

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของ

ท่อช่วยหายใจปิดกล่องแบบมีรูที่ปลาย เบอร์ ๓

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. เป็นท่อช่วยหายใจชนิดปิดครอบเหนืออกล่องเสียง สามารถใช้ซ้ำได้ไม่น้อยกว่า ๓๕ ครั้ง แต่ไม่เกิน ๔๐ ครั้ง
๒. มี Pilot balloon สำหรับใส่ลมและดูดลมออกจาก cuff
๓. Cuff มีความนุ่ม ผลิตจาก Silicone ทำให้ไม่เกิดการระคายเคือง โดยที่ปลาย cuff มีช่องเปิดสามารถใช้สายดูดของเหลวในกระเพาะอาหารได้
๔. มีท่อ ๒ ท่อ เพื่อสำหรับช่วยหายใจ และสำหรับใช้สายดูดของเหลวออกจากกระเพาะ
๕. ภายในท่อมีขดลวด Reinforce เพื่อช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการหักพับของท่อ และมีหัวข้อต่อไม่น้อยกว่า ๑๕ มิลลิเมตร เพื่อใช้ต่อกับท่อช่วยหายใจของทางโรงพยาบาล
๖. มีตัวกันผู้ป่วยกัดท่อ integral bite block
๗. มีขนาดของ tube เบอร์ ๓

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายศิริพงษ์ ทรัพย์อุดมมาก) นายแพทย์ชำนาญการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางทัศนีย์ บุญวนิตรย์) พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางสาววิภาพรณ ชัยเจริญวรรณ) พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของ

ท่อช่วยหายใจปิดกล่องแบบมีรูที่ปลาย เบอร์ ๕

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. เป็นท่อช่วยหายใจชนิดปิดครอบเหนืออกล่องเสียง สามารถใช้ซ้ำได้ไม่น้อยกว่า ๓๕ ครั้ง แต่ไม่เกิน ๔๐ ครั้ง
๒. มี Pilot balloon สำหรับใส่ลมและดูดลมออกจาก cuff
๓. Cuff มีความนุ่ม ผลิตจาก Silicone ทำให้ไม่เกิดการระคายเคือง โดยที่ปลาย cuff มีช่องเปิดสามารถใช้สายดูดของเหลวในกระเพาะอาหารได้
๔. มีท่อ ๒ ท่อ เพื่อสำหรับช่วยหายใจ และสำหรับใช้สายดูดของเหลวออกจากกระเพาะ
๕. ภายในท่อมีขดลวด Reinforce เพื่อช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการหักพับของท่อ และมีหัวข้อต่อไม่น้อยกว่า ๑๕ มิลลิเมตร เพื่อใช้ต่อ กับท่อช่วยหายใจของทางโรงพยาบาล
๖. มีตัวกันผู้ป่วย กัดท่อ integral bite block
๗. มีขนาดของ tube เบอร์ ๕

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายศิริพงษ์ ทรัพย์อุดมมาก) นายแพทย์ชำนาญการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางทัศนีย์ บุญวนานิตร) พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางสาววิภาพรรณ ชัยเจริญวรรณ) พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ