

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี  
รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ เตียงไฟฟ้า

**๑ วัตถุประสงค์ในการใช้งาน**

เป็นเตียงนอนสำหรับผู้ป่วย ซึ่งควบคุมการทำงานด้วยระบบไฟฟ้า สามารถปรับระดับสูง-ต่ำ ปรับท่างอเข้า  
งอขา ปรับเตียงให้ศีรษะสูง-ต่ำได้ สามารถถอดแผ่นกันหัวเตียงและท้ายเตียงออกได้โดยง่ายมีเสื่อน้ำเกลือและที่  
นอน

**๒ คุณสมบัติทั่วไป**

๑. โครงสร้างของเตียงทำด้วยเหล็กอย่างดี และออกแบบไว้สำหรับเพิ่มเติม และรองรับอุปกรณ์ การ  
รักษาพยาบาลอื่นๆ ได้ ตามต้องการ
๒. ราวกันเตียงทำด้วยวัสดุอย่างดี เพื่อความคงทน แข็งแรง และสวยงามสามารถพับเก็บข้างเตียงได้ ไฟไม่  
ดูด ไม่รั่ว มีเอกสารรับรองมาตรฐาน
๓. มีที่ติดตั้งเสื่อน้ำเกลือได้ ๔ จุด ที่มุมด้านหัวเตียง และปลายเตียง
๔. ใช้ได้กับไฟฟ้ากระแสสลับ ๒๒๐ โวลต์ ๕๐ เฮิรตซ์ และมีแบตเตอรี่สำรองติดมาพร้อมกับเตียงซึ่งเป็น  
อุปกรณ์ตามมาตรฐาน
๕. ผลิตได้มาตรฐานสากลตามที่กำหนดในเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วยและผู้ดูแลผู้ป่วยรวมทั้งมีเอกสาร  
รับรองมาตรฐาน
๖. เป็นผลิตภัณฑ์ของทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป หรือ ทวีปเอเชีย

**๓ คุณสมบัติเฉพาะ**

๑. ที่นอนขนาดพอดีกับขอบเตียงทำจากวัสดุพองน้ำอย่างดีตลอดชิ้น ออกแบบเพื่อสามารถรองรับน้ำหนัก และ  
สรีระของผู้ป่วยเพื่อกระจาย แรงกดทับ ให้สม่ำเสมอและสามารถป้องกันแผลกดทับได้
๒. รอยต่อของผ้าคลุมเชื่อมต่อกัน เพื่อป้องกันน้ำซึมผ่านได้และสะดวกต่อการทำความสะอาด
๓. มีสัญลักษณ์แสดงตำแหน่งที่ปลายเตียง
๔. ล้อเตียงทำด้วยยางคุณภาพสูงมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๕ นิ้วมีระบบล้อคล้องทั้ง ๔ ล้อพร้อม  
กัน ด้วยที่บังคับเท้า
๕. ส่วนรองรับตัวผู้ป่วยมีรูระบายอากาศมีความทนทานสามารถทำความสะอาดและสามารถรับน้ำหนักได้ดี
๖. เตียงสามารถปรับท่าต่างๆได้ใน ท่าปรับสูง ปรับต่ำ และปรับท่ายกศีรษะสูง
๗. มีคันโยกฉุกเฉิน เพื่อปรับส่วนรองรับหลังเตียงให้ราบอย่างรวดเร็วในกรณีทำการช่วยฟื้นคืนชีพ
๘. แผ่นหัวเตียงสามารถถอดออกได้ง่ายโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือและสามารถนำมาใช้เป็นกระดานรองทำการ  
ช่วยฟื้นคืนชีพได้

๙. ปุ่มปรับการทำงานต่างๆ สำหรับเจ้าหน้าที่พยาบาลมีสวิตช์ควบคุมการทำงาน
๑๐. รวากันเตียงสามารถเลื่อนลงไว้ระดับต่ำกว่าขอบเบาะที่นอน
๑๑. มีระบบล๊อค การปรับท่าต่างๆ เพื่อป้องกันการปรับเปลี่ยนท่าต่างๆ โดยไม่ตั้งใจ
๑๒. มีระบบเบรก ทุกล้อของเตียง
๑๓. มีไกเตียงอย่างน้อย ๑ อัน ใช้สำหรับปรับขึ้นลงส่วนหลังและส่วนขา ในกรณีระบบไฟฟ้าไม่ทำงานหรือมีแบตเตอรี่สำรอง

#### ๔ อื่นๆ

๑. เบาะนอน เป็นผลิตภัณฑ์บริษัทเดียวกันกับเตียง
๒. เสาน้ำเกลือทำด้วยสแตนเลสอย่างน้อย ๑ ต้น และมีขอแขวนน้ำเกลือ
๓. กันชนยางทำด้วยยางคุณภาพสูงอยู่มุมทั้ง ๔ ของเตียง
๔. ตะกร้าปลายเตียง ทำด้วยสแตนเลสแขวนไว้ปลายเตียงมีแผ่นติดป้ายชื่อผู้ป่วยปลายเตียง

#### ๕ เงื่อนไขเฉพาะ

๑. ระยะเวลาประกันไม่น้อยกว่า ๒ ปี
๒. มีคู่มือใช้งานภาษาไทย และภาษาอังกฤษ จำนวนอย่างละ ๑ ชุด
๓. ต้องมีตัวอย่างสินค้ามาแสดงในวันยื่นซอง
๔. ระหว่างซ่อมเตียงมีเตียงประเภทเดียวกันให้สำรองใช้และมีอะไหล่สำรอง เช่น มอเตอร์ ล้อเตียง