

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ชุดเครื่องมือสำหรับผ่าตัด (Craniotome Medium ๑.๖ มม.) Hi- Speede ไฟฟ้า

๑. วัตถุประสงค์

เป็นวัสดุทางการแพทย์เพื่อตัดเปิดกะโหลกศีรษะ ใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าความเร็วสูง

๒. คุณสมบัติทั่วไป

๒.๑ อยู่ในห่อบรรจุภัณฑ์ที่ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว พร้อมเปิดใช้งาน

๒.๒ สามารถต่อประกอบกับอุปกรณ์เดิมที่ทางโรงพยาบาลมีอยู่แล้วได้ โดยไม่ต้องมีอุปกรณ์ใดๆ
ต่อประกอบเพิ่มเติม

๓. คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค

ใบมีดตัดกะโหลกศีรษะ ขนาดกลาง ขนาดก้านของใบมีดไม่เกินกว่า ๓.๑๗ มิลลิเมตร จำนวน ๒๐๐ ชิ้น

๔. เงื่อนไขเฉพาะ

๔.๑ เป็นอุปกรณ์ใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๔.๒ บนซองบรรจุภัณฑ์ ต้องระบุวันหมดอายุของตัวผลิตภัณฑ์



(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายศรัณย์ วรรณภาสณี) นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาววันทนีย์ คุพานิชพงษ์) พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาววิรวรรณ สารธรรม) พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ