

คุณลักษณะเฉพาะ
เตียงผ่าตัดขนาดใหญ่
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

คุณลักษณะเฉพาะ สามารถผ่าตัดได้ทุกระบบของร่างกายและสามารถ X – Ray และ C – arm ได้

คุณสมบัติทั่วไป

๑. เป็นเตียงผ่าตัดชนิดโปร่งแสง เอ็กซเรย์โดยตลอดสามารถใช้กับเครื่อง X – Ray Image Intensifier ทำ Fluoroscopy และ Radiography ได้สะดวกได้พื้นเตียงมีช่องสำหรับใส่ คาสเซ็ทฟิล์มที่สามารถสอดได้จาก หัวเตียง เชิงกราน พื้นเตียงแบ่งเป็น ๔ ส่วน ซึ่งช่วงขาสามารถแยกออกจากกันได้
๒. ตัวเตียงทำจากโลหะปลอดสนิม มีความมั่นคง แข็งแรง รูปลักษณ์สวยงาม
๓. การจัดทำของเตียงใช้ระบบ Hydraulicบังคับโดย Foot Pedal
๔. ฐานเตียงมีล้อเลื่อนย้ายและล้อคล้อให้อยู่กับที่ได้ ฐานเตียงไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานของแพทย์และการขนย้ายผู้ป่วย

คุณสมบัติทางเทคนิค

๑. ขนาดความกว้างของเตียง ไม่น้อยกว่า ๕๙ เซนติเมตร
๒. ขนาดความยาวของเตียงไม่น้อยกว่า ๒,๑๓๐ มิลลิเมตร
๓. สามารถรองรับน้ำหนักได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๕๐ กิโลกรัม(Max static load)
๔. ควบคุมการทำงานด้วยระบบ foot control
๕. สามารถปรับท่า integrated kidney/body position
๖. สามารถปรับเตียงสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า ๑๐๘ เซนติเมตร ปรับเตียงต่ำสุดได้ไม่มากกว่า ๖๙ เซนติเมตร
๗. Back Section สามารถปรับสูงได้ไม่น้อยกว่า ๗๐ องศา และปรับต่ำลงได้ไม่มากกว่า ๕๐ องศา
๘. Leg Section สามารถปรับสูงได้ไม่น้อยกว่า ๒๐ องศา และปรับต่ำลงได้ไม่มากกว่า ๙๐ องศา
๙. มีส่วนรองรับขาเป็นแบบ ๒ ชั้น แยกออกจากกันได้
๑๐. ปรับส่วนหัวสูงได้มากกว่า ๒๕ องศา และปรับต่ำลงได้ไม่มากกว่า ๔๕ องศา
๑๑. ปรับเอียง ซ้าย – ขวา (Lateral adjustment) ได้ไม่น้อยกว่า ๒๐ องศา
๑๒. การปรับTrendelenburg, Reverse Trendelenburg ได้ไม่น้อยกว่า ๓๐ องศา
๑๓. สามารถควบคุมปรับท่าดังกล่าวได้ด้วย Foot pedal
๑๔. ปรับ Manual Three – way Foot Pedal คือ Central Brake, Straight Forward Movement, Turning on the spot
๑๕. ฐานของเตียงมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๑๒๐ x ๕๘๐ มิลลิเมตร ซึ่งล้อมีล้อแบบ Double Casters with cap ซึ่งสามารถ Lock ล้อด้วย Foot Pedal ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางล้อ ๑๒๐-๑๓๐ มิลลิเมตร

๑๖. ส่วนท่อนศรีษะและท่อนขาสามารถถอดออกจากท่อนหลักได้
๑๗. อุปกรณ์ปรับท่าต่างๆสามารถเลื่อนตามรูปตำแหน่งท่าโดยใช้เท้าปรับได้ด้านหน้าฐานเตียง
๑๘. อุปกรณ์ปรับเคลื่อนอยู่หน้าฐานเตียงสามารถกดปุ่มเพื่อขยับตำแหน่ง
๑๙. อุปกรณ์ล้อยึดอยู่หน้าฐานเตียงเพื่อล้อยึดให้อยู่กับที่โดยใช้เท้ากดย้าลงให้สุด
๒๐. ตัวเตียงมีล้อขนาด ๑๒๐-๑๓๐ มิลลิเมตรจำนวนล้อทุกล้อจะมี Cap ทุกตัวและใต้ฐานเตียงจะมีล้อสำหรับเคลื่อนย้าย และล้อยึดอีก ๑ ตัว

อุปกรณ์ประกอบเตียงหลัก

๑. ฉากกั้นวิสัยทัศน์ ๑ ชั้น
๒. ที่รัดตัว (Body Strap) ๑ ชั้น
๓. ที่รองแขน ๒ ข้าง
๔. Leg Support (Gospel Type) ๑ คู่
๕. Attachment Clamp ๑ คู่

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. เป็นผลิตภัณฑ์ประเทศยุโรป,อเมริกา
๒. รับประกันสินค้า ๑ ปี
๓. กรณีเตียงชำรุดสามารถติดต่อได้และดำเนินการซ่อมให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน
๔. มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างละ ๑ ฉบับ
๕. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง EN ISO ๙๐๐๑:๒๐๐๐, EN ISO ๑๓๔๘๕:๒๐๐๗
๖. ได้รับรองการนำเข้าจาก กระทรวงสาธารณสุข