

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของเข็ม I.V. Catheter เบอร์ ๑๖, ๑๘, ๒๐, ๒๒, ๒๔, ๒๖

๑. คุณลักษณะทั่วไป

- ๑.๑ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในทางการแพทย์ ชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง
- ๑.๒ ใช้สำหรับให้ยา และสารละลายหรือของเหลวทางเส้นเลือดดำ
- ๑.๓ มีส่วนประกอบสำคัญ ๓ ส่วนคือ เข็ม Catheter และที่ต่อปลายเข็ม

๒. คุณลักษณะเฉพาะ

- ๒.๑ เข็ม (Needle) เป็นแบบผนังบาง ทำจาก Stainless Steel ไม่เป็นสนิม ตัวเข็มเคลือบสารซิลิโคนหน้าตัดของ Intravenous stylet มีความคม สามารถทะลุผ่านเนื้อเยื่อได้ง่าย
- ๒.๒ Catheter มีลักษณะโปร่งแสง ปลาย Catheter สามารถสวมทับ Stylet ได้กระชับพอดี และเรียบแนบไปกับ stylet ทำให้เกิดการบาดเจ็บ ต่อเนื้อเยื่อและเส้นเลือดน้อย ไม่เป็นพิษต่อร่างกาย ไม่มีปฏิกิริยาต่อร่างกาย หรือสารละลายต่างๆ ยึดหยุ่นสูง ไม่หักพับ หรือฉีกขาดง่ายหรือเกิดการบิดรูปง่าย มีสัณฐานตามมาตรฐาน ISO ตามขนาดของ Catheter
- ๒.๓ ท่อปลายเข็มเป็นด้ามจับลักษณะแข็งแรง ง่ายต่อการจับ มีสัญลักษณ์บนด้ามจับ เพื่อความสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน ในส่วนปลายมีแผ่นกรองปิดอยู่ด้านท้ายเพื่อให้เลือดสามารถไหลเข้ามาในท่อได้ แต่ไหลออกไม่ได้ ป้องกันการปนเปื้อนและการติดเชื้อจุลินทรีย์
- ๒.๔ ผลัดภัณฑ์ทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว
- ๒.๕ บรรจุภัณฑ์สามารถมองเห็นผลิตภัณฑ์ได้ชัดเจน สามารถคงสภาพความปราศจากเชื้อของ I.V. Catheter ที่บรรจุอยู่ได้ เมื่อเก็บรักษาภายใต้สภาวะที่แห้ง สะอาด และมีอากาศถ่ายเทอย่างเพียงพอ
- ๒.๖ ระบุขนาด, วันผลิต, วันหมดอายุ, เลขที่ผลิต (Lot.no) การฆ่าเชื้อ บนของบรรจุ และบนกล่องบรรจุให้ชัดเจน
- ๒.๗ สินค้าได้รับการรับรองการผลิตตามมาตรฐานสากล

๓. เงื่อนไขเพิ่มเติม

- ๓.๑ บริษัทฯ รับประกันคุณภาพสินค้าที่ส่งมอบตลอดระยะเวลาตามสัญญา มิฉะนั้นคณะกรรมการทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะยกเลิกสัญญา (ทั้งนี้ขึ้นกับการพิจารณาของคณะกรรมการเป็นสำคัญ)
- ๓.๒ วันหมดอายุของผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบต้องไม่น้อยกว่า ๒ ปีนับจากวันส่งมอบ
- ๓.๓ ถ้าเป็นสินค้านำเข้า ต้องมีเอกสารรับรองการนำเข้าจาก อย.

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นางสาวรพีพรรณ กลัดเนียม) พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นางสาวจันทนา อินทร์ชุม) พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นางวิไลวรรณ ปลุกเจริญ) พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ