

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

ขอบลิ้นหัวใจเทียมแบบ MC^m

๑. เป็นขอบลิ้นหัวใจชนิด ๓-D สำหรับซ่อมลิ้นหัวใจที่ตำแหน่ง Tricuspid
๒. ขอบลิ้นหัวใจมีปลายเปิดที่ตำแหน่ง Anteroseptal commissure
๓. แกนในทำด้วย Titanium Alloy หุ้มด้วยยาง Silicone และ Polyester
๔. มีขนาดตั้งแต่ ๒๖-๓๖ mm. ให้เลือกเพื่อความสะดวกเหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย ในขนาด ๒๘ mm. มี Orifice area เท่ากับ ๓๔๖ mm^๒
๕. ตัวขอบลิ้นหัวใจยึดกับ Template ซึ่งต้องใช้ร่วมกับตัวจับ ๑๑๕๐ เพื่อความสะดวกและง่ายในการเย็บ
๖. ผู้ป่วยที่ใส่ขอบลิ้นหัวใจชนิดนี้สามารถผ่าน MRI ได้ (Magnetic field ๑.๕, ๓.๐ และ ๘.๐ Tesla)
๗. บรรจุในภาชนะปราศจากเชื้อ นำมาใช้ได้ทันที
๘. มี Clinical paper รับรองมากกว่า ๕ ฉบับ

คุณลักษณะอื่นๆ

๑. เป็นของใหม่และไม่เคยใช้งานมาก่อน
๒. สินค้าต้องมีอายุไม่น้อยกว่า ๑ ปีนับจากวันที่รับ
๓. บรรจุภัณฑ์ : ผลิตภัณฑ์ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว
๔. การบรรจุและหีบห่อ : บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐาน
๕. สามารถแลกเปลี่ยนขนาดได้ตามความต้องการของศูนย์โรคหัวใจโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ
(นายเจนฤทธิ์ วิตตะ) นายแพทย์เชี่ยวชาญ

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ
(นายเกียรติพันธ์ จิตวีรวิสุทธิ) นายแพทย์ชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ
(นายทิวา กาฬภักดี) นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกปฏิบัติการ