

## โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะจ้างเหมาซ่อม ชุด Scpoe ข้อเข้า ยี่ห้อ Conmed  
เลขครุภัณฑ์ ๖๕๑๕-๐๖๑-๐๐๓๕/๐๐๐๑/๒๕๕๙ ID:๖๗๓๘๒ ของงานห้องผ่าตัดวิซิต

### ๑. ข้อกำหนดทั่วไป

ซ่อมคุณลักษณะเฉพาะจ้างเหมาซ่อม ชุด Scpoe ข้อเข้า ยี่ห้อ Conmed  
เลขครุภัณฑ์ ๖๕๑๕-๐๖๑-๐๐๓๕/๐๐๐๑/๒๕๕๙ ID:๖๗๓๘๒ ของงานห้องผ่าตัดวิซิต

### ๒. ข้อกำหนดเฉพาะของการซ่อม ชุด Scpoe ข้อเข้า ยี่ห้อ Conmed

เลขครุภัณฑ์ ๖๕๑๕-๐๖๑-๐๐๓๕/๐๐๐๑/๒๕๕๙ ID:๖๗๓๘๒ ของงานห้องผ่าตัดวิซิต

- ซ่อม SHAVER HANDPIECE จำนวน ๑ ชุด
- ซ่อม CAMERA HEAD จำนวน ๑ ชุด

### ๓. เงื่อนไขเฉพาะ

- ๓.๑ อะไหล่ที่นำมาใช้ในการซ่อมต้องเป็นอะไหล่ใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
- ๓.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องรับประกันการซ่อมและรับประกันอะไหล่ไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน

(นายชานนท์ ชัยวิเศษ)  
นายแพทย์ชำนาญการ

(นางสาววันทนีย์ คุปวานิชพงษ์)  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(นายพรมแดน นารณะ)  
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน