

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
ชุดให้สารละลายน้ำเกลือทางหลอดเลือดดำ

คุณสมบัติโดยละเอียด ดังนี้

1. ท่อสาย (Tubing) ทำด้วยสารสังเคราะห์ PVC ปราศจาก Di (๒-ethylhexyl) phthalate (DEHP) ใสและนิ่ม บิดงอได้โดยไม่เสียรูปร่าง มีความยาวประมาณ ๒๐๐ ซม. เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก ๔.๕ มม. และเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน ๓.๒ มม.
2. ปลายสายมี Injection site และ Adaptor ระหว่าง Injection site และ Adaptor มี Filter ขนาด ๔๐ ไมครอน ซึ่งจะทำหน้าที่กรองน้ำเป็นครั้งสุดท้ายก่อนเข้าร่างกายคนไข้
3. ที่แทงจุกขวดน้ำเกลือเป็นเดือยพลาสติก (Plastic spike) แหลมและแข็ง มีปลอกพลาสติกแข็งสวมอยู่อีกชั้นหนึ่ง (Plastic protector)
4. กระจาปะสำหรับให้น้ำเกลือหยด (Drip Chamber) ทำด้วยสาร Polypropylene ใส สามารถมองเห็นน้ำเกลือหยดได้ง่าย
5. มี Drip.port ควบคุมการไหลของน้ำเกลือขนาด ๒๐ หยด/ซีซี
6. ชุดให้น้ำเกลือบรรจุอยู่ในซองพลาสติกชนิดรบบอนแพค ทำให้ปราศจากเชื้อโดยเอธิลีนออกไซด์แก๊ส พร้อม Airway Needle
7. สามารถใช้กับเครื่อง Infusion pump รุ่นที่โรงพยาบาลใช้ได้เป็นอย่างดี
8. ได้รับการรับรองจากบริษัทผู้ผลิตเครื่อง Infusion pump รุ่นที่โรงพยาบาลใช้งานได้
9. เป็นผลิตภัณฑ์ของเอเชีย ยุโรป หรืออเมริกา
10. การจัดเก็บและการขนส่ง ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ ทางด้านการจัดเก็บและจัดส่งเวชภัณฑ์ทางการแพทย์โดยมีเอกสารประกอบ