

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
รายละเอียดและคุณลักษณะ
ประเภทที่ ๑ ผ้าเท้าเทียมนิ้วเท้าแยก จำนวน ๑๐ รายการ

๑. ความต้องการ

เท้าเทียมชนิด SACH Foot

๒. วัตถุประสงค์ของการใช้งาน

ใช้เป็นส่วนประกอบในการผลิตขาเทียมระดับต่างๆ

๓. คุณลักษณะเฉพาะทั่วไป

๓.๑ โครงสร้างภายนอก ทำจากวัสดุที่มีความยืดหยุ่น ทนทาน สวยงาม ผิวเรียบ มีรูปร่างเหมือนเท้า มีนิ้วเท้า ๕ นิ้ว และมีผิวสม่ำเสมอใกล้เคียงสีเนื้อ

๓.๒ โครงสร้างภายในประกอบด้วย Keel ทำจากไม้ มีความแข็งแรงทนทาน ช่วยปลายด้านที่ชี้ไปยังปลายเท้ามีลักษณะมน มีสายพานทำจากผ้าใบ วางพาดด้านใต้ของ Keel มาทางส่วนหน้าของเท้า โดยยึดอยู่กับ Keel อย่างแข็งแรง มีแหวนโลหะ ยึดติดกับ Keel เพื่อรับกับน็อต สำหรับยึดเท้าเทียมกับ Adapter

๓.๓ มีรูตามแนวตั้งตรงกลางแนวข้อเท้า เพื่อใส่น็อตสำหรับขันยึดติดกับ Adapter

๓.๔ เท้ามีน้ำหนักไม่เกิน ๖๐๐ กรัม (เทียบกับเท้าเบอร์ ๒๕)

๓.๕ มีความสูงของสันเท้าจากพื้นประมาณ ๑๐ มิลลิเมตร เมื่อวัดโดยวางเท้าในแนวระนาบ ให้ปลายเท้าและฝ่าเท้าแนบไปกับพื้น

๓.๖ เท้ามีขนาดตั้งแต่เบอร์ ๒๒,๒๓,๒๔,๒๕,๒๖ มีข้างซ้ายและข้างขวา

๔. คุณสมบัติ/ข้อบ่งใช้

ใช้เป็นส่วนประกอบในการผลิตและซ่อมขาเทียมระดับต่างๆ

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

๕.๑ เป็นผลิตภัณฑ์ในประเทศหรือต่างประเทศ

๕.๒ ในวันทำการเปิดซองประกวดราคา ผู้ยื่นซองฯ จะต้องนำอุปกรณ์มาให้คณะกรรมการเปิดซองตรวจสอบคุณลักษณะของอุปกรณ์เพื่อเลือกอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน

๕.๓ หากอุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐาน ชำรุดก่อนการใช้งานทางบริษัทหรือผู้แทนจำหน่ายจะต้องเปลี่ยนหรือแก้ไขสินค้าให้ใหม่โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ทั้งสิ้น

๕.๔ อุปกรณ์ที่ได้รับการพิจารณา ทางคณะกรรมการจะขอเก็บไว้เป็นตัวอย่าง ๑ ชิ้น เพื่อนำมาเปรียบเทียบอุปกรณ์ที่ทำการส่งมอบ

๕.๕ อุปกรณ์ที่ได้รับการพิจารณาหากบริษัทจัดส่งให้กับทางโรงพยาบาลมีคุณสมบัติที่แตกต่างไปจากตัวอย่างที่คณะกรรมการเก็บไว้เปรียบเทียบ ทางบริษัทจะต้องรับผิดชอบในการนำกลับคืนและจัดส่งอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติเหมือนกับตัวอย่างมาทดแทนโดยเร็วโดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ทั้งสิ้น

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
รายละเอียดและคุณลักษณะ
ประเภทที่ ๒ ไม้ค้ำยันแบบไม้ จำนวน ๑๐ รายการ

๑. ความต้องการ

ไม้ค้ำยันชนิดทำจากไม้

๒. วัตถุประสงค์ของการใช้งาน

ใช้ในการค้ำยันพุงขาและลำตัว

๓. คุณลักษณะเฉพาะทั่วไป

๓.๑ ทำจากไม้เนื้อแข็งอบแห้งมีน้ำหนักเบาแข็งแรง

๓.๒ ทาทั้ด้วยแล็กเกอร์สังเกตุได้จากความมันวาวของไม้

๓.๓ ส่วนประกอบเนื้อไม้เป็นสีเดียวกัน ทำจากไม้ชนิดเดียวกัน

๓.๔ ปรับสูงต่ำได้โดยมีรูปรับในตำแหน่งของมือจับไม่น้อยกว่า ๓ รูและมีรูปรับในส่วนของโครงไม้ส่วนฐาน

จำนวนอย่างน้อย ๘ รู

๓.๕ มือจับทำด้วยไม้กลึงกลมกลางและเรียวออกทางด้านข้างมีความยาวไม่น้อยกว่า ๑๐ เซนติเมตร

๓.๖ ที่รองรักแร้หุ้มด้วยฟองน้ำหุ้มด้วยหนังเทียมคุณภาพที่ดีมีคุณภาพ มีความยาวไม่น้อยกว่า ๗ นิ้ว

๓.๗ ขนาดความหนาของโครงเนื้อไม้ (ไม้ข้าง) ไม่น้อยกว่า $\frac{1}{2}$ นิ้ว และมีความกว้างของโครงเนื้อไม้ (ไม้กลาง) ไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว

๓.๘ มีลูกยางคุณภาพดีที่มีความเหนียวยืดหยุ่นดีไม่ฉีกขาดง่ายสวมที่ปลายไม้อย่างแน่นหนา

๓.๙ มีหมายเลขบอกขนาดของไม้ติดไว้ที่ไม้กลางทั้งสองข้าง

๓.๑๐ มีหลายขนาดให้เลือก

๔. คุณสมบัติ/ข้อบ่งใช้

ใช้เพื่อค้ำยันพุงขาและลำตัวในการเดิน เพื่อบรรเทาอาการปวด เคล็ด ขัดยอกของขาและลำตัวอันเนื่องจากการได้รับบาดเจ็บและกระดูกขาหัก

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

๕.๑ เป็นผลิตภัณฑ์จากทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา หรือประเทศไทย

๕.๒ สินค้าทุกชิ้นต้องบรรจุในถุงมิดชิดหรือมัดแน่นเป็นมัดเพื่อความสะดวกในการจัดเก็บและเคลื่อนย้าย

๕.๓ ในวันทำการเปิดของ ประกวดราคาฯ ผู้ยื่นซองฯ จะต้องนำอุปกรณ์หรือภาพถ่ายที่เป็นภาพสีมองเห็นภาพชัดเจนมาให้คณะกรรมการเปิดซองตรวจสอบคุณลักษณะของอุปกรณ์เพื่อเลือกอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน

๕.๔ หากอุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐาน ชำรุดก่อนการใช้งานทางบริษัทหรือผู้แทนจำหน่ายจะต้องเปลี่ยนหรือแก้ไขสินค้าให้ใหม่โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ทั้งสิ้น

๕.๕ อุปกรณ์ที่ได้รับการพิจารณาทางคณะกรรมการจะขอเก็บไว้เป็นตัวอย่าง ๑ ชิ้น เพื่อนำไปเปรียบเทียบกับอุปกรณ์ที่ทำการส่งมอบ

๕.๖ อุปกรณ์ที่ได้รับการพิจารณาหากบริษัทจัดส่งให้กับทางโรงพยาบาลมีคุณสมบัติที่แตกต่างไปจากตัวอย่างที่คณะกรรมการเก็บไว้เปรียบเทียบ ทางบริษัทจะต้องรับผิดชอบในการนำกลับคืนและจัดส่งอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติเหมือนกับตัวอย่างมาทดแทนโดยเร็วโดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ทั้งสิ้น