

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของสายสวนหลอดเลือดดำ หรือหลอดเลือดแดงทางสายสะดือ
ชนิด PVC (PVC Umbilical Catheter) ๓.๕ Fr. ๓๗ cm.

๑. ชนิดของวัสดุ

PVC Umbilical catheter เป็นอุปกรณ์สายสวนหลอดเลือดดำหรือหลอดเลือดแดง ผ่านทางสายสะดือสำหรับเด็กแรกเกิด

๒. วัตถุประสงค์

เป็นอุปกรณ์สายสวนหลอดเลือดดำ ผ่านทางสายสะดือ สำหรับเด็กแรกเกิด แบบ ๑ ช่องสามารถบริหารการให้สารน้ำ ยา และสารอาหาร หรือการใช้ผ่านหลอดเลือดแดง เพื่อสำหรับ blood gas analysis, arterial pressure measurement, ยา และ สารน้ำ บางชนิด

๓. คุณลักษณะเฉพาะ

๓.๑ สายสวนหลอดเลือดดำหรือหลอดเลือดแดงผ่านทางสายสะดือเป็นสายสวนแบบชั้นเดียว ผลิตมาจากวัสดุ PVC

๓.๒ สายสวนหลอดเลือดดำหรือหลอดเลือดแดงผ่านทางสายสะดือมีหลายขนาด

- ๓.๕ Fr มีความยาว ๓๗ cm.

๓.๓ สายสวนหลอดเลือดดำหรือหลอดเลือดแดงผ่านทางสายสะดือจะมีเครื่องหมายบอกระยะ ตั้งแต่ ๕-๒๕ เซนติเมตร


๓.๔ สายสวนหลอดเลือดดำหรือหลอดเลือดแดงผ่านทางสายสะดือเป็นแบบ Radiopaque catheter เพื่อที่สามารถตรวจสอบ โดย X-ray หาตำแหน่งของสายได้อย่างชัดเจน และ


- DEHP-free
- LATEX-free
- YROGEN-free
- Does not contain any products of animal or biological origin.


๓.๕ อายุของเวชภัณฑ์ ๕ ปี

๓.๖ ทำให้ปราศจากเชื้อโดยวิธี Ethylene Oxide (EO)

๔. เป็นผลิตภัณฑ์ของทวียุโรป ,อเมริกา หรือประเทศไทย


(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการฯ
(นางบุษกร แท้ศิริ) นายแพทย์เชี่ยวชาญ


(ลงชื่อ)..... กรรมการฯ
(นางพรพิมล โรจนครินทร์) นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ


(ลงชื่อ)..... กรรมการฯ
(นางอรุทัย ต๊ะเพย) พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของสายสวนหลอดเลือดดำ หรือหลอดเลือดแดงทางสายสะดือ
ชนิด PVC (PVC Umbilical Catheter) ๕ Fr. ๓๗ cm.

๑. ชนิดของวัสดุ
PVC Umbilical catheter เป็นอุปกรณ์สายสวนหลอดเลือดดำหรือหลอดเลือดแดง ผ่านทางสายสะดือสำหรับเด็กแรกเกิด
๒. วัตถุประสงค์
เป็นอุปกรณ์สายสวนหลอดเลือดดำ ผ่านทางสายสะดือ สำหรับเด็กแรกเกิด แบบ ๑ ช่องสามารถบริหารการให้สารน้ำ ยา และสารอาหาร หรือการใช้ผ่านหลอดเลือดแดง เพื่อสำหรับ blood gas analysis, arterial pressure measurement, ยา และ สารน้ำ บางชนิด
๓. คุณลักษณะเฉพาะ
 - ๓.๑ สายสวนหลอดเลือดดำหรือหลอดเลือดแดงผ่านทางสายสะดือเป็นสายสวนแบบชั้นเดียว ผลิตมาจากวัสดุ PVC
 - ๓.๒ สายสวนหลอดเลือดดำหรือหลอดเลือดแดงผ่านทางสายสะดือมีหลายขนาด
 - ๕ Fr มีความยาว ๓๗ cm.
 - ๓.๓ สายสวนหลอดเลือดดำหรือหลอดเลือดแดงผ่านทางสายสะดือจะมีเครื่องหมายบอกระยะ ตั้งแต่ ๕-๒๕ เซนติเมตร
 - ๓.๔ สายสวนหลอดเลือดดำหรือหลอดเลือดแดงผ่านทางสายสะดือเป็นแบบ Radiopaque catheter เพื่อที่สามารถตรวจสอบ โดย X-ray หาตำแหน่งของสายได้อย่างชัดเจน และ
 - DEHP-free
 - LATEX-free
 - YROGEN-free
 - Does not contain any products of animal or biological origin.
 - ๓.๕ อายุของเวชภัณฑ์ ๕ ปี
 - ๓.๖ ทำให้ปราศจากเชื้อโดยวิธี Ethylene Oxide (EO)
๔. เป็นผลิตภัณฑ์ของทวียุโรป ,อเมริกา หรือประเทศไทย

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการฯ
(นางบุษกร แต้ศิริ) นายแพทย์เชี่ยวชาญ

(ลงชื่อ)..........กรรมการฯ
(นางพรพิมล โรจนครินทร์) นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)..........กรรมการฯ
(นางอรุทัย ต๊ะเพย) พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ