

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของชุดให้น้ำเกลือเด็ก

๑. คุณลักษณะเฉพาะ

- ๑.๑ เข็มแหงจุกขาดน้ำเกลือเดือยพลาสติก(Plastic spike)ทำจากพลาสติกแข็งปลายแหลมสามารถแทงผ่านจุกยางเข้าในถุงน้ำเกลือได้โดยง่าย สะดวกในการจับ มีปลอกพลาสติกแข็งสวมอยู่อีกชั้นหนึ่ง
- ๑.๒ กระปาลสำหรับให้น้ำเกลือหยอด (Drip Chamber) มีความยืดหยุ่นสูง ใส สามารถมองเห็นการหยดของสารน้ำได้ชัดเจน
- ๑.๓ เข็มสำหรับหยดสารน้ำ มีความแม่นยำสูง กำหนดหยดของสารน้ำขนาด ๖๐ หยด/ชีวิต และลักษณะหยดของสารน้ำต้องหยดลงตรงกลางกระปาลลักษณะเป็นหยด(ไม่ติดขอบกระปาล)
- ๑.๔ ตัวสาย (Tubing) ทำด้วยพลาสติกที่ใช้ในการแพทย์ (Medical grade) มีความยืดหยุ่น นิ่มและคืนรูปได้ดี สามารถบีบเร่งสารน้ำได้ ใสสามารถมองเห็นสารละลายได้ ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ซม.
- ๑.๕ อุปกรณ์ควบคุมการไหลของสารน้ำ(clamp) เป็นแบบล้อเลื่อน สามารถควบคุมอัตราการหยดให้คงที่และแม่นยำ สามารถเลื่อนตำแหน่งขึ้นลงได้เพื่ออำนวยความสะดวกขณะให้การพยาบาล
- ๑.๖ มี Y-Site Injection เป็นทางฉีดยาผ่านไปยังผู้ป่วย มีความยืดหยุ่นสูงไม่ว่าจะมีร่องรอย
- ๑.๗ หัวต่อเป็นแบบ Luer Slip ขนาดมาตรฐานตาม ISO กำหนด สามารถต่อเข้ากับเข็มน้ำเกลือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ชนิดอื่นได้กระชับพอดี ไม่หลุดง่าย ไม่ร้าวซึม มีฝาครอบป้องกันการปนเปื้อน
- ๑.๘ ส่วนปลายสายด้านในมีแผ่นกรองตามมาตรฐาน สามารถกรองสารน้ำหรือยาที่มีขนาดไม่เล็กเหลือมากกว่า๕๙ ไมครอนได้
- ๑.๙ ชุดให้น้ำเกลือบรรจุอยู่ในช่องพลาสติกชนิดรีบบอนแพค ทำให้ปราศจากเชื้อโดยเอธิลีนออกไซด์แก๊ส และระบุเลขที่ผลิต วันหมดอายุชัดเจน
- ๑.๑๐ ผ่านการตรวจสอบคุณภาพทั้งกายภาพและชีวภาพ
- ๑.๑๑ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า ๒ ปี นับจากวันผลิต(วันหมดอายุของผลิตภัณฑ์ต้องไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับจากวันส่งมอบ)
- ๑.๑๒ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากสถาบัน ที่สากลยอมรับ(ISC) จากโรงงานผู้ผลิต
- ๑.๑๓ ได้รับเครื่องหมาย อ.ย. หรือ มอก. หรือมีหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ มอก.(กรณีผลิตในประเทศไทย) และหนังสือรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อื่นๆ (กรณีนำเข้าจากต่างประเทศ)
- ๑.๑๔ มีเอกสารผลการวิเคราะห์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

(ลงชื่อ).*98*.....ประธานกรรมการ
(นางสาวพิพรรณ กลัดเนียม) พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).*๑๒*.....กรรมการ
(นางสาววันทนีย์ คุปวนิชพงษ์) พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).*3M*.....กรรมการ
(นางวรลักษณ์ บุญเกิด) พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ