

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

รายละเอียดคุณลักษณะ


สายสวนหัวใจเพื่อการตรวจโดยการฉีดสี

คุณลักษณะทั่วไป

เป็นสายสวนใช้สำหรับการนำสารทึบรังสีเข้าสู่เส้นเลือดเลี้ยงหัวใจเพื่อการวินิจฉัยความผิดปกติของหลอดเลือดหัวใจ

คุณลักษณะเฉพาะ


๑. โครงสร้างสายสวนออกแบบให้มีแรงหมุนและแรงผลักที่ดี และทำให้ป้องกันการหักงอของสายสวนได้ดี
๒. ความกว้างของช่องภายในของสายสวนขนาด ๕ เฟรนช์ มีขนาดไม่น้อยกว่า ๐.๐๔๕ นิ้ว สายสวนขนาด ๖ เฟรนช์ มีความกว้างของช่องภายในไม่น้อยกว่า ๐.๐๕๖ นิ้ว
๓. สายส่วนปลายที่เข้าสู่เส้นเลือดเลี้ยงหัวใจต้องมีความนุ่มป้องกันอันตรายแก่หลอดเลือดหัวใจ
๔. ส่วนปลายของสายมีความโค้งแบบต่างๆให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมทางกายวิภาคของหลอดเลือด เช่น JR , JL , Amplatz , Pigtail , Multipurpose เป็นต้น
๕. บรรจุและทำให้ปราศจากเชื้อ พร้อมใช้งานได้ทันที
๖. มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปีขณะส่งมอบ
๗. สามารถแลกเปลี่ยนขนาดได้ตามความต้องการของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
๘. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองมาตรฐานจากสำนักงานอาหารและยาประเทศไทย

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการฯ

(นายศรีณีย์ วรรณภาสนี) นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)..........กรรมการฯ

(นายวิระ หวานากุล) นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)..........กรรมการฯ

(นางปิยะรัตน์ โกมลศาสตร์) นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

# โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

## รายละเอียดคุณลักษณะ

### สายสวนหลอดเลือดหัวใจแก้ไขอุดตันด้วยการดูดลิ้มเลือด

#### คุณลักษณะทั่วไป

เป็นสายสวนหลอดเลือดใช้ในการดูดชิ้นส่วน ก้อนเลือดโดยวิธีการทำความสะอาดตันเป็นลูปในผู้ป่วยที่มีก้อนเลือดอุดตันหลอดเลือด

#### คุณลักษณะเฉพาะ

๑. มีลักษณะการใช้งานแบบ Rapid Exchange System
๒. มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ Suction Lumen อย่างน้อย ๑ มิลลิเมตร
๓. ใช้ได้กับสายลวดขนาด ๐.๐๑๔ นิ้ว
๔. สายสวนมีความยาวรวมอย่างน้อย ๑๔๐ เซนติเมตร
๕. มี Removable Core Wire ช่วยในการ Pushability ทำให้สายสวนเคลื่อนไหวได้ง่าย ลดปัญหาสายสวนหักงอ
๖. มี Guide Wire Lumen ยาวไม่เกิน ๑๐ มิลลิเมตร ทำให้มีความยืดหยุ่นของส่วนปลายสายที่ดี
๗. มีการเคลือบสารช่วยให้ลื่นได้ดี (Hydrophilic Coating) ประมาณ ๓๐ เซนติเมตรจากส่วนปลายช่วยให้สายสวนเข้าไปในหลอดเลือดได้ง่าย
๘. มีกระบอกฉีดหัวล๊อค แบบ Negative Pressure ขนาดอย่างน้อย ๓๐ มิลลิลิตร จำนวน ๑ กระบอก และตะกร้ากรอง จำนวน ๑ ชิ้น
๙. มีสายต่อพร้อมตัวปรับเปิด-ปิด Extension with ๒-way stopcock จำนวน ๑ ชุด
๑๐. การบรรจุและหีบห่อ ทำการบรรจุในซองที่ปราศจากเชื้อ (Sterilization )
๑๑. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากกรรมการอาหารและยา
๑๒. มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายศรัณย์ วรรณภาสินี) นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายวิระ หวานากุล) นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นางปิยะรัตน์ โกมลศาสตร์) นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ