

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ


เตียงพลิกตัวผู้ป่วยกระดูกคอหัก


วัตถุประสงค์


เพื่อใช้เป็นเตียงสำหรับเตียงพลิกตัวผู้ป่วยกระดูกคอหัก

คุณลักษณะทั่วไป

๑. เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่บาดเจ็บที่กระดูกต้นคอที่ต้องนอนรักษาและรอการผ่าตัด สามารถเคลื่อนย้าย และใช้ในการผ่าตัดได้
๒. ช่วยลดการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในกรณีที่ไม่จำเป็นได้
๓. สามารถพลิกตัวผู้ป่วยได้ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ องศา โดยไม่กระทบกระเทือนต่อการดัดผู้ป่วย โดยที่ยังสามารถทำการดัดกระดูกคอ ในระหว่างพลิกตัวผู้ป่วยได้ โดยไม่ต้องถอดตุ้มน้ำหนัก ที่ทำการดัดกระดูกค้อออกได้
๔. โครงเหล็กวงกลมแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน สามารถเปิด-ปิด , ถอด-ประกอบและควบคุมการหมุนได้ง่าย
๕. ที่นอนแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน สามารถถอดและประกอบได้ง่าย พร้อมด้วยฟองน้ำหุ้มไวนิล เพื่อความสบายของผู้ป่วย
๖. ฝารองรับตัวผู้ป่วยทำจากผ้าฝ้ายดิบทั้งส่วนที่เป็น Posterior และ Anterior
๗. พื้นที่ขอบเตียงกว้างไม่น้อยกว่า ๗๕ ซม.
๘. สามารถรับน้ำหนักตัวผู้ป่วยได้อย่างน้อย ๒๕๐ ปอนด์
๙. เตียงสามารถปรับสูง-ต่ำได้ ปรับสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า ๔๖ นิ้ว ปรับต่ำสุดได้ไม่เกิน ๓๓ นิ้ว ด้วยระบบไฮดรอลิก จำนวน ๒ ชุด
๑๐. สามารถทำ Trendelenburg /Reverse Trendelenburg Position (± ๑๘ องศา) ได้
๑๑. มีกระดานสำหรับวางแขน ๒ ข้าง สามารถปรับสูง-ต่ำ และเลื่อนไปด้านหน้า-หลัง ได้
๑๒. มีเข็มขัดนิรภัยรัดที่นอนทั้ง ๒ ส่วน เพื่อใช้ประกบตัวผู้ป่วยได้แน่น จำนวน ๑ คู่
๑๓. มีที่รองหมอนนอนสำหรับรับของเสียขั้วถ่ายของผู้ป่วย
๑๔. มีชุดรองรับใบหน้าผู้ป่วย ๑ ชุด และไม่ปิดกั้นการหายใจของผู้ป่วย
๑๕. ล้อสำหรับเคลื่อนย้ายขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๘ นิ้ว จำนวน ๔ ล้อ พร้อมที่เบรก



(นายปริธา อธิธรรมบูรณ์)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ



(นายจิรวุฒิ รากวงศ์)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ



(นายอำพล ระจินดา)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. รับประกันคุณภาพเป็นเวลาอย่างน้อย ๑ ปี นับแต่วันส่งมอบเป็นต้นไปและมีบริการตรวจเช็คสภาพเครื่องอย่างน้อยทุก ๒ เดือน ในระยะเวลาประกัน
๒. ในระยะเวลาประกันหากเกิดการขัดข้องด้วยประการใดเนื่องจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องส่งช่างเข้ามาตรวจเช็คเบื้องต้น ภายในเวลา ๔๘ ชั่วโมง และถ้าหากบริษัทฯ ไม่สามารถซ่อมเครื่องให้แล้วเสร็จได้ภายใน ๑๕ วัน จะต้องมีการสำรอง มาให้ทางโรงพยาบาลใช้งานจนกว่าจะซ่อมเครื่องเสร็จ หากมีการแก้ไข ๓ ครั้ง แล้วยังใช้งานไม่ได้ดี จะต้องนำเครื่องมาเปลี่ยนให้ โดยไม่คิดมูลค่าและค่าใช้จ่ายใดๆ
๓. ผู้ขายมีหลักฐานว่ามีช่างที่ผ่านการฝึกอบรมที่จะสามารถซ่อมเครื่องให้ได้และมีการจัดอบรมวิธีการใช้และวิธีบำรุงรักษาเครื่องให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหลังการส่งมอบอย่างน้อย ๒ ครั้ง ระยะเวลาประกัน
๔. มีคู่มือการใช้งานระบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละ ๑ ฉบับ
๕. มีคู่มือการบำรุงรักษา (Service Manual) ที่เป็นต้นฉบับภาษาอังกฤษ ๒ ฉบับ
๖. ต้องมีใบ Calibration ของเครื่องที่มีการ Calibration ก่อนวันส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๓๐ วัน


(นายปรีดา อธิธรรมบุรณ์)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ


(นายจิรวัดน์ รากวงศ์)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ


(นายภาณุพล ระจินตา)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ