

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
รายละเอียดจ้างบำรุงรักษาเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊ส

บริษัทจะต้องดำเนินงานตรวจสอบ ปรับแต่งและบำรุงรักษาระบบต่าง ๆ ของเครื่อง
ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒ เดือน ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. ระบบไฟฟ้า

- ๑.๑ ตรวจสอบวัดค่าแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้กับเครื่องอบแก๊สและปั๊มลม
- ๑.๒ ตรวจสอบวัด/ปรับแต่งแรงดันไฟฟ้าภายในเครื่องอบแก๊สและปั๊มลม

๒. ระบบดำเนินการความดันบวก (ปั๊มลม)

- ๒.๑ ตรวจสอบวัด/ปรับแต่งค่าความดันสูงสุดให้เหมาะสมกับการทำงาน
- ๒.๒ ตรวจสอบวัดอัตรา/เวลาในการอัดอากาศของปั๊มลม
- ๒.๓ ตรวจสอบสภาพทั่วไปของปั๊มลม

๓. ระบบความดันลม

- ๓.๑ ตรวจสอบวัดอุปกรณ์วัดความดัน
- ๓.๒ ตรวจสอบวัด/ปรับแต่งความดันลมให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
- ๓.๓ ตรวจสอบวัด/ปรับแต่งอุปกรณ์ให้ความชื้น

๔. ระบบควบคุมอุณหภูมิ

- ๔.๑ ตรวจสอบวัดอุปกรณ์วัดอุณหภูมิ
- ๔.๒ ตรวจสอบวัด/บำรุงรักษา อุปกรณ์การทำงานความร้อนให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
- ๔.๓ ตรวจสอบวัด/ปรับแต่งอุปกรณ์ให้ความชื้น

๕. ระบบความปลอดภัย

- ๕.๑ ตรวจสอบวัด/บำรุงรักษาการรั่วของเครื่องอบแก๊ส
- ๕.๒ ตรวจสอบเช็ค/บำรุงรักษาอุปกรณ์ล๊อคประตู


๖. บริษัทจะต้องดำเนินการตามระยะเวลาอย่างน้อย ๒ ครั้ง


- ๖.๑ ตรวจสอบเช็ค/บำรุงรักษาระบบระบายอากาศ
- ๖.๒ ตรวจสอบวัด/บำรุงรักษาการรั่วของท่อทิ้งแก๊ส


๗. บริษัทจะต้องทำการเปลี่ยนอุปกรณ์และบำรุงรักษาเครื่องอบแก๊ส ดังนี้

- ๗.๑ เปลี่ยนไส้กรองอากาศ
- ๗.๒ ชุดแบตเตอรี่รีเฟิลเตอร์

๘. เงื่อนไขเฉพาะ


นางสมบุรณ์ นันตโลहित
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


นางสมสมัย บุญส่อง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


นายฉลาด แสงดี
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

๘.๑ บริษัทจะต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือดังกล่าว และจะต้องทำการบำรุงรักษาตามคู่มือผู้ผลิตพร้อมออกใบรายงานผลและติดเครื่องหมายแสดงสถานะของเครื่อง และ ส่งผลการบำรุงรักษาภายใน ๒ สัปดาห์หลังการตรวจจอบเครื่องในแต่ละครั้ง

๘.๒ หากมีการชำรุดของเครื่องที่ต้องการซ่อมแซมโดยเร่งด่วน บริษัทจะต้องจัดส่งช่างมาบริการภายใน ๔๘ ชั่วโมงหลังจากที่เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลฯ แจ้งให้ทราบ

๘.๓ โรงพยาบาลฯ สามารถเรียกใช้บริการของบริษัทมาแก้ไขเครื่องได้ก่อนกำหนดการนัดการให้บริการครั้งต่อไปเมื่อเครื่องมีปัญหา โดยไม่คิดค่าบริการและได้รับส่วนลดอะไหล่ ๑๐% จากราคาปกติ กรณีการเปลี่ยนอะไหล่ที่เสีย



นางสมบูรณ์ นันทโลहित
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสมสมัย บุญส่อง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ



นายฉลาด แสงวงดี
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน