

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

รถเข็นเปลนอนปรับหัวสูงได้ พร้อมเสาน้ำเกลือ

1. ความต้องการ

เตียงสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ปรับหัวสูงต่ำได้

2. วัตถุประสงค์การใช้งาน

ใช้ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

3. คุณสมบัติทั่วไป

เป็นรถเข็นเปลนอนสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ชนิดปรับหัวสูงได้ พร้อมเสาน้ำเกลือ ในกรณีผู้ป่วยต้องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ

4. คุณสมบัติด้านเทคนิค

4.1 โครงสร้างของเตียง

- โครงสร้างของตัวเตียงผลิตจากเหล็กคุณภาพสูงเคลือบสี ความยาว 191 เซนติเมตร ความกว้าง 64 เซนติเมตร ความสูง 65-85 เซนติเมตร พร้อมทั้งเก็บถังออกซิเจนทางด้านหัวเตียง
- ด้านหัวเตียงมีที่สำหรับใส่เสาน้ำเกลือทางด้านขวาและปลายเตียงทางด้านซ้าย
- ตัวเตียงสามารถปรับความสูงขึ้น-ลงได้ในระดับต่ำสุด 56 ซม. โดยวัดจากพื้น และสามารถปรับสูงสุดได้ 85 เซนติเมตรไม่รวมเบาะ โดยมีระบบไกหมุน ใช้สำหรับปรับความสูงขึ้นลง
- ไก่ทำจากเหล็กชุบโครเมียม สามารถพับเก็บได้
- บริเวณด้านล่างมีช่องสำหรับเก็บเสาน้ำเกลือได้หากไม่ได้ใช้งาน

4.2 ส่วนรองรับตัวคนไข้

- แบ่งเป็น 2 ตอน ตามสรีระของคนไข้ คือส่วนศีรษะถึงแผ่นหลัง และช่วงลำตัวถึงช่วงขา ตามลำดับ
- ส่วนรองรับตัวคนไข้ ทำด้วยวัสดุคุณภาพดี ฉุดขึ้นรูปโค้งมนไร้รอยต่อที่มุมและส่วนบนที่นอน
- บริเวณหัวเตียงและส่วนท้ายเตียงมีช่องว่างไว้สำหรับเข็น มีความแข็งแรงทนทาน สามารถรับน้ำหนักได้ดีเยี่ยม
- สามารถรับน้ำหนักในการทำ CPR ได้
- ส่วนที่เป็นที่รองรับศีรษะผู้ป่วย สามารถยกปรับได้ 75 องศา และสามารถปรับได้ด้วยระบบโซ้ค เพียงยกที่ปรับศีรษะที่ติดตั้งบริเวณหัวเตียงขึ้นก็จะสามารถปรับระดับได้



(นางนวลน้อย โหตระไวศยะ)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ



(นางนิภา ทองทับ)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ



(นางวรลักษณ์ บุญเกิด)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

- มีสายรัดลำตัวผู้ป่วย 3 ระดับ คือ ต้นขา ,ลำตัว และหน้าอก เพื่อป้องกันการพลิกตกเตียง เพื่อความปลอดภัย
- สามารถถอดแยกจากโครงเหล็กของตัวเปลนอนได้

4.3 ราวข้างเตียง

- เป็นราวกันข้างเตียง จำนวน 2 ชั้น ทำจากวัสดุ PP อย่างดี สามารถพับเก็บ แยกกันได้โดยอิสระ ในระดับต่ำกว่าที่นอน เพื่อไม่ให้ขัดขวางเวลาขึ้นหรือลงจากเตียง
- สามารถล็อกเมื่อตั้งราวขึ้นและกดปลดล็อกได้เมื่อต้องการพับราวลง
- มีระบบบี๊อค เพื่อความนุ่มนวล ในขณะที่พับเก็บราวข้างเตียง
- มีคุณสมบัติที่แข็งแรง ทนทาน ทนต่อการถีบหรือกระทำรุนแรงต่างๆจากผู้ป่วย

4.4 ล้อ

- มีล้อ จำนวน 4 ล้อ เพื่อสะดวกในการเคลื่อนย้ายเตียง มีขนาดไม่น้อยกว่า 5 นิ้ว
- ล้อทำด้วยพลาสติกสังเคราะห์ อย่างดีมีความแข็งแรงทนทาน
- มีระบบล็อกล้อพร้อมกันทั้ง 4 ล้อ (Central wheels lock)
- มีล้อพิเศษตรงบริเวณกลางเตียงพร้อมระบบล็อกล้อ เพื่อช่วยรับแรงกดในขณะที่ทำการ CPR

4.5 ส่วนของเบาะ

- ทำด้วยฟองน้ำหุ้มด้วยผ้าไลคราอย่างดีป้องกันน้ำ
- สามารถซักล้างได้ง่าย พร้อมห้วงผ้าบริเวณที่จะยกหรือเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
- มีที่รัดตัวผู้ป่วยให้ติดกับที่นอน จำนวน 2 ชุด ทั้งทางด้านบน และด้านล่างของผู้ป่วย

4.6 เสาเท้าเกลิ้อ

- เสาเท้าเกลิ้อ ทำด้วยโลหะอย่างดี สามารถปรับระดับสูง – ต่ำ ได้ และมีแฉก 4 แฉกสามารถปรับและพับเก็บได้

5.เงื่อนไขเฉพาะ

5.1 นำเตียงตัวอย่างพร้อมใช้มาเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบ

5.2 รับประกันคุณภาพเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี นับตั้งแต่วันส่งมอบของครบพร้อมบริการอะไหล่โดยไม่มีคิดมูลค่า

5.3 มีคู่มือภาษาไทย 1 ชุด และมีการสาธิตสินค้าก่อนใช้

5.4 เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน



(นางนวลน้อย โทตระไวศยะ)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ



(นางนิภา ทองทับ)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ



(นางวรลักษณ์ บุญเกิด)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ