

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี  
รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะจ้างซ่อมกล้องผ่าตัดจลศัลยกรรมประสาท  
ยี่ห้อ Leica/M๕๒๕ OH๔ เลขครุภัณฑ์ ๖๕๑๕-๐๒๑-๒๒๑๑/๐๐๐๙/๒๕๕๑ ID:๓๕๖๕๖  
ของ ORวิซิต

๑. ข้อกำหนดทั่วไป

เพื่อให้จ้างซ่อมกล้องผ่าตัดจลศัลยกรรมประสาท ยี่ห้อ Leica/M๕๒๕ OH๔ เลขครุภัณฑ์ ๖๕๑๕-๐๒๑-๒๒๑๑/๐๐๐๙/๒๕๕๑ ID:๓๕๖๕๖ ของ ORวิซิต สามารถใช้งานได้

๒. ข้อกำหนดเฉพาะของการซ่อมกล้องผ่าตัดจลศัลยกรรมประสาท ยี่ห้อ Leica/M๕๒๕ OH๔

เลขครุภัณฑ์ ๖๕๑๕-๐๒๑-๒๒๑๑/๐๐๐๙/๒๕๕๑ ID:๓๕๖๕๖ ของ ORวิซิต

- |                                                                       |              |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|
| ๒.๑. เปลี่ยน (Axis๔) new Bus version                                  | จำนวน ๑ ชิ้น |
| ๒.๒ เปลี่ยน (Swing arm) New Bus                                       | จำนวน ๑ ชิ้น |
| ๒.๓ เปลี่ยน Mitaka Master Controller OH๔/OH๕ New Bus                  | จำนวน ๑ ชิ้น |
| ๒.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องรับประกันการอะไหล่และการซ่อมไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน |              |

(นายเจนฤทธิ์ วิตตะ)  
นายแพทย์เชี่ยวชาญ

(นายจำลอง กิตติวรเวช)  
นายแพทย์ชำนาญการ

(นายฉลาด แสงดี)  
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน