

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะการจ้างซ่อมเครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่แบบ C-ARM
ยี่ห้อ TOSHIBA ID:๔๒๓๓๒ เลขครุภัณฑ์ ๖๕๒๕-๐๐๔-๘๐๐๖/๐๐๑๐/๒๕๕๒
ของ OR พยาธิชั้น ๓

๑.ข้อกำหนดทั่วไป

ซ่อมจ้างซ่อมเครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่แบบ C-ARM ยี่ห้อ TOSHIBA ID:๔๒๓๓๒ เลขครุภัณฑ์ ๖๕๒๕-๐๐๔-๘๐๐๖/๐๐๑๐/๒๕๕๒ ของ OR พยาธิชั้น ๓

๒.ข้อกำหนดเฉพาะของการซ่อมเครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่แบบ C-ARM

เปลี่ยนอะไหล่ XRAY CONT PWB สำหรับเครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่แบบ C-ARM ยี่ห้อ TOSHIBA ID:๔๒๓๓๒ เลขครุภัณฑ์ ๖๕๒๕-๐๐๔-๘๐๐๖/๐๐๑๐/๒๕๕๒ ของ OR พยาธิชั้น ๓ จำนวน ๑ ชุด ประกอบด้วย

- ๒.๑ ออกแบบให้ใช้งานกับเอ็กซเรย์เคลื่อนที่แบบ C-ARM ยี่ห้อ TOSHIBA ID:๔๒๓๓๒ เลขครุภัณฑ์ ๖๕๒๕-๐๐๔-๘๐๐๖/๐๐๑๐/๒๕๕๒ ของ OR พยาธิชั้น ๓
- ๒.๒ บันทึกข้อมูลสำหรับการจ่ายไฟเลี้ยงให้หลอดเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบ C-AR
- ๒.๓ ควบคุมค่าเอกซเรย์ให้ได้ตามที่ต้องการตามมาตรฐานของเครื่อง
- ๒.๓ รับส่งข้อมูลการตั้งค่าของเครื่องให้อุปกรณ์ร่วมต่างๆ
- ๒.๓ ควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ต่อร่วมต่างๆ
- ๒.๔ ผู้เสนอราคามีการรับประกันงานซ่อม ๑ ปี



(นายตรี หาญประเสริฐ)
นายแพทย์ชำนาญการ



(นายฉลาด แสงดี)
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน



(นายรัชชัย คุระนาม)
นายช่างเทคนิค(พนักงานราชการ)