

ประเภทที่ ๑ ชุดแขนเทียมระดับใต้ศอกมือ ๕ นิ้วใช้งานได้ จำนวน ๒ รายการ

๑. ความต้องการ

ชุดอุปกรณ์ในการผลิตแขนเทียมระดับใต้ศอกชนิด ๕ นิ้วใช้งานได้

๒. วัตถุประสงค์ของการใช้งาน

ใช้ในการผลิตแขนเทียมระดับใต้ศอกชนิด ๕ นิ้วใช้งานได้

๓. คุณลักษณะเฉพาะทั่วไป

ใน ๑ ชุด ประกอบด้วย

- ๓.๑ มือเทียมชนิด ๕ นิ้ว ใช้งานได้
- ๓.๒ ข้อต่อมือเทียมแบบ ๕ นิ้ว
- ๓.๓ สายบังคับมือเทียมระดับใต้ศอก
- ๓.๔ ถังมือเทียม

๔. คุณสมบัติ/ข้อบ่งใช้

ใช้ในการผลิตแขนเทียมระดับใต้ศอกแบบมือ ๕ นิ้ว ใช้งานได้

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

๕.๑ เป็นผลิตภัณฑ์จากทวีปเอเชีย ทวีปยุโรป หรือทวีปอเมริกา

๕.๒ เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๕.๓ สินค้าทุกชิ้นต้องบรรจุในกล่องมิดชิดหรือมัดแน่นเป็นมัดเพื่อความสะดวกในการจัดเก็บและเคลื่อนย้าย

๕.๔ ในวันทำการเปิดซองประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ยื่นซองฯ จะต้องนำอุปกรณ์หรือภาพถ่ายที่เป็นภาพสีมองเห็นภาพชัดเจนมาให้คณะกรรมการเปิดซองตรวจสอบคุณลักษณะของอุปกรณ์เพื่อเลือกอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน

๕.๕ หากอุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐาน ชำรุดก่อนการใช้งานทางบริษัทหรือผู้แทนจำหน่ายจะต้องเปลี่ยนหรือแก้ไขสินค้าให้ใหม่โดยไม่คิดมูลค่าใดๆทั้งสิ้น

๕.๖ ผู้ยื่นซองประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ต้องเป็นผู้นำเข้าพร้อมมีเอกสารทางการค้ากับต่างประเทศ นำเข้าอย่างถูกต้องและผ่านขั้นตอนปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการประเทศไทย

๕.๗ อุปกรณ์ที่ได้รับการพิจารณาหากบริษัทจัดส่งให้กับทางโรงพยาบาลมีคุณสมบัติที่แตกต่างไปจากตัวอย่างที่คณะกรรมการเก็บไว้เปรียบเทียบ ทางบริษัทจะต้องรับผิดชอบในการนำกลับคืนและจัดส่งอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติเหมือนกับตัวอย่างมาทดแทนโดยเร็วโดยไม่คิดมูลค่าใดๆทั้งสิ้น

ประเภทที่ ๒ ชุดแขนเทียมระดับเหนือศอกมือ ๕ นิ้วใช้งานได้ จำนวน ๒ รายการ

๑. ความต้องการ

ชุดอุปกรณ์ในการผลิตแขนเทียมระดับเหนือศอกชนิด ๕ นิ้วใช้งานได้

๒. วัตถุประสงค์ของการใช้งาน

ใช้ในการผลิตแขนเทียมระดับเหนือศอกชนิด ๕ นิ้วใช้งานได้

๓. คุณลักษณะเฉพาะทั่วไป

ใน ๑ ชุด ประกอบด้วย

- ๓.๑ มือเทียมชนิด ๕ นิ้ว ใช้งานได้
- ๓.๒ ข้อต่อมือเทียมแบบ ๕ นิ้ว
- ๓.๓ สายบังคับมือเทียมระดับเหนือศอก
- ๓.๔ ถังมือเทียม
- ๓.๕ ข้อศอกเทียม

๔. คุณสมบัติ/ข้อบ่งชี้

ใช้ในการผลิตแขนเทียมระดับเหนือศอกแบบ ๕ นิ้ว ใช้งานได้

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

- ๕.๑ เป็นผลิตภัณฑ์จากทวีปเอเชีย ทวีปยุโรป หรือทวีปอเมริกา
- ๕.๒ เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
- ๕.๓ สินค้าทุกชิ้นต้องบรรจุในกล่องมิดชิดหรือมัดแน่นเป็นมัดเพื่อความสะดวกในการจัดเก็บและเคลื่อนย้าย
- ๕.๔ ในวันทำการเปิดของประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ยื่นซองฯ จะต้องนำอุปกรณ์หรือภาพถ่ายที่เป็นภาพสีมองเห็นภาพชัดเจนมาให้คณะกรรมการเปิดของตรวจสอบคุณลักษณะของอุปกรณ์เพื่อเลือกอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน
- ๕.๕ หากอุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐาน ชำรุดก่อนการใช้งานทางบริษัทหรือผู้แทนจำหน่ายจะต้องเปลี่ยนหรือแก้ไขสินค้าให้ใหม่โดยไม่คิดมูลค่าใดๆทั้งสิ้น
- ๕.๖ ผู้ยื่นซองประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ต้องเป็นผู้นำเข้าพร้อมมีเอกสารทางการค้ากับต่างประเทศ นำเข้าอย่างถูกต้องและผ่านขั้นตอนปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการประเทศไทย
- ๕.๗ อุปกรณ์ที่ได้รับการพิจารณาหากบริษัทจัดส่งให้กับทางโรงพยาบาลมีคุณสมบัติที่แตกต่างไปจากตัวอย่างที่คณะกรรมการเก็บไว้เปรียบเทียบ ทางบริษัทจะต้องรับผิดชอบในการนำกลับคืนและจัดส่งอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติเหมือนกับตัวอย่างมาทดแทนโดยเร็วโดยไม่คิดมูลค่าใดๆทั้งสิ้น

ประเภทที่ ๓ ชุดขาเทียมระดับใต้เข่าแบบแกนใน จำนวน ๒ รายการ

๑. ความต้องการ

ชุดขาเทียมระดับใต้เข่าแบบแกนใน

๒. วัตถุประสงค์ของการใช้งาน

ใช้ในการผลิตขาเทียมระดับใต้เข่าแบบแกนใน

๓. คุณลักษณะเฉพาะทั่วไป

ประกอบด้วยอุปกรณ์ / แยกชิ้นส่วน ดังต่อไปนี้

- แกนหน้าแข้ง พร้อมตัวยึด
- ตัวต่อยึดเข้ากับหน้าแข้งเทียม
- ตัวจับเข่าใต้เข่า
- ข้อเท้าแบบแกนเดี่ยว
- เท้าเทียม Single Axis มีขนาดตั้งแต่เบอร์ ๒๒,๒๓,๒๔,๒๕,๒๖,๒๗ มีข้างซ้ายและข้างขวา
- โฟมใต้เข่า
- ถูรองสำหรับขาเทียมระดับใต้เข่า
- สายเข็มขัดขาเทียมใต้เข่า
- แป้นน็อตยึดสายเข็มขัดขาเทียม

๔. คุณสมบัติ/ข้อบ่งชี้

ใช้ในการผลิตขาเทียมระดับใต้เข่าแบบแกนใน

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

๕.๑ เป็นผลิตภัณฑ์จากทวีปเอเชีย ทวีปยุโรป หรือทวีปอเมริกา

๕.๒ สินค้าทุกชิ้นต้องบรรจุในถุงหรือกล่องปิดมิดชิด

๕.๓ ในวันทำการเปิดซองประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ยื่นซองฯ จะต้องนำอุปกรณ์หรือภาพถ่ายที่เป็นภาพสีมองเห็นภาพชัดเจนมาให้คณะกรรมการเปิดซองตรวจสอบคุณลักษณะของอุปกรณ์เพื่อเลือกอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน

๕.๔ หากอุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐาน ขำรดก่อนการใช้งานทางบริษัทหรือผู้แทนจำหน่ายจะต้องเปลี่ยนหรือแก้ไขสินค้าให้ใหม่โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ทั้งสิ้น

๕.๕ อุปกรณ์ที่ได้รับการพิจารณาหากบริษัทจัดส่งให้กับทางโรงพยาบาลมีคุณสมบัติที่แตกต่างไปจากตัวอย่างที่คณะกรรมการเก็บไว้เปรียบเทียบ ทางบริษัทจะต้องรับผิดชอบในการนำกลับคืนและจัดส่งอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติเหมือนกับตัวอย่างมาทดแทนโดยเร็วโดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ทั้งสิ้น

ประเภทที่ ๔ ชุดขาเทียมระดับข้อเข่าแบบแกนใน จำนวน ๒ รายการ

๑. ความต้องการ

ชุดขาเทียมระดับเหนือเข่าแบบแกนใน

๒. วัตถุประสงค์ของการใช้งาน

ใช้ในการผลิตขาเทียมระดับเหนือเข่าแบบแกนใน

๓. คุณลักษณะเฉพาะทั่วไป

ประกอบด้วยอุปกรณ์ / แยกชิ้นส่วน ดังต่อไปนี้

- ข้อเข่าเทียมชนิด ๔ Bar Knee Joint
- แกนหน้าแข้ง พร้อมตัวยึด
- ตัวต่อยึดเข้ากับหน้าแข้งเทียม
- ตัวจับเบ้าระดับเหนือเข่า
- ข้อเท้าแบบแกนเดี่ยว
- เท้าเทียม Single Axis มีขนาดตั้งแต่เบอร์ ๒๒,๒๓,๒๔,๒๕,๒๖,๒๗ มีข้างซ้ายและข้างขวา
- โฟมหุ้มระดับเหนือเข่า
- ถูรองสำหรับระดับเหนือขาเทียม
- สายเข็มขัดขาเทียมเหนือเข่า
- แป้นน็อตยึดสายเข็มขัดขาเทียม

๔. คุณสมบัติ/ข้อบ่งชี้

ใช้ในการผลิตขาเทียมระดับเหนือเข่าแบบแกนใน

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

๕.๑ เป็นผลิตภัณฑ์จากทวีปเอเชีย ทวีปยุโรป หรือทวีปอเมริกา

๕.๒ สินค้าทุกชิ้นต้องบรรจุในถุงหรือกล่องปิดมิดชิด

๕.๓ ในวันทำการเปิดซองประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ยื่นซองฯ จะต้องนำอุปกรณ์หรือภาพถ่ายที่เป็นภาพสีมองเห็นภาพชัดเจนมาให้คณะกรรมการเปิดซองตรวจสอบคุณลักษณะของอุปกรณ์เพื่อเลือกอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน

๕.๔ หากอุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐาน ชำรุดก่อนการใช้งานทางบริษัทหรือผู้แทนจำหน่ายจะต้องเปลี่ยนหรือแก้ไขสินค้าให้ใหม่โดยไม่คิดมูลค่าใดๆทั้งสิ้น

๕.๕ ผู้ยื่นซองประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ต้องเป็นผู้นำเข้าพร้อมมีเอกสารทางการค้ากับต่างประเทศ นำเข้าอย่างถูกต้องและผ่านขั้นตอนปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการประเทศไทย

๕.๖ อุปกรณ์ที่ได้รับการพิจารณาหากบริษัทจัดส่งให้กับทางโรงพยาบาลมีคุณสมบัติที่แตกต่างไปจากตัวอย่างที่คณะกรรมการเก็บไว้เปรียบเทียบ ทางบริษัทจะต้องรับผิดชอบในการนำกลับคืนและจัดส่งอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติเหมือนกับตัวอย่างมาทดแทนโดยเร็วโดยไม่คิดมูลค่าใดๆทั้งสิ้น

ประเภทที่ ๕ ชุดขาเทียมระดับเหนือเข่าแบบแกนใน จำนวน ๒ รายการ

๑. ความต้องการ

ชุดขาเทียมระดับข้อเข่าแบบแกนใน

๒. วัตถุประสงค์ของการใช้งาน

ใช้ในการผลิตขาเทียมระดับข้อเข่าแบบแกนใน

๓. คุณลักษณะเฉพาะทั่วไป

ประกอบด้วยอุปกรณ์ / แยกชิ้นส่วน ดังต่อไปนี้

- ข้อเข่าเทียมชนิด ๔ Bar Knee Joint
- แกนหน้าแข้ง พร้อมตัวยึด
- ตัวต่อยึดเข้ากับหน้าแข้งเทียม
- ตัวจับเข่าระดับเหนือเข่า
- ข้อเท้าแบบแกนเดี่ยว
- เท้าเทียมแบบ Single Axis มีขนาดตั้งแต่เบอร์ ๒๒,๒๓,๒๔,๒๕,๒๖,๒๗ มีข้างซ้ายและข้างขวา
- โฟมหุ้มระดับเหนือเข่า
- ถูรองสำหรับระดับเหนือขาเทียม
- สายเข็มขัดขาเทียมเหนือเข่า
- แป้นน็อตยึดสายเข็มขัดขาเทียม

๔. คุณสมบัติ/ข้อบ่งใช้

ใช้ในการผลิตขาเทียมระดับเหนือเข่าแบบแกนใน

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

๕.๑ เป็นผลิตภัณฑ์จากทวีปเอเชีย ทวีปยุโรป หรือทวีปอเมริกา

๕.๒ สินค้าทุกชิ้นต้องบรรจุในถุงหรือกล่องปิดมิดชิด

๕.๓ ในวันทำการเปิดซองประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ยื่นซองฯ จะต้องนำอุปกรณ์หรือภาพถ่ายที่เป็นภาพสีมองเห็นภาพชัดเจนมาให้คณะกรรมการเปิดซองตรวจสอบคุณสมบัติของอุปกรณ์เพื่อเลือกอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน

๕.๔ ผู้ยื่นซองประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ต้องเป็นผู้นำเข้าพร้อมมีเอกสารทางการค้ากับต่างประเทศ นำเข้าอย่างถูกต้องและผ่านขั้นตอนปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการประเทศไทย

๕.๕ อุปกรณ์ที่ได้รับการพิจารณาทางคณะกรรมการอาจจะหรือขอเก็บไว้เป็นตัวอย่าง ๑ ชิ้น เพื่อนำไปเปรียบเทียบกับอุปกรณ์ที่ทำการส่งมอบ

๕.๖ อุปกรณ์ที่ได้รับการพิจารณาหากบริษัทจัดส่งให้กับทางโรงพยาบาลมีคุณสมบัติที่แตกต่างไปจากตัวอย่างที่คณะกรรมการเก็บไว้เปรียบเทียบ ทางบริษัทจะต้องรับผิดชอบในการนำกลับคืนและจัดส่งอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติเหมือนกับตัวอย่างมาทดแทนโดยเร็วโดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ทั้งสิ้น

ประเภทที่ ๖ ฝ่าเท้าเทียมนิ้วเท้าแยก จำนวน ๑๐ รายการ

๑. ความต้องการ

เท้าเทียมชนิด SACH Foot

๒. วัตถุประสงค์ของการใช้งาน

ใช้เป็นส่วนประกอบในการผลิตขาเทียมระดับต่างๆ

๓. คุณลักษณะเฉพาะทั่วไป

๓.๑ โครงสร้างภายนอก ทำจากวัสดุที่มีความยืดหยุ่น ทนทาน สวยงาม ผิวเรียบ มีรูปร่างเหมือนเท้า มีนิ้วเท้า ๕ นิ้ว และมีผิวสัมผัสใกล้เคียงสีเนื้อ

๓.๒ โครงสร้างภายในประกอบด้วย Keel ทำจากไม้/พลาสติก มีความแข็งแรงทนทาน ช่วยปลายด้านที่ชี้ไปยังปลายเท้ามีลักษณะมน มีสายพานทำจากผ้าใบ วางพาดด้านใต้ของ Keel มาทางส่วนหน้าของเท้า โดยยึดอยู่กับ Keel อย่างแข็งแรง มีแหวนโลหะ ยึดติดกับ Keel เพื่อรับกับน็อต สำหรับยึดเท้าเทียมกับ Adapter

๓.๓ มีรูตามแนวตั้งตรงกลางแนวข้อเท้า เพื่อใส่น็อตสำหรับขันยึดติดกับเท้าเทียม

๓.๔ มีความสูงของสันเท้าจากพื้นประมาณ ๑๐ มิลลิเมตร เมื่อวัดโดยวางเท้าในแนวระนาบ ให้ปลายเท้าและฝ่าเท้าแนบไปกับพื้น

๓.๕ เท้ามีขนาดตั้งแต่เบอร์ ๒๒,๒๓,๒๔,๒๕,๒๖,๒๗ มีข้างซ้ายและข้างขวา

๔. คุณสมบัติ/ข้อบ่งชี้

ใช้เป็นส่วนประกอบในการผลิตและซ่อมขาเทียมระดับต่างๆ

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

๕.๑ เป็นผลิตภัณฑ์จากทวีปเอเชีย ทวีปยุโรป หรือทวีปอเมริกา

๕.๒ ในวันทำการเปิดซองประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ยื่นซองฯ จะต้องนำอุปกรณ์มาให้คณะกรรมการเปิดซองตรวจสอบคุณลักษณะของอุปกรณ์เพื่อเลือกอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน

๕.๓ หากอุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐาน ขำรดก่อนการใช้งานทางบริษัทหรือผู้แทนจำหน่ายจะต้องเปลี่ยนหรือแก้ไขสินค้าให้ใหม่โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ทั้งสิ้น

๕.๔ ผู้ยื่นซองประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ต้องเป็นผู้นำเข้าพร้อมมีเอกสารทางการค้ากับต่างประเทศ นำเข้าอย่างถูกต้องและผ่านขั้นตอนปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการประเทศไทย

๕.๕ อุปกรณ์ที่ได้รับการพิจารณาหากบริษัทจัดส่งให้กับทางโรงพยาบาลมีคุณสมบัติที่แตกต่างไปจากตัวอย่างที่คณะกรรมการเก็บไว้เปรียบเทียบ ทางบริษัทจะต้องรับผิดชอบในการนำกลับคืนและจัดส่งอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติเหมือนกับตัวอย่างมาทดแทนโดยเร็วโดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ทั้งสิ้น

ประเภทที่ ๗ ไม้ค้ำยันแบบไม้ จำนวน ๑๑ รายการ

๑. ความต้องการ

ไม้ค้ำยันชนิดทำจากไม้

๒. วัตถุประสงค์ของการใช้งาน

ใช้ในการค้ำยันพุงขาและลำตัว

๓. คุณลักษณะเฉพาะทั่วไป

๓.๑ ทำจากไม้เนื้อแข็งอบแห้งมีน้ำหนักเบาแข็งแรง

๓.๒ ทาหัตด้วยแล็กเกอร์สีงาช้างได้จากความมันวาวของไม้

๓.๓ ส่วนประกอบเนื้อไม้เป็นสีเดียวกัน ทำจากไม้ชนิดเดียวกัน

๓.๔ ปรับสูงต่ำได้โดยมีรูปรับในตำแหน่งของมือจับไม่น้อยกว่า ๓ รู และมีรูปรับในส่วนของโครงไม้ส่วนฐาน จำนวนอย่างน้อย ๘ รู

๓.๕ มือจับทำด้วยไม้กึ่งกลมกลางและเรียวออกทางด้านข้างมีความยาวไม่น้อยกว่า ๑๐ เซนติเมตร

๓.๖ ที่รองรักแร้หุ้มด้วยฟองน้ำหุ้มด้วยหนังเทียมคุณภาพที่ดีมีคุณภาพ มีความยาวไม่น้อยกว่า ๗ นิ้ว

๓.๗ ขนาดความหนาของโครงเนื้อไม้ (ไม้ข้าง) ไม่น้อยกว่า $\frac{1}{2}$ นิ้ว และมีความกว้างของโครงเนื้อไม้ (ไม้กลาง) ไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว

๓.๘ มีลูกยางคุณภาพดีที่มีความเหนียวยืดหยุ่นดีไม่ฉีกขาดง่ายสวมที่ปลายไม้อย่างแน่นหนา

๓.๙ มีหมายเลขบอกขนาดของไม้ติดไว้ที่ไม้กลางทั้งสองข้าง

๓.๑๐ มีหลายขนาดให้เลือก

๔. คุณสมบัติ/ข้อบ่งชี้

ใช้เพื่อค้ำยันพุงขาและลำตัวในการเดิน เพื่อบรรเทาอาการปวด เคล็ด ขัดยอกของขาและลำตัวอันเนื่องจากการได้รับบาดเจ็บและกระดูกขาหัก

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

๕.๑ เป็นผลิตภัณฑ์จากทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา หรือประเทศไทย

๕.๒ สินค้าทุกชิ้นต้องบรรจุในถุงมิดชิดหรือมัดแน่นเป็นมัดเพื่อความสะดวกในการจกเก็บและเคลื่อนย้าย

๕.๓ ในวันทำการเปิดของประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ยื่นซองฯ จะต้องนำอุปกรณ์หรือภาพถ่ายที่เป็นภาพสีมองเห็นภาพชัดเจนมาให้คณะกรรมการเปิดซองตรวจสอบคุณสมบัติของอุปกรณ์เพื่อเลือกอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน

๕.๔ หากอุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐาน ชำรุดก่อนการใช้งานทางบริษัทหรือผู้แทนจำหน่ายจะต้องเปลี่ยนหรือแก้ไขสินค้าให้ใหม่โดยไม่คิดมูลค่าใดๆทั้งสิ้น

๕.๕ อุปกรณ์ที่ได้รับการพิจารณาทางคณะกรรมการอาจจะหรือขอเก็บไว้เป็นตัวอย่าง ๑ ชิ้น เพื่อนำไปเปรียบเทียบกับอุปกรณ์ที่ทำการส่งมอบ

๕.๖ อุปกรณ์ที่ได้รับการพิจารณาหากบริษัทจัดส่งให้กับทางโรงพยาบาลมีคุณสมบัติที่แตกต่างไปจากตัวอย่างที่คณะกรรมการเก็บไว้เปรียบเทียบ ทางบริษัทจะต้องรับผิดชอบในการนำกลับคืนและจัดส่งอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติเหมือนกับตัวอย่างมาทดแทนโดยเร็วโดยไม่คิดมูลค่าใดๆทั้งสิ้น