


โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของ
สายสวนหลอดเลือด ชนิดมีบอลลูนตรงปลายสาย (โพกาตี) เบอร์ ๒

๑. ลักษณะทั่วไป


- ๑.๑ เป็นสายสวนหลอดเลือดแดงเพื่อใช้ลอก Emboli, Thrombi ที่อุดตันในหลอดเลือดแดง
- ๑.๒ ส่วนปลายมีลักษณะเป็น Winged hub ทำให้สะดวกต่อการใช้งาน
- ๑.๓ ตัว Balloon ผลิตมาจาก Latex ด้วย technique “Low profile” ทำให้ตัว balloon มีลักษณะสมมาตรกันทั้งสองด้าน ซึ่งเป็นประโยชน์ ต่อผิวสัมผัสของ balloon กับผนังหลอดเลือด
- ๑.๔ ส่วน Body (สาย Catheter) ผลิตมาจาก Polyvinylchloride สามารถดัดโค้งงอได้
- ๑.๕ บรรจุในบรรจุภัณฑ์ (rigid tube) ที่ปราศจากเชื้อ และบันทึกวันผลิต, วันหมดอายุ, ผ่านการฆ่าเชื้อโรคด้วย

๒. ลักษณะผลิตภัณฑ์


สายสวนหลอดเลือดแดง ขนาด Body ประมาณ ๒ เฟรน ความยาวไม่น้อยกว่า ๘๐ ซม.

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการฯ

(นางสาววันทนีย์ คุพานิชพงษ์) พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)..........กรรมการฯ

(นางสาวจินตนา ชินาภา) พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)..........กรรมการฯ

(นางสาววิรวรรณ สารธรรม) พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของ
สายสวนหลอดเลือด ชนิดมีบอลลูนตรงปลายสาย (ไฟกาที้) เบอร์ ๓


๑. ลักษณะทั่วไป


- ๑.๑ เป็นสายสวนหลอดเลือดแดงเพื่อใช้ลอก Emboli, Thrombi ที่อุดตันในหลอดเลือดแดง
- ๑.๒ ส่วนปลายมีลักษณะเป็น Winged hub ทำให้สะดวกต่อการใช้งาน
- ๑.๓ ตัว Balloon ผลิตมาจาก Latex ด้วย technique “Low profile” ทำให้ตัว balloon มีลักษณะสมมาตรกันทั้งสองด้าน ซึ่งเป็นประโยชน์ ต่อผิวสัมผัสของ balloon กับผนังหลอดเลือด
- ๑.๔ ส่วน Body (สาย Catheter) ผลิตมาจาก Polyvinylchloride สามารถดัดโค้งงอได้
- ๑.๕ บรรจุในบรรจุภัณฑ์ (rigid tube) ที่ปราศจากเชื้อ และบันทึกวันผลิต, วันหมดอายุ, ผ่านการฆ่าเชื้อโรคด้วย

๒. ลักษณะผลิตภัณฑ์

สายสวนหลอดเลือดแดง ขนาด Body ประมาณ ๓ เฟรน ความยาวไม่น้อยกว่า ๘๐ ซม.

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการฯ
(นางสาววันทนีย์ คุพานิชพงษ์) พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)..........กรรมการฯ
(นางสาวจินตนา ชินาภา) พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)..........กรรมการฯ
(นางสาววิวรรธน์ สารธรรม) พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของ
สายสวนหลอดเลือด ชนิดมีบอลลูนตรงปลายสาย (ไฟกาที้) เบอร์ ๔


๑. ลักษณะทั่วไป


- ๑.๑ เป็นสายสวนหลอดเลือดแดงเพื่อใช้ลอก Emboli, Thrombi ที่อุดตันในหลอดเลือดแดง
- ๑.๒ ส่วนปลายมีลักษณะเป็น Winged hub ทำให้สะดวกต่อการใช้งาน
- ๑.๓ ตัว Balloon ผลิตมาจาก Latex ด้วย technique “Low profile” ทำให้ตัว balloon มีลักษณะสมมาตรกันทั้งสองด้าน ซึ่งเป็นประโยชน์ ต่อผิวสัมผัสของ balloon กับผนังหลอดเลือด
- ๑.๔ ส่วน Body (สาย Catheter) ผลิตมาจาก Polyvinylchloride สามารถดัดโค้งงอได้
- ๑.๕ บรรจุในบรรจุภัณฑ์ (rigid tube) ที่ปราศจากเชื้อ และบันทึกวันผลิต, วันหมดอายุ, ผ่านการฆ่าเชื้อโรคด้วย
- ๑.๖ ผลิตในประเทศในทวีปเอเชีย

๒. ลักษณะผลิตภัณฑ์

สายสวนหลอดเลือดแดง ขนาด Body ประมาณ ๔ เฟรน ความยาวไม่น้อยกว่า ๘๐ ซม.

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการฯ
(นางสาววันทนีย์ คุปวานิชพงษ์) พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)..........กรรมการฯ
(นางสาวจินตนา ชินาภา) พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)..........กรรมการฯ
(นางสาววิรวรรณ สารธรรม) พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของ
สายสวนหลอดเลือด ชนิดมีบอลลูนตรงปลายสาย (โพกาตี) เบอร์ ๕

๑. ลักษณะทั่วไป


- ๑.๑ เป็นสายสวนหลอดเลือดแดงเพื่อใช้ลอก Emboli, Thrombi ที่อุดตันในหลอดเลือดแดง
- ๑.๒ ส่วนปลายมีลักษณะเป็น Winged hub ทำให้สะดวกต่อการใช้งาน
- ๑.๓ ตัว Balloon ผลิตมาจาก Latex ด้วย technique “Low profile” ทำให้ตัว balloon มีลักษณะสมมาตรกันทั้งสองด้าน ซึ่งเป็นประโยชน์ ต่อผิวสัมผัสของ balloon กับผนังหลอดเลือด
- ๑.๔ ส่วน Body (สาย Catheter) ผลิตมาจาก Polyvinylchloride สามารถดัดโค้งงอได้
- ๑.๕ บรรจุในบรรจุภัณฑ์ (rigid tube) ที่ปราศจากเชื้อ และบันทึกวันผลิต, วันหมดอายุ, ผ่านการฆ่าเชื้อโรคด้วย


๒. ลักษณะผลิตภัณฑ์


สายสวนหลอดเลือดแดง ขนาด Body ประมาณ ๕ เฟรน ความยาวไม่น้อยกว่า ๘๐ ซม.

๓. คุณลักษณะพิเศษ

- ๓.๑ ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
- ๓.๒ ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปราศจากเชื้อสามารถใช้งานได้ทันที
- ๓.๓ ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีอายุปราศจากเชื้อไม่น้อยกว่า ๒ ปี หลังตรวจรับสินค้า

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการฯ
(นางสาววันทนีย์ คุปวานิชพงษ์) พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)..........กรรมการฯ
(นางสาวจินตนา ชินาภา) พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)..........กรรมการฯ
(นางสาววิรวรรณ สารธรรม) พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของ
สายสวนหลอดเลือด ชนิดมีบอลลูนตรงปลายสาย (ไฟกาที้) เบอร์ ๖


๑. ลักษณะทั่วไป


- ๑.๑ เป็นสายสวนหลอดเลือดแดงเพื่อใช้ลอก Emboli, Thrombi ที่อุดตันในหลอดเลือดแดง
- ๑.๒ ส่วนปลายมีลักษณะเป็น Winged hub ทำให้สะดวกต่อการใช้งาน
- ๑.๓ ตัว Balloon ผลิตมาจาก Latex ด้วย technique “Low profile” ทำให้ตัว balloon มีลักษณะสมมาตรกันทั้งสองด้าน ซึ่งเป็นประโยชน์ ต่อผิวสัมผัสของ balloon กับผนังหลอดเลือด
- ๑.๔ ส่วน Body (สาย Catheter) ผลิตมาจาก Polyvinylchloride สามารถดัดโค้งงอได้
- ๑.๕ บรรจุในบรรจุภัณฑ์ (rigid tube) ที่ปราศจากเชื้อ และบันทึกวันผลิต, วันหมดอายุ, ผ่านการฆ่าเชื้อโรคด้วย

๒. ลักษณะผลิตภัณฑ์

สายสวนหลอดเลือดแดง ขนาด Body ประมาณ ๖ เฟรน ความยาวไม่น้อยกว่า ๘๐ ซม.

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการฯ
(นางสาววันทนีย์ คุปวานิชพงษ์) พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)..........กรรมการฯ
(นางสาวจินตนา ชินาภา) พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)..........กรรมการฯ
(นางสาววิรรรณ สารธรรม) พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ