

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

รายละเอียดการซ่อมกล้องผ่าตัดจุลศัลยกรรม ยี่ห้อ Leica รุ่น OH-๔ M๕๒๕ ๑๐๔๔๘๐๒๒

ครุภัณฑ์เลขที่ ๖๕๑๕-๐๒๑-๒๒๑๑/๐๐๐๙/๒๕๕๑ ID:๓๕๖๕๖

๑. ชนิดของหลอด : Short Arc lamps
๒. ขนาดของฐานหลอดไฟขนาด ๒๐x๒๐x๑๕ เซนติเมตร
๓. ขนาดของแรงดันไฟฟ้าไม่น้อยกว่า : ๘๕ - ๒๕๖ โวลท์
๔. ขนาดแรงดันไฟฟ้า (ชนิดแรงดันแบบตรง) : ๑๔ โวลท์
๕. กระแสไฟ (ชนิดกระแสตรง) : ๒๑.๔๓ แอมป์
๖. แรงดันไฟฟ้าต่ำสุดที่ใช้จุดไส้หลอด : ๒๓ กิโลโวลท์
๗. ขนาดพลังงานสูงสุด : ๑๘๐ - ๓๒๐ วัตต์
๘. ขนาดพลังที่ใช้งานปกติ : ๓๐๐ วัตต์
๙. ดัชนีความถูกต้องของสี (CRI) : ๙๕
๑๐. อุณหภูมิสูงสุดขณะใช้งานไม่เกิน : ๑๕๐ องศาเซลเซียส
๑๑. อุณหภูมิของสี : ชนิดแสงสีขาวเย็น (๕๕๐๐ - ๗๐๐๐ เคลวิน)
๑๒. อุณหภูมิของสีที่ระหว่างใช้งาน : ๕๙๐๐ เคลวิน
๑๓. ความเข้มของแสง : ๖๐๐๐ ลูเมนท์
๑๔. ลักษณะขนาดและแบบของหลอด : H๑
๑๕. อายุการใช้งานประมาณ : ๕๐๐ ชั่วโมง
๑๖. ตัวบอกเวลาการใช้งานของหลอด : แบบดิจิตอล และ ชนิด แบบเส้นปloth

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายปรีดา อธิธรรมบุรณ์) ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ

โรงพยาบาลฝ่ายการแพทย์

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายเจนฤทธิ์ วิตตะ) นายแพทย์เชี่ยวชาญ

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายประวัตินงค์ วงศ์ศรีแก้ว) นายแพทย์เชี่ยวชาญ