

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

รายละเอียด และคุณลักษณะเฉพาะ

Laryngoscope พร้อม Blade

วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

เป็นชุดเครื่องมือสำหรับส่องตรวจหลอดลมใช้ประกอบในงานตรวจโรค

คุณสมบัติทั่วไป

1. เป็นชุดเครื่องมือส่องตรวจหลอดลมให้แสงสว่างโดยระบบ FIBER OPTIC พร้อมถ่านชาร์จและแท่นชาร์จ
2. ด้ามสามารถใช้กับถ่านไฟฉายขนาดกลาง (Size C) 2 ก้อน ได้ กรณีลืมชาร์จ

คุณสมบัติทางเทคนิค

1. หลอดไฟเป็นหลอด LED ขนาด 3.5 V ให้แสงสีขาวสว่าง ไม่ร้อน ด้ามมือ สวิตช์จะทำงานเมื่อประกอบแผ่นส่องตรวจ (BLADE) เข้ากับด้ามถือแสงสว่างจะส่องผ่านแผ่นส่องตรวจโดยระบบ FIBER OPTIC
2. ด้ามถือเป็นโลหะชุบโครเมียม และแผ่นส่องตรวจเป็น Stainless steel
3. ด้ามถือสามารถถอดได้ 2 ข้าง ทั้งหัวและท้ายเพื่อสะดวกในการเปลี่ยนถ่านและหลอดไฟฝาปิดเป็นแบบเกลียวหมุนปิดสนิทใช้งานง่าย สะดวกในการทำความสะอาดและดูแลรักษา
4. สามารถใช้ประกอบกับชุดส่องตรวจหลอดลมที่เป็นผลิตภัณฑ์มาตรฐานสากลได้ทุกยี่ห้อ
5. ชาร์จไฟโดยใช้แท่นชาร์จซึ่งมีไฟแสดงสถานะการชาร์จ
6. แผ่นส่องตรวจในชุดมาตรฐานมีให้เลือกใช้สามขนาด เป็นแผ่นส่องตรวจแบบ FIBER OPTIC แบบหุ้มมิดชิด ล้างทำความสะอาดได้ง่าย
 - 6.1 แผ่นส่องตรวจแบบโค้ง เบอร์ 2 สำหรับเด็กโต ขนาด 116 X 13 มม จำนวน 1 อัน
 - 6.2 แผ่นส่องตรวจแบบโค้ง เบอร์ 3 สำหรับผู้ใหญ่ ขนาด 135 X 14.50 มม จำนวน 1 อัน
 - 6.3 แผ่นส่องตรวจแบบโค้ง เบอร์ 4 สำหรับผู้ใหญ่ ขนาด 155 X 14.50 มม. จำนวน 1 อัน
7. แท่นชาร์จ
 - 7.1 สามารถชาร์จถ่านได้ 2 ที่พร้อมกัน โดยไม่ต้องถอดถ่านออกจากด้าม สามารถใช้ได้ทั้งด้ามกลาง (ถ่านขนาดกลาง C) และด้ามเล็ก (ถ่านขนาดเล็ก AA) ในช่องมี Adapter มาให้ ถ้าใส่ด้ามเล็กจะพอดีช่อง
 - 7.2 แท่นชาร์จมีไฟแสดงสถานะการชาร์จ คือ สีเหลือง กำลังชาร์จ สีเขียว คือ ประจุเต็ม
 - 7.3 แท่นชาร์จ มีอุปกรณ์ยึดติดกับผนังได้
8. ถ่านชาร์ตไฟได้ เป็นชนิด ลิเทียมไอออนชาร์ตไฟได้ไม่น้อยกว่า 1,000 ครั้ง

.....
(นางสุรวิภา ศรีเพ็ชร)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

อุปกรณ์ประกอบ

- | | | |
|---------------------|---|------|
| 1. แทนชาร์ท | 1 | ชุด |
| 2. ถ่านชาร์ทไฟได้ | 1 | ก้อน |
| 3. กล่องเก็บอุปกรณ์ | 1 | ใบ |

เงื่อนไขเฉพาะ

1. รับประกันคุณภาพอย่างน้อยเป็นเวลา 1 ปี นับแต่จากวันส่งมอบ
2. มีใบอนุญาตติดตั้งตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้นำเข้า
3. เป็นของใหม่ไม่เคยสาธิต หรือใช้งานมาก่อน
4. มีใบอนุญาตนำเข้าจากองค์การอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
5. เป็นผลิตภัณฑ์ ของอเมริกา ยุโรปหรือ เอเชีย

.....

(นางสุรวิภา ศรีเพ็ชร)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ