



โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของ Blood Tubing line


วัตถุประสงค์ เป็นชุดสายส่งเลือดสำหรับการใช้งานเพียงครั้งเดียว สำหรับการฟอกเลือด
ด้วยเครื่องไตเทียมที่โรงพยาบาล มืออยู่

คุณลักษณะ แบ่งเป็นสาย ๒ สาย คือ สายส่งเลือดด้าน Arterial line และสายส่งเลือดด้าน Venous line

๑. ในชุดประกอบด้วย
 - สายส่งเลือดด้าน Arterial มีปริมาตร Filling Volume ๘๐-๙๐ มิลลิลิตร
 - สายส่งเลือดด้าน venous มีปริมาตร filling volume ๔๕-๕๕ มิลลิลิตร
 - ตัวกรองป้องกันเชื้อโรค เลือด หรือน้ำเข้าเครื่อง ๑ อัน (Transducer Protector)
 - มีชุดให้สารละลาย หรือสายน้ำ (IV-Set) ประกอบติดอยู่ในชุดสายส่งเลือดด้าน Arterial
๒. ผลิตจากพลาสติกคุณภาพสูง Medical grade
๓. มีสายสำหรับต่อกับ Syringe ที่บรรจุป้องกันเลือดแข็งตัว
๔. มีสายสำหรับวัดค่าความดันเลือด Arterial ที่ต่อกับเครื่องไตเทียม
๕. มี Pillow ที่สายก่อนเข้าปัมเลือด
๖. Chamber ด้าน arterial line มีสายสำหรับใส่อากาศหรือปรับระบบเลือดเข้าสู่ตัวกรอง
๗. Chamber ด้าน venous line มีตัวกรอง (Filter) และมีสายวัดค่าความดันเลือด
๘. ทุกสายมี Clamp เปิด-ปิด
๙. มีที่สำหรับฉีดยาทั้งด้าน Arterial และ Venous
๑๐. ขั้วต่อกับ Dialyzer มีลักษณะเป็น PVC นิ่ม สามารถต่อกับ Dialyzer port ได้แนบสนิท
๑๑. มี Spared connector จำนวน ๒ ชั้นบรรจุในซองฆ่าเชื้อพร้อมใช้
๑๒. ทำให้ปราศจากเชื้อ
๑๓. ส่วนประกอบทุกอย่าง บรรจุอยู่ในซองเดียวกัน
๑๔. ระบบวันหมดอายุชัดเจน
๑๕. ได้รับมาตรฐานการผลิตระดับสากล ISO ๑๓๔๘๕

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการฯ
(นายปรีดา อธิธรรมบุรณ์) นายแพทย์เชี่ยวชาญ

(ลงชื่อ)..........กรรมการฯ
(นายพิเชฐ หล่อวินจันนท์) นายแพทย์ชำนาญการ

(ลงชื่อ)..........กรรมการฯ
(นางสาวอังคณา เผ่าผา) นายแพทย์ชำนาญการ