

ประเภทที่ ๑. Arm sling Interlock จำนวน ๔ รายการ

๑. ความต้องการ

Arm sling แบบเข็มขัดล๊อคเอว ๒ ล็อค

๒. วัตถุประสงค์ของการใช้งาน

ใช้สำหรับพยุงแขนในผู้ป่วยอ่อนแรง หรือมีปัญหากระดูกกล้ามเนื้อ

๓. คุณลักษณะเฉพาะ

Arm sling แบบเข็มขัดล๊อคเอว ๒ ล็อค

๓.๑ ผลิตจากผ้าโปร่งชนิดนิ่มและเหนียวทนทาน

๓.๒ ระบายอากาศได้ดี

๓.๓ ซักได้

๓.๔ มีขนาด S,M,L,XL

๔. คุณสมบัติ/ข้อบ่งใช้

ใช้สำหรับพยุงแขนในผู้ป่วยที่แขนอ่อนแรง หรือมีปัญหากระดูกกล้ามเนื้อ

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

๕.๑ เป็นผลิตภัณฑ์ในประเทศ

๕.๒ สินค้าทุกชิ้นต้องบรรจุในกล่องมิดชิดหรือมัดแน่นเป็นมัดเพื่อความสะดวกในการจัดเก็บและเคลื่อนย้าย

๕.๓ ในวันทำการเปิดของsobราคา ผู้ยื่นของsobราคาจะต้องนำอุปกรณ์หรือภาพถ่ายที่เป็นภาพสีมองเห็นภาพชัดเจนมาให้คณะกรรมการเปิดของตรวจสอบคุณลักษณะของอุปกรณ์เพื่อเลือกอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน

๕.๔ หากอุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐาน ชำรุดก่อนการใช้งานทางบริษัทหรือผู้แทนจำหน่ายจะต้องเปลี่ยนหรือแก้ไขสินค้าให้ใหม่โดยไม่คิดมูลค่าใดๆทั้งสิ้น

๕.๕ อุปกรณ์ที่ได้รับการพิจารณาทางคณะกรรมการอาจจะหรือขอเก็บไว้เป็นตัวอย่าง ๑ ชิ้น เพื่อนำไปเปรียบเทียบกับอุปกรณ์ที่ทำการส่งมอบ

๕.๖ อุปกรณ์ที่ได้รับการพิจารณาหากบริษัทจัดส่งให้กับทางโรงพยาบาลมีคุณสมบัติที่แตกต่างไปจากตัวอย่างที่คณะกรรมการเก็บไว้เปรียบเทียบ ทางบริษัทจะต้องรับผิดชอบในการนำกลับคืนและจัดส่งอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติเหมือนกับตัวอย่างมาทดแทนโดยเร็วโดยไม่คิดมูลค่าใดๆทั้งสิ้น

ประเภทที่ ๒. รถเข็นนั่งคนพิการมาตรฐานขนาดใหญ่ จำนวน ๑ รายการ

๑. ความต้องการ

รถเข็นนั่งคนพิการแบบมาตรฐานขนาดใหญ่

๒. วัตถุประสงค์ของการใช้งาน

ใช้นั่งสำหรับผู้พิการที่เป็นผู้ใหญ่และมีรูปร่างใหญ่

๓. คุณลักษณะเฉพาะทั่วไป

รถเข็นนั่งคนพิการแบบมาตรฐานขนาดใหญ่

๓.๑ ทำจากเหล็กชุบโครเมียม

๓.๒ ล้อเป็นยางตัน ล้อหน้ามีขนาดไม่น้อยกว่า ๕ นิ้ว ล้อหลังไม่น้อยกว่า ๒๔ นิ้ว เป็นลักษณะล้อรถจักรยานหรือล้อแม่คว่ำพร้อมวงแหวนช่วยขึ้นและเบรคล้อ ๒ ข้าง

๓.๓ เบาะนั่งเป็นหนังเทียมหรือผ้าใบสีขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๔๕ ซม. พับเก็บได้

๓.๔ ที่วางเท้าเป็นอลูมิเนียมหรือพลาสติกพับงอได้

๓.๕ มีที่ป้องกันเท้าตกไปทางด้านหลัง

๓.๖ ที่วางแขนไม่สามารถถอดเข้าออกได้

๓.๗ พนักพิงไม่สามารถพับงอได้

๔. คุณสมบัติ/ข้อบ่งชี้

ใช้เป็นรถเข็นนั่งสำหรับผู้พิการที่เป็นผู้ใหญ่และมีรูปร่างใหญ่

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

๕.๑ เป็นผลิตภัณฑ์ในประเทศหรือต่างประเทศ

๕.๒ สินค้าทุกชิ้นต้องบรรจุในกล่องมิดชิดหรือมัดแน่นเป็นมัดเพื่อความสะดวกในการจัดเก็บและเคลื่อนย้าย

๕.๓ ในวันทำการเปิดของsobราคา ผู้ยื่นของsobราคาจะต้องนำอุปกรณ์หรือภาพถ่ายที่เป็นภาพสีมองเห็นภาพชัดเจนมาให้คณะกรรมการเปิดของตรวจสอบคุณลักษณะของอุปกรณ์เพื่อเลือกอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน

๕.๔ หากอุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐาน ชำรุดก่อนการใช้งานทางบริษัทหรือผู้แทนจำหน่ายจะต้องเปลี่ยนหรือแก้ไขสินค้าให้ใหม่โดยไม่คิดมูลค่าใดๆทั้งสิ้น

๕.๕ อุปกรณ์ที่ได้รับการพิจารณาทางคณะกรรมการอาจจะหรือขอเก็บไว้เป็นตัวอย่าง ๑ ชิ้น เพื่อนำไปเปรียบเทียบกับอุปกรณ์ที่ทำการส่งมอบ

๕.๖ อุปกรณ์ที่ได้รับการพิจารณาหากบริษัทจัดส่งให้กับทางโรงพยาบาลมีคุณสมบัติที่แตกต่างไปจากตัวอย่างที่คณะกรรมการเก็บไว้เปรียบเทียบ ทางบริษัทจะต้องรับผิดชอบในการนำกลับคืนและจัดส่งอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติเหมือนกับตัวอย่างมาทดแทนโดยเร็วโดยไม่คิดมูลค่าใดๆทั้งสิ้น

ประเภทที่ ๓. รถเข็นนั่งคนพิการมาตรฐานขนาดเล็ก จำนวน ๑ รายการ

๑. ความต้องการ

รถนั่งคนพิการแบบมาตรฐานขนาดเล็ก

๒. วัตถุประสงค์ของการใช้งาน

ใช้นั่งสำหรับผู้พิการที่เป็นเด็กและมีรูปร่างเล็ก

๓. คุณลักษณะเฉพาะ

รถนั่งคนพิการแบบมาตรฐานขนาดเล็ก

๓.๑ ทำจากเหล็กชุบโครเมียมหรืออลูมิเนียมอัลลอยด์

๓.๒ ล้อเป็นยางตัน ล้อหน้ามีขนาดไม่น้อยกว่า ๕ นิ้ว ล้อหลังไม่น้อยกว่า ๒๒ นิ้ว เป็นลักษณะล้อรถจักรยานหรือล้อแม่คัพร่วมวงแหวนช่วยเข็นและเบรคล้อ ๒ ข้าง

๓.๓ เบาะนั่งเป็นหนังเทียมหรือผ้าใบสีขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๔๕ ซม. พับเก็บได้

๓.๔ ที่วางเท้าเป็นอลูมิเนียมหรือพลาสติกพับงอได้

๓.๕ มีที่ป้องกันเท้าตกไปทางด้านหลัง

๓.๖ ที่วางแขนไม่สามารถถอดเข้าออกได้

๓.๗ พนักพิงไม่สามารถพับงอได้

๔. คุณสมบัติ/ข้อบ่งชี้

ใช้เป็นรถเข็นนั่งสำหรับผู้พิการที่เป็นเด็กและมีรูปร่างเล็ก

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

๕.๑ เป็นผลิตภัณฑ์ในประเทศหรือต่างประเทศ

๕.๒ สินค้าทุกชิ้นต้องบรรจุในกล่องมิดชิดหรือมัดแน่นเป็นมัดเพื่อความสะดวกในการจัดเก็บและเคลื่อนย้าย

๕.๓ ในวันทำการเปิดของsobราคา ผู้ยื่นของsobราคาจะต้องนำอุปกรณ์หรือภาพถ่ายที่เป็นภาพสีมองเห็นภาพชัดเจนมาให้คณะกรรมการเปิดของตรวจสอบคุณลักษณะของอุปกรณ์เพื่อเลือกอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน

๕.๔ หากอุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐาน ชำรุดก่อนการใช้งานทางบริษัทหรือผู้แทนจำหน่ายจะต้องเปลี่ยนหรือแก้ไขสินค้าให้ใหม่โดยไม่คิดมูลค่าใดๆทั้งสิ้น

๕.๕ อุปกรณ์ที่ได้รับการพิจารณาทางคณะกรรมการอาจจะหรือขอเก็บไว้เป็นตัวอย่าง ๑ ชิ้น เพื่อนำไปเปรียบเทียบกับอุปกรณ์ที่ทำการส่งมอบ

๕.๖ อุปกรณ์ที่ได้รับการพิจารณาหากบริษัทจัดส่งให้กับทางโรงพยาบาลมีคุณสมบัติที่แตกต่างไปจากตัวอย่างที่คณะกรรมการเก็บไว้เปรียบเทียบ ทางบริษัทจะต้องรับผิดชอบในการนำกลับคืนและจัดส่งอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติเหมือนกับตัวอย่างมาทดแทนโดยเร็วโดยไม่คิดมูลค่าใดๆทั้งสิ้น

ประเภทที่ ๔. รถเข็นนั่งคนพิการแบบสปอร์ตคันใหญ่ จำนวน ๑ รายการ

๑. ความต้องการ

รถเข็นนั่งคนพิการแบบช่วยเหลือตนเองขนาดใหญ่

๒. วัตถุประสงค์ของการใช้งาน

ใช้นั่งสำหรับผู้พิการที่เป็นผู้ใหญ่และมีรูปร่างใหญ่

๓. คุณสมบัติเฉพาะ

รถเข็นนั่งคนพิการแบบช่วยเหลือตนเองขนาดใหญ่

๓.๑ ทำจากเหล็กชุบโครเมียมหรืออลูมิเนียมอัลลอยด์

๓.๒ ล้อเป็นยางตัน ล้อหน้ามีขนาดไม่น้อยกว่า ๕ นิ้ว ล้อหลังไม่น้อยกว่า ๒๔ นิ้ว เป็นลักษณะล้อรถจักรยานหรือล้อแม่พิมพ์รวมวงแหวนช่วยขึ้นและเบรคล้อ ๒ ข้าง

๓.๓ เบาะนั่งเป็นหนังเทียมหรือผ้าใบสีขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๔๕ ซม. พับเก็บได้

๓.๔ ที่วางเท้าเป็นอลูมิเนียมหรือพลาสติกพับงอได้

๓.๕ มีที่ป้องกันเท้าตกไปทางด้านหลัง

๓.๖ ที่วางแขนไม่น้อยกว่า ๒๔ เซนติเมตร

๓.๗ พนักพิงไม่สามารถพับงอได้

๔. เงื่อนไขเฉพาะ

๔.๑ เป็นของใหม่ที่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๔.๒ รับประกันคุณภาพการใช้งาน ๑ ปี

๔.๓ การส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ทุกชิ้นต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้งาน ไม่บิด หรือหักงอ

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

๕.๑ เป็นผลิตภัณฑ์ในประเทศหรือต่างประเทศ

๕.๒ สินค้าทุกชิ้นต้องบรรจุในกล่องมิดชิดหรือมัดแน่นเป็นมัดเพื่อความสะดวกในการจัดเก็บและเคลื่อนย้าย

๕.๓ ในวันทำการเปิดของsobราคา ผู้ยื่นของsobราคาจะต้องนำอุปกรณ์หรือภาพถ่ายที่เป็นภาพสีมองเห็นภาพชัดเจนมาให้คณะกรรมการเปิดของตรวจสอบคุณสมบัติของอุปกรณ์เพื่อเลือกอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน

๕.๔ หากอุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐาน ชำรุดก่อนการใช้งานทางบริษัทหรือผู้แทนจำหน่ายจะต้องเปลี่ยนหรือแก้ไขสินค้าให้ใหม่โดยไม่คิดมูลค่าใดๆทั้งสิ้น

๕.๕ อุปกรณ์ที่ได้รับการพิจารณาทางคณะกรรมการอาจจะหรือขอเก็บไว้เป็นตัวอย่าง ๑ ชิ้นเพื่อนำไปเปรียบเทียบกับอุปกรณ์ที่ทำการส่งมอบ

๕.๖ อุปกรณ์ที่ได้รับการพิจารณาหากบริษัทจัดส่งให้กับทางโรงพยาบาลมีคุณสมบัติที่แตกต่างไปจากตัวอย่างที่คณะกรรมการเก็บไว้เปรียบเทียบ ทางบริษัทจะต้องรับผิดชอบในการนำกลับคืนและจัดส่งอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติเหมือนกับตัวอย่างมาทดแทนโดยเร็วโดยไม่คิดมูลค่าใดๆทั้งสิ้น

ประเภทที่ ๕. Walker แบบประหยัด จำนวน ๑ รายการ

๑. ความต้องการ

เครื่องช่วยเดินชนิด ๔ ขา (Walker)

๒. วัตถุประสงค์ของการใช้งาน

ใช้ในการค้ำยันพุงขาและลำตัวในการยืนและเดิน

๓. คุณสมบัติเฉพาะทั่วไป

๓.๑ ทำจากอลูมิเนียม มีขา ๔ ขา

๓.๒ น้ำหนักเบา แข็งแรง ทนทาน สามารถรับน้ำหนักได้ดี มีขา ๔ ขาอยู่ในระนาบเดียวกัน เมื่อวางบนพื้น

๓.๓ ปลอกมือจับทำด้วยพลาสติกหรือยาง ที่แน่นกระชับกับโครงไม่เลื่อนหลุดง่าย

๓.๔ มีลูกยางคุณภาพดีที่มีความเหนียวยืดหยุ่นไม่ฉีกขาดง่ายสวมที่ปลายฐานสัมผัสพื้นดิน

๔. คุณสมบัติ/ข้อบ่งชี้

ใช้เพื่อค้ำยันพุงขาและลำตัวในการเดิน เพื่อบรรเทาอาการปวด เคล็ด ขัดยอกของขาและลำตัวอันเนื่องจากการได้รับบาดเจ็บและกระดูกขาหัก ช่วยลดการเคลื่อนไหวและน้ำหนักของขาที่มากเกินไป

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

๕.๑ เป็นผลิตภัณฑ์ในประเทศ

๕.๒ สินค้าทุกชิ้นต้องมัตแน่นเป็นมัดเพื่อความสะดวกในการจัดเก็บและขนย้าย

๕.๓ ในวันทำการเปิดซองสอบราคา ผู้ยื่นซองสอบราคาจะต้องนำอุปกรณ์หรือภาพถ่ายที่เป็นภาพสีมองเห็นภาพชัดเจนมาให้คณะกรรมการเปิดซองตรวจสอบคุณลักษณะของอุปกรณ์เพื่อเลือกอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน

๕.๔ หากอุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐาน ชำรุดก่อนการใช้งานทางบริษัทหรือผู้แทนจำหน่ายจะต้องเปลี่ยนหรือแก้ไขสินค้าให้ใหม่โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ทั้งสิ้น

๕.๕ อุปกรณ์ที่ได้รับการพิจารณาทางคณะกรรมการอาจจะหรือขอเก็บไว้เป็นตัวอย่าง ๑ ชิ้น เพื่อนำไปเปรียบเทียบกับอุปกรณ์ที่ทำการส่งมอบ

๕.๖ อุปกรณ์ที่ได้รับการพิจารณาหากบริษัทจัดส่งให้กับทางโรงพยาบาลมีคุณสมบัติที่แตกต่างไปจากตัวอย่างที่คณะกรรมการเก็บไว้เปรียบเทียบ ทางบริษัทจะต้องรับผิดชอบในการนำกลับคืนและจัดส่งอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติเหมือนกับตัวอย่างมาทดแทนโดยเร็วโดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ทั้งสิ้น

ประเภทที่ ๖. Lumber support จำนวน ๗ รายการ

๑. ความต้องการ

เพื่อพยุงระดับเอว (Lumbar support)

๒. วัตถุประสงค์ของการใช้งาน

ใช้ในการพยุงเองและหลัง

๓. คุณลักษณะเฉพาะทั่วไป

ผลิตจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์ทอสลั๊บเอ็น ระบายอากาศได้ดีไม่อบร้อนเวลาสวมใส่ มีสายคาดทับขนาด ๓.๕ นิ้ว ๒ ข้าง เพื่อความกระชับบริเวณหลังและรอบเอว ตามด้วยอลูมิเนียมเกรดสปริง สามารถดัดเข้ารูปสรีระของหลังได้ง่าย มีหลายขนาดให้เลือก วัสดุประกอบได้ตั้งแต่ ๒๘-๕๒ นิ้ว

๔. คุณสมบัติ/ข้อบ่งชี้

ช่วยพยุงเอวและหลัง เพื่อลดและป้องกันอาการปวด จากกล้ามเนื้อหลังอักเสบ อาการปวดจากการยกของหนัก นั่งขับรถหรือนั่งท่าเดิวนานๆ มีน้ำหนักตัวมากเกินไป กระดูกสันหลังเสื่อม หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน และใช้หลังการผ่าตัดกระดูกสันหลัง

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

๕.๑ เป็นผลิตภัณฑ์ในประเทศหรือต่างประเทศ

๕.๒ สินค้าทุกชิ้นต้องบรรจุในถุงหรือกล่องปิดมิดชิด

๕.๓ ในวันทำการเปิดของสอบราคา ผู้ยื่นของสอบราคาจะต้องนำอุปกรณ์มาให้คณะกรรมการเปิดของตรวจสอบคุณลักษณะของอุปกรณ์เพื่อเลือกอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน

๕.๔ หากอุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐาน ชำรุดก่อนการใช้งานทางบริษัทหรือผู้แทนจำหน่ายจะต้องเปลี่ยนหรือแก้ไขสินค้าให้ใหม่โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ทั้งสิ้น

๕.๕ อุปกรณ์ที่ได้รับการพิจารณาทางคณะกรรมการอาจจะหรือขอเก็บไว้เป็นตัวอย่าง ๑ ชิ้น เพื่อนำไปเปรียบเทียบกับอุปกรณ์ที่ทำการส่งมอบ

๕.๖ อุปกรณ์ที่ได้รับการพิจารณาหากบริษัทจัดส่งให้กับทางโรงพยาบาลมีคุณสมบัติที่แตกต่างไปจากตัวอย่างที่คณะกรรมการเก็บไว้เปรียบเทียบ ทางบริษัทจะต้องรับผิดชอบในการนำกลับคืนและจัดส่งอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติเหมือนกับตัวอย่างมาทดแทนโดยเร็วโดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ทั้งสิ้น

ประเภทที่ ๗. Taylor brace จำนวน ๗ รายการ

๑. ความต้องการ

TAYLOR BRACE

๒. วัตถุประสงค์ของการใช้งาน

ใช้ในการพยุงกระดูกสันหลัง

๓. คุณลักษณะเฉพาะทั่วไป

- ๓.๑ วัสดุ ทำจากดิวราลูมิเนียม
- ๓.๒ สามารถตัดเข้ารูปโค้งของแนวกระดูกสันหลังของผู้ป่วยแต่ละรายได้
- ๓.๓ ไม่จำกัดการเคลื่อนไหวของทรวงอก
- ๓.๔ ขนาดความสูง ๑๖,๑๗,๑๘,๑๙,๒๐,๒๑,๒๒,๒๓,๒๔ นิ้ว

๔. คุณสมบัติ/ข้อบ่งใช้

ใช้ในการพยุงกระดูกสันหลัง Osteoporotic bone collapse in the thoracic and lumbar spine ช่วยให้หลังตรง ลด Osteoporotic kyphosis และใช้กับผู้ที่กระดูกสันหลังยุบ ร้าว

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

- ๕.๑ เป็นผลิตภัณฑ์ในประเทศ
- ๕.๒ สินค้าทุกชิ้นต้องบรรจุในถุงหรือกล่องปิดมิดชิด
- ๕.๓ มีเอกสารระบุวิธีการใช้และดูแลรักษาติดมากับผลิตภัณฑ์
- ๕.๔ ในวันทำการเปิดของsobราคา ผู้ยื่นของsobราคาจะต้องนำอุปกรณ์หรือภาพถ่ายที่เป็นภาพสีมองเห็นภาพชัดเจนมาให้คณะกรรมการเปิดของตรวจสอบคุณลักษณะของอุปกรณ์เพื่อเลือกอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน
- ๕.๕ หากอุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐาน ชำรุดก่อนการใช้งานทางบริษัทหรือผู้แทนจำหน่ายจะต้องเปลี่ยนหรือแก้ไขสินค้าให้ใหม่โดยไม่คิดมูลค่าใดๆทั้งสิ้น
- ๕.๖ อุปกรณ์ที่ได้รับการพิจารณาทางคณะกรรมการอาจจะหรือขอเก็บไว้เป็นตัวอย่าง ๑ ชิ้นเพื่อนำไปเปรียบเทียบกับอุปกรณ์ที่ทำการส่งมอบ
- ๕.๗ อุปกรณ์ที่ได้รับการพิจารณาหากบริษัทจัดส่งให้กับทางโรงพยาบาลมีคุณสมบัติที่แตกต่างไปจากตัวอย่างที่คณะกรรมการเก็บไว้เปรียบเทียบ ทางบริษัทจะต้องรับผิดชอบในการนำกลับคืนและจัดส่งอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติเหมือนกับตัวอย่างมาทดแทนโดยเร็วโดยไม่คิดมูลค่าใดๆทั้งสิ้น

ประเภทที่ ๘. Somi brace จำนวน ๒ รายการ

๑. ความต้องการ

SOMI BRACE

๒. วัตถุประสงค์ของการใช้งาน

ใช้ในการพยุงคอ

๓. คุณลักษณะเฉพาะทั่วไป

๓.๑ วัสดุ ทำจากดิวราลูมิเนียม

๓.๒ สามารถรับน้ำหนักและป้องกันการเคลื่อนไหวได้เต็มประสิทธิภาพ ปรับความสูงของคาง ปรับความสูงและความเอียงของท้ายทอยได้

๓.๓ ขนาด S,M,L,XL

4. คุณสมบัติ/ข้อบ่งชี้

ใช้ตามคอในผู้ที่มีอาการปวดคอ กระดูกสันหลังส่วนคอเสื่อม ร้าว หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท หลังผ่าตัดกระดูกสันหลังส่วนคอ หรือใช้ตามแพทย์สั่ง

5. เงื่อนไขเฉพาะ

๕.๑ เป็นผลิตภัณฑ์ในประเทศ

๕.๒ สินค้าทุกชิ้นต้องบรรจุในถุงหรือกล่องปิดมิดชิด

๕.๓ มีเอกสารระบุวิธีการใช้และดูแลรักษาติดมากับผลิตภัณฑ์

๕.๔ ในวันทำการเปิดซองสอบราคา ผู้ยื่นซองสอบราคาจะต้องนำอุปกรณ์หรือภาพถ่ายที่เป็นภาพสีมองเห็นภาพชัดเจนมาให้คณะกรรมการเปิดซองตรวจสอบคุณลักษณะของอุปกรณ์เพื่อเลือกอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน

๕.๕ หากอุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐาน ชำรุดก่อนการใช้งานทางบริษัทหรือผู้แทนจำหน่ายจะต้องเปลี่ยนหรือแก้ไขสินค้าให้ใหม่โดยไม่คิดมูลค่าใดๆทั้งสิ้น

๕.๖ อุปกรณ์ที่ได้รับการพิจารณาทางคณะกรรมการอาจจะหรือขอเก็บไว้เป็นตัวอย่าง ๑ ชิ้น เพื่อนำไปเปรียบเทียบกับอุปกรณ์ที่ทำการส่งมอบ

๕.๗ อุปกรณ์ที่ได้รับการพิจารณาหากบริษัทจัดส่งให้กับทางโรงพยาบาลมีคุณสมบัติที่แตกต่างไปจากตัวอย่างที่คณะกรรมการเก็บไว้เปรียบเทียบ ทางบริษัทจะต้องรับผิดชอบในการนำกลับคืนและจัดส่งอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติเหมือนกับตัวอย่างมาทดแทนโดยเร็วโดยไม่คิดมูลค่าใดๆทั้งสิ้น

ประเภทที่ ๙. ชุดแขนเทียมระดับใต้ศอกมือ ๕ นิ้วใช้งานได้ จำนวน ๒ รายการ

๑. ความต้องการ

ชุดอุปกรณ์ในการผลิตแขนเทียมระดับใต้ศอกชนิด ๕ นิ้วใช้งานได้

๒. วัตถุประสงค์ของการใช้งาน

ใช้ในการผลิตแขนเทียมระดับใต้ศอกชนิด ๕ นิ้วใช้งานได้

๓. คุณลักษณะเฉพาะทั่วไป

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากต่างประเทศ เช่น ยุโรป อเมริกา และเอเชีย ใน ๑ ชุด ประกอบด้วย

๓.๑ มือเทียมชนิด ๕ นิ้ว ใช้งานได้

๓.๒ ข้อต่อมือเทียมแบบ ๕ นิ้ว

๓.๓ สายบังคับมือเทียมระดับใต้ศอก

๓.๔ ถังมือเทียม

๔. คุณสมบัติ/ข้อบ่งชี้

ใช้ในการผลิตแขนเทียมระดับใต้ศอกแบบมือ ๕ นิ้ว ใช้งานได้

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

๕.๑ เป็นผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ

๕.๒ เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๕.๓ สินค้าทุกชิ้นต้องบรรจุในกล่องมิดชิดหรือมัดแน่นเป็นมัดเพื่อความสะดวกในการจัดเก็บและเคลื่อนย้าย

๕.๔ ในวันทำการเปิดซองสอบราคา ผู้ยื่นซองสอบราคาจะต้องนำอุปกรณ์หรือภาพถ่ายที่เป็นภาพสีมองเห็นภาพชัดเจนมาให้คณะกรรมการเปิดซองตรวจสอบคุณลักษณะของอุปกรณ์เพื่อเลือกอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน

๕.๕ หากอุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐาน ชำรุดก่อนการใช้งานทางบริษัทหรือผู้แทนจำหน่ายจะต้องเปลี่ยนหรือแก้ไขสินค้าให้ใหม่โดยไม่คิดมูลค่าใดๆทั้งสิ้น

๕.๖ อุปกรณ์ที่ได้รับการพิจารณาทางคณะกรรมการอาจจะหรือขอเก็บไว้เป็นตัวอย่าง ๑ ชิ้น เพื่อนำไปเปรียบเทียบกับอุปกรณ์ที่ทำการส่งมอบ

๕.๗ อุปกรณ์ที่ได้รับการพิจารณาหากบริษัทจัดส่งให้กับทางโรงพยาบาลมีคุณสมบัติที่แตกต่างไปจากตัวอย่างที่คณะกรรมการเก็บไว้เปรียบเทียบ ทางบริษัทจะต้องรับผิดชอบในการนำกลับคืนและจัดส่งอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติเหมือนกับตัวอย่างมาทดแทนโดยเร็วโดยไม่คิดมูลค่าใดๆทั้งสิ้น

ประเภทที่ ๑๐. ชุดแขนเทียมระดับเหนือศอกมือ ๕ นิ้วใช้งานได้ จำนวน ๒ รายการ

๑. ความต้องการ

ชุดอุปกรณ์ในการผลิตแขนเทียมระดับเหนือศอกชนิด ๕ นิ้วใช้งานได้

๒. วัตถุประสงค์ของการใช้งาน

ใช้ในการผลิตแขนเทียมระดับเหนือศอกชนิด ๕ นิ้วใช้งานได้

๓. คุณลักษณะเฉพาะทั่วไป

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากต่างประเทศ เช่น ยุโรป อเมริกา และเอเชียใน ๑ ชุด ประกอบด้วย

- ๓.๑ มือเทียมชนิด ๕ นิ้ว ใช้งานได้
- ๓.๒ ข้อต่อมือเทียมแบบ ๕ นิ้ว
- ๓.๓ สายบังคับมือเทียมระดับเหนือศอก
- ๓.๔ ถังมือเทียม
- ๓.๕ ข้อศอกเทียม

๔. คุณสมบัติ/ข้อบ่งชี้

ใช้ในการผลิตแขนเทียมระดับเหนือศอกแบบ ๕ นิ้ว ใช้งานได้

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

- ๕.๑ เป็นผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ
- ๕.๒ เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
- ๕.๓ สินค้าทุกชิ้นต้องบรรจุในกล่องมิดชิดหรือมัดแน่นเป็นมัดเพื่อความสะดวกในการจัดเก็บและเคลื่อนย้าย
- ๕.๔ ในวันทำการเปิดของสอบราคา ผู้ยื่นของสอบราคาจะต้องนำอุปกรณ์หรือภาพถ่ายที่เป็นภาพสีมองเห็นภาพชัดเจนมาให้คณะกรรมการเปิดของตรวจสอบคุณลักษณะของอุปกรณ์เพื่อเลือกอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน
- ๕.๕ หากอุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐาน ชำรุดก่อนการใช้งานทางบริษัทหรือผู้แทนจำหน่ายจะต้องเปลี่ยนหรือแก้ไขสินค้าให้ใหม่โดยไม่คิดมูลค่าใดๆทั้งสิ้น
- ๕.๖ อุปกรณ์ที่ได้รับการพิจารณาทางคณะกรรมการอาจจะหรือขอเก็บไว้เป็นตัวอย่าง ๑ ชิ้น เพื่อนำไปเปรียบเทียบกับอุปกรณ์ที่ทำการส่งมอบ
- ๕.๗ อุปกรณ์ที่ได้รับการพิจารณาหากบริษัทจัดส่งให้กับทางโรงพยาบาลมีคุณสมบัติที่แตกต่างไปจากตัวอย่างที่คณะกรรมการเก็บไว้เปรียบเทียบ ทางบริษัทจะต้องรับผิดชอบในการนำกลับคืนและจัดส่งอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติเหมือนกับตัวอย่างมาทดแทนโดยเร็วโดยไม่คิดมูลค่าใดๆทั้งสิ้น

ประเภทที่ ๑๑. ชุดขาเทียมระดับใต้เข่าแบบแกนใน จำนวน ๒ รายการ

๑. ความต้องการ

ชุดขาเทียมระดับใต้เข่าแบบแกนใน

๒. วัตถุประสงค์ของการใช้งาน

ใช้ในการผลิตขาเทียมระดับใต้เข่าแบบแกนใน

๓. คุณลักษณะเฉพาะทั่วไป

ประกอบด้วยอุปกรณ์ / แยกชิ้นส่วน ดังต่อไปนี้

- แกนหน้าแข้ง พร้อมตัวยึด
- ตัวต่อยึดเข้ากับหน้าแข้งเทียม
- ตัวจับเท้าใต้เข่า
- ข้อเท้าแบบ Sach หรือข้อเท้าแกนเดี่ยว
- เท้าเทียม Single หรือเท้าเทียม Sach มีขนาดตั้งแต่เบอร์ ๒๒,๒๓,๒๔,๒๕,๒๖,๒๗ มีข้างซ้ายและข้างขวา
- โฟมใต้เข่า
- ถูรองสำหรับขาเทียมระดับใต้เข่า
- สายเข็มขัดขาเทียมใต้เข่า
- แป้นน็อตยึดสายเข็มขัดขาเทียม

๔. คุณสมบัติ/ข้อบ่งชี้

ใช้ในการผลิตขาเทียมระดับใต้เข่าแบบแกนใน

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

๕.๑ เป็นผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ เอเชีย ยุโรป หรืออเมริกา

๕.๒ สินค้าทุกชิ้นต้องบรรจุในถุงหรือกล่องปิดมิดชิด

๕.๓ ในวันทำการเปิดซองสอบราคา ผู้ยื่นซองสอบราคาจะต้องนำอุปกรณ์หรือภาพถ่ายที่เป็นภาพสีมองเห็นภาพชัดเจนมาให้คณะกรรมการเปิดซองตรวจสอบคุณลักษณะของอุปกรณ์เพื่อเลือกอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน

๕.๔ หากอุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐาน ชำรุดก่อนการใช้งานทางบริษัทหรือผู้แทนจำหน่ายจะต้องเปลี่ยนหรือแก้ไขสินค้าให้ใหม่โดยไม่คิดมูลค่าใดๆทั้งสิ้น

๕.๕ อุปกรณ์ที่ได้รับการพิจารณาทางคณะกรรมการอาจจะหรือขอเก็บไว้เป็นตัวอย่าง ๑ ชิ้น เพื่อนำไปเปรียบเทียบกับอุปกรณ์ที่ทำการส่งมอบ

๕.๖ อุปกรณ์ที่ได้รับการพิจารณาหากบริษัทจัดส่งให้กับทางโรงพยาบาลมีคุณสมบัติที่แตกต่างไปจากตัวอย่างที่คณะกรรมการเก็บไว้เปรียบเทียบ ทางบริษัทจะต้องรับผิดชอบในการนำกลับคืนและจัดส่งอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติเหมือนกับตัวอย่างมาทดแทนโดยเร็วโดยไม่คิดมูลค่าใดๆทั้งสิ้น

ประเภทที่ ๑๒. ชุดขาเทียมระดับข้อเข่าแบบแกนใน จำนวน ๒ รายการ

๑. ความต้องการ

ชุดขาเทียมระดับเหนือเข่าแบบแกนใน

๒. วัตถุประสงค์ของการใช้งาน

ใช้ในการผลิตขาเทียมระดับเหนือเข่าแบบแกนใน

๓. คุณสมบัติเฉพาะทั่วไป

ประกอบด้วยอุปกรณ์ / แยกชิ้นส่วน ดังต่อไปนี้

- ข้อเข่าเทียมชนิด ๔ Bar Knee Joint
- แกนหน้าแข้ง พร้อมตัวยึด
- ตัวต่อยึดเข้ากับหน้าแข้งเทียม
- ตัวจับเบ้าระดับเหนือเข่า
- ข้อเท้าแบบ Sach หรือข้อเท้าแกนเดี่ยว
- เท้าเทียม Single หรือเท้าเทียม Sach มีขนาดตั้งแต่เบอร์ ๒๒,๒๓,๒๔,๒๕,๒๖,๒๗ มีข้างซ้ายและข้างขวา
- โฟมหุ้มระดับเหนือเข่า
- ถูรองสำหรับระดับเหนือขาเทียม
- สายเข็มขัดขาเทียมเหนือเข่า
- แป้นน็อตยึดสายเข็มขัดขาเทียม

๔. คุณสมบัติ/ข้อบ่งใช้

ใช้ในการผลิตขาเทียมระดับเหนือเข่าแบบแกนใน

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

- ๕.๑ เป็นผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ เอเชีย ยุโรป หรืออเมริกา
- ๕.๒ สินค้าทุกชิ้นต้องบรรจุในถุงหรือกล่องปิดมิดชิด
- ๕.๓ ในวันทำการเปิดซองสอบราคา ผู้ยื่นซองสอบราคาจะต้องนำอุปกรณ์หรือภาพถ่ายที่เป็นภาพสีมองเห็นภาพชัดเจนมาให้คณะกรรมการเปิดซองตรวจสอบคุณสมบัติของอุปกรณ์เพื่อเลือกอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน
- ๕.๔ หากอุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐาน ขำรดก่อนการใช้งานทางบริษัทหรือผู้แทนจำหน่ายจะต้องเปลี่ยนหรือแก้ไขสินค้าให้ใหม่โดยไม่คิดมูลค่าใดๆทั้งสิ้น
- ๕.๕ อุปกรณ์ที่ได้รับการพิจารณาทางคณะกรรมการอาจจะหรือขอเก็บไว้เป็นตัวอย่าง ๑ ชิ้น เพื่อนำไปเปรียบเทียบกับอุปกรณ์ที่ทำการส่งมอบ
- ๕.๖ อุปกรณ์ที่ได้รับการพิจารณาหากบริษัทจัดส่งให้กับทางโรงพยาบาลมีคุณสมบัติที่แตกต่างไปจากตัวอย่างที่คณะกรรมการเก็บไว้เปรียบเทียบ ทางบริษัทจะต้องรับผิดชอบในการนำกลับคืนและจัดส่งอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติเหมือนกับตัวอย่างมาทดแทนโดยเร็วโดยไม่คิดมูลค่าใดๆทั้งสิ้น

ประเภทที่ ๑๓. ชุดขาเทียมระดับเหนือเข่าแบบแกนใน จำนวน ๒ รายการ

๑. ความต้องการ

ชุดขาเทียมระดับข้อเข่าแบบแกนใน

๒. วัตถุประสงค์ของการใช้งาน

ใช้ในการผลิตขาเทียมระดับข้อเข่าแบบแกนใน

๓. คุณสมบัติเฉพาะทั่วไป

ประกอบด้วยอุปกรณ์ / แยกชิ้นส่วน ดังต่อไปนี้

- ข้อเข่าเทียมชนิด ๔ Bar Knee Joint
- แกนหน้าแข้ง พร้อมตัวยึด
- ตัวต่อยึดเข้ากับหน้าแข้งเทียม
- ตัวจับเข่าระดับเหนือเข่า
- ข้อเท้าแบบ Sach หรือข้อเท้าแกนเดี่ยว
- เท้าเทียม Single หรือเท้าเทียม Sach มีขนาดตั้งแต่เบอร์ ๒๒,๒๓,๒๔,๒๕,๒๖,๒๗ มีข้างซ้ายและข้างขวา
- โฟมหุ้มระดับเหนือเข่า
- ถูรองสำหรับระดับเหนือขาเทียม
- สายเข็มขัดขาเทียมเหนือเข่า
- แป้นน็อตยึดสายเข็มขัดขาเทียม

๔. คุณสมบัติ/ข้อบ่งชี้

ใช้ในการผลิตขาเทียมระดับเหนือเข่าแบบแกนใน

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

๕.๑ เป็นผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ เอเชีย ยุโรป หรืออเมริกา

๕.๒ สินค้าทุกชิ้นต้องบรรจุในถุงหรือกล่องปิดมิดชิด

๕.๓ ในวันทำการเปิดซองสอบราคา ผู้ยื่นซองสอบราคาจะต้องนำอุปกรณ์หรือภาพถ่ายที่เป็นภาพสีมองเห็นภาพชัดเจนมาให้คณะกรรมการเปิดซองตรวจสอบคุณสมบัติของอุปกรณ์เพื่อเลือกอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน

๕.๔ หากอุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐาน ชำรุดก่อนการใช้งานทางบริษัทหรือผู้แทนจำหน่ายจะต้องเปลี่ยนหรือแก้ไขสินค้าให้ใหม่โดยไม่คิดมูลค่าใดๆทั้งสิ้น

๕.๕ อุปกรณ์ที่ได้รับการพิจารณาทางคณะกรรมการอาจจะหรือขอเก็บไว้เป็นตัวอย่าง ๑ ชิ้น เพื่อนำไปเปรียบเทียบกับอุปกรณ์ที่ทำการส่งมอบ

๕.๖ อุปกรณ์ที่ได้รับการพิจารณาหากบริษัทจัดส่งให้กับทางโรงพยาบาลมีคุณสมบัติที่แตกต่างไปจากตัวอย่างที่คณะกรรมการเก็บไว้เปรียบเทียบ ทางบริษัทจะต้องรับผิดชอบในการนำกลับคืนและจัดส่งอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติเหมือนกับตัวอย่างมาทดแทนโดยเร็วโดยไม่คิดมูลค่าใดๆทั้งสิ้น

ประเภทที่ ๑๔. ฝ่าเท้าเทียมนิ้วเท้าแยก จำนวน ๑๐ รายการ

๑. ความต้องการ

เท้าเทียมชนิด Sach Foot

๒. วัตถุประสงค์ของการใช้งาน

ใช้เป็นส่วนประกอบในการผลิตขาเทียมระดับต่างๆ

๓. คุณลักษณะเฉพาะทั่วไป

๓.๑ โครงสร้างภายนอก ทำจากวัสดุที่มีความยืดหยุ่น ทนทาน สวยงาม ผิวเรียบ มีรูปร่างเหมือนเท้า มีนิ้วเท้า ๕ นิ้ว และมีผิวสัมผัสใกล้เคียงเนื้อ

๓.๒ โครงสร้างภายในประกอบด้วย keel ทำจากไม้ มีความแข็งแรงทนทาน ช่วยปลายด้านที่ชี้ไปยังปลายเท้า มีลักษณะมน มีสายพานทำจากผ้าใบ วางพาดด้านใต้ของ Keel มาทางส่วนหน้าของเท้า โดยยึดอยู่กับ Keel อย่างแข็งแรง มีแหวนโลหะ ยึดติดกับ Keel เพื่อรับกับน็อต สำหรับยึดเท้าเทียมกับ Adapter

๓.๓ มีรูตามแนวตั้งตรงกลางแนวข้อเท้า เพื่อใส่น็อตสำหรับขันยึดติดกับ Adapter

๓.๔ เท้ามีน้ำหนักไม่เกิน ๖๐๐ กรัม (เทียบกับเท้าเบอร์ ๒๕)

๓.๕ มีความสูงของสันเท้าจากพื้นประมาณ ๑๐ มิลลิเมตร เมื่อวัดโดยวางเท้าในแนวระนาบ ให้ปลายเท้าและฝ่าเท้าแนบไปกับพื้น

๓.๖ เท้ามีขนาดตั้งแต่เบอร์ ๒๒,๒๓,๒๔,๒๕,๒๖,๒๗ มีข้างซ้ายและข้างขวา

๔. คุณสมบัติ/ข้อบ่งใช้

ใช้เป็นส่วนประกอบในการผลิตและซ่อมขาเทียมระดับต่างๆ

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

๕.๑ เป็นผลิตภัณฑ์ในประเทศหรือต่างประเทศ

๕.๒ ในวันทำการเปิดซองสอบราคา ผู้ยื่นซองสอบราคาจะต้องนำอุปกรณ์มาให้คณะกรรมการเปิดซอง ตรวจสอบคุณลักษณะของอุปกรณ์เพื่อเลือกอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน

๕.๓ หากอุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐาน ชำรุดก่อนการใช้งานทางบริษัทหรือผู้แทนจำหน่ายจะต้องเปลี่ยนหรือแก้ไขสินค้าให้ใหม่โดยไม่คิดมูลค่าใดๆทั้งสิ้น

๕.๔ อุปกรณ์ที่ได้รับการพิจารณาทางคณะกรรมการอาจจะหรือขอเก็บไว้เป็นตัวอย่าง ๑ ชิ้น เพื่อนำไปเปรียบเทียบกับอุปกรณ์ที่ทำการส่งมอบ

๕.๕ อุปกรณ์ที่ได้รับการพิจารณาหากบริษัทจัดส่งให้กับทางโรงพยาบาลมีคุณสมบัติที่แตกต่างไปจากตัวอย่างที่คณะกรรมการเก็บไว้เปรียบเทียบ ทางบริษัทจะต้องรับผิดชอบในการนำกลับคืนและจัดส่งอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติเหมือนกับตัวอย่างมาทดแทนโดยเร็วโดยไม่คิดมูลค่าใดๆทั้งสิ้น

ประเภทที่ ๑๕. Cane ๓ ปุ่มปรับได้ จำนวน ๑ รายการ

๑. ความต้องการ

ไม้เท้าอลูมิเนียมแบบ ๓ ขา

๒. วัตถุประสงค์ของการใช้งาน

ใช้ในการค้ำยันพุงขาและลำตัวในการยืนและเดิน

๓. คุณลักษณะเฉพาะทั่วไป

๓.๑ ทำจากท่ออลูมิเนียม น้ำหนักเบา แข็งแรง

๓.๒ ปรับสูงต่ำได้โดยเลื่อนสปริงล้อค

๓.๓ มีฐาน ๓ ขาอยู่ในระนาบเดียวกันขณะที่ฐานสัมผัสพื้น

๓.๔ มีข้อจับหุ้มด้วยพลาสติกหรือยางที่แน่นกระชับไม่เลื่อนหลุดง่าย

๓.๕ มีลูกยางคุณภาพดีที่มีความเหนียวยืดหยุ่นดีไม่ฉีกขาดง่ายสวมที่ปลายฐานสัมผัสพื้น

๔. คุณสมบัติ/ข้อบ่งชี้

ใช้เพื่อค้ำยันพุงขาและลำตัวในการเดิน เพื่อบรรเทาอาการปวด เคล็ด ขัดยอกของขาและลำตัวอันเนื่องจากการได้รับบาดเจ็บและกระดูกขาหัก ช่วยลดการเคลื่อนไหวและน้ำหนักของขาที่มากเกินไป

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

๕.๑ เป็นผลิตภัณฑ์ในประเทศ

๕.๒ สินค้าทุกชิ้นต้องมัดแน่นเป็นมัดเพื่อความสะดวกในการจัดเก็บและขนย้าย

๕.๓ ในวันทำการเปิดซองสอบราคา ผู้ยื่นซองสอบราคาจะต้องนำอุปกรณ์หรือภาพถ่ายที่เป็นภาพสีมองเห็นภาพชัดเจนมาให้คณะกรรมการเปิดซองตรวจสอบคุณลักษณะของอุปกรณ์เพื่อเลือกอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน

๕.๔ หากอุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐาน ชำรุดก่อนการใช้งานทางบริษัทหรือผู้แทนจำหน่ายจะต้องเปลี่ยนหรือแก้ไขสินค้าให้ใหม่โดยไม่คิดมูลค่าใดๆทั้งสิ้น

๕.๕ อุปกรณ์ที่ได้รับการพิจารณาทางคณะกรรมการอาจจะหรือขอเก็บไว้เป็นตัวอย่าง ๑ ชิ้น เพื่อนำไปเปรียบเทียบกับอุปกรณ์ที่ทำการส่งมอบ

๕.๖ อุปกรณ์ที่ได้รับการพิจารณาหากบริษัทจัดส่งให้กับทางโรงพยาบาลมีคุณสมบัติที่แตกต่างไปจากตัวอย่างที่คณะกรรมการเก็บไว้เปรียบเทียบ ทางบริษัทจะต้องรับผิดชอบในการนำกลับคืนและจัดส่งอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติเหมือนกับตัวอย่างมาทดแทนโดยเร็วโดยไม่คิดมูลค่าใดๆทั้งสิ้น

ประเภทที่ ๑๖. Knee support แบบไม่มีแกนข้าง จำนวน ๔ รายการ

๑. ความต้องการ

อุปกรณ์พยุงข้อเข่า (Knee support)ไม่มีแกนด้านข้าง

๒. วัตถุประสงค์ของการใช้งาน

ใช้ในการพยุงข้อเข่า

๓. คุณลักษณะเฉพาะทั่วไป

ผลิตจากผ้ายืดหรือเส้นใยไนลอน ถักทอด้วยเครื่องถักทออัตโนมัติ ทอขึ้นรูปไร้ตะเข็บ ให้นุ่มและแน่นทนทาน ระบายอากาศได้ดี ทอบางเหนือบริเวณกระดูกสะบ้าหัวเข่า ขนาด S,M, L,XL,XXL วัดรอบข้อเข่าตั้งแต่ ๒๗-๒๘ เซนติเมตร

๔. คุณสมบัติ/ข้อบ่งใช้

ใช้สวมใส่เพื่อพยุงข้อเข่าและกล้ามเนื้อรอบข้อเข่า เพื่อบรรเทาอาการปวด เคล็ด ขัดยอกของข้อเข่า อันเนื่องจากข้อเข่าเสื่อมหรือโรคข้ออื่นๆ และใช้สวมใส่เพื่อป้องกันอาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

๕.๑ เป็นผลิตภัณฑ์ในประเทศหรือต่างประเทศ

๕.๒ สินค้าทุกชิ้นต้องบรรจุในถุงหรือกล่องปิดมิดชิด

๕.๓ มีเอกสารระบุวิธีการใช้และดูแลรักษาติดมากับผลิตภัณฑ์ทุกชิ้น

๕.๔ ในวันทำการเปิดของสอบราคา ผู้ยื่นของสอบราคาจะต้องนำอุปกรณ์มาให้คณะกรรมการเปิดของ ตรวจสอบคุณลักษณะของอุปกรณ์เพื่อเลือกอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน

๕.๕ หากอุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐาน ชำรุดก่อนการใช้งานทางบริษัทหรือผู้แทนจำหน่ายจะต้องเปลี่ยนหรือแก้ไขสินค้าให้ใหม่โดยไม่คิดมูลค่าใดๆทั้งสิ้น

๕.๖ อุปกรณ์ที่ได้รับการพิจารณาทางคณะกรรมการอาจจะหรือขอเก็บไว้เป็นตัวอย่าง ๑ ชิ้น เพื่อนำไปเปรียบเทียบกับอุปกรณ์ที่ทำการส่งมอบ

๕.๗ อุปกรณ์ที่ได้รับการพิจารณาหากบริษัทจัดส่งให้กับทางโรงพยาบาลมีคุณสมบัติที่แตกต่างไปจากตัวอย่างที่คณะกรรมการเก็บไว้เปรียบเทียบ ทางบริษัทจะต้องรับผิดชอบในการนำกลับคืนและจัดส่งอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติเหมือนกับตัวอย่างมาทดแทนโดยเร็วโดยไม่คิดมูลค่าใดๆทั้งสิ้น

ประเภทที่ ๑๗. ไม้ค้ำยันแบบไม้ จำนวน ๑๑ รายการ

๑. ความต้องการ

ไม้ค้ำยันชนิดทำจากไม้

๒. วัตถุประสงค์ของการใช้งาน

ใช้ในการค้ำยันพุงขาและลำตัว

๓. คุณสมบัติเฉพาะทั่วไป

๓.๑ ทำจากไม้เนื้อแข็งอบแห้งมีน้ำหนักเบาแข็งแรง

๓.๒ ทนทานด้วยแล็กเกอร์สังเกตุได้จากความมันวาวของไม้

๓.๓ ส่วนประกอบเนื้อไม้เป็นสีเดียวกัน ทำจากไม้ชนิดเดียวกัน

๓.๔ ปรับสูงต่ำได้โดยมีรูปรับในตำแหน่งของมือจับไม่น้อยกว่า ๓ รูและมีรูปรับในส่วนของโครงไม้ส่วนฐาน

จำนวนอย่างน้อย ๘ รู

๓.๕ มือจับทำด้วยไม้กึ่งกลมกลางและเรียวออกทางด้านข้างมีความยาวไม่น้อยกว่า ๑๐ เซนติเมตร

๓.๖ ที่รองรักแร้หุ้มด้วยฟองน้ำหุ้มด้วยหนังเทียมคุณภาพที่ดีมีคุณภาพ มีความยาวไม่น้อยกว่า ๗ นิ้ว

๓.๗ ขนาดความหนาของโครงเนื้อไม้ (ไม้ข้าง) ไม่น้อยกว่า ๑/๒ นิ้ว และมีความกว้างของโครงเนื้อไม้ (ไม้กลาง) ไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว

๓.๘ มีลูกยางคุณภาพดีที่มีความเหนียวยืดหยุ่นดีไม่ฉีกขาดง่ายสวมที่ปลายไม้อย่างแน่นหนา

๓.๙ มีหมายเลขบอกขนาดของไม้ติดไว้ที่ไม้กลางทั้งสองข้าง

๓.๑๐ มีหลายขนาดให้เลือก

๔. คุณสมบัติ/ข้อบ่งชี้

ใช้เพื่อค้ำยันพุงขาและลำตัวในการเดิน เพื่อบรรเทาอาการปวด เคล็ด ขัดยอกของขาและลำตัว อันเนื่องจากการได้รับบาดเจ็บและกระดูกขาหัก

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

๕.๑ เป็นผลิตภัณฑ์ในประเทศ

๕.๒ สินค้าทุกชิ้นต้องบรรจุในถุงมิดชิดหรือมัดแน่นเป็นมัดเพื่อความสะดวกในการจกเก็บและเคลื่อนย้าย

๕.๓ ในวันทำการเปิดของสอบราคา ผู้ยื่นซองสอบราคาจะต้องนำอุปกรณ์หรือภาพถ่ายที่เป็นภาพสีมองเห็นภาพชัดเจนมาให้คณะกรรมการเปิดซองตรวจสอบคุณลักษณะของอุปกรณ์เพื่อเลือกอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน

๕.๔ หากอุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐาน ชำรุดก่อนการใช้งานทางบริษัทหรือผู้แทนจำหน่ายจะต้องเปลี่ยนหรือแก้ไขสินค้าให้ใหม่โดยไม่คิดมูลค่าใดๆทั้งสิ้น

๕.๕ อุปกรณ์ที่ได้รับการพิจารณาทางคณะกรรมการอาจจะหรือขอเก็บไว้เป็นตัวอย่าง ๑ ชิ้น เพื่อนำไปเปรียบเทียบกับอุปกรณ์ที่ทำการส่งมอบ

๕.๖ อุปกรณ์ที่ได้รับการพิจารณาหากบริษัทจัดส่งให้กับทางโรงพยาบาลมีคุณสมบัติที่แตกต่างไปจากตัวอย่างที่คณะกรรมการเก็บไว้เปรียบเทียบ ทางบริษัทจะต้องรับผิดชอบในการนำกลับคืนและจัดส่งอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติเหมือนกับตัวอย่างมาทดแทนโดยเร็วโดยไม่คิดมูลค่าใดๆทั้งสิ้น

