

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)  
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีชิ้นงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการจัดซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ ในรายการ เครื่องอบแห้งสายยาง จำนวน ๕ เครื่อง

๑. หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

๑๒๒ ถนนสรรพสิทธิ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงินจำนวน ๔๙๗,๕๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อย บาทถ้วน)

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

จำนวน ๕ เครื่อง ๆ ละ ๙๙,๕๐๐ บาท เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๔๙๗,๕๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง ได้จากการสืบราคาจากท้องตลาด ได้แก่

- บริษัท นำวิวัฒน์ การช่าง (๑๙๙๒)
- บริษัท เซนต์ เมติคอล (คริติคอล แคร้) จำกัด
- บริษัท ซิลลิคฟาร์มา จำกัด
- บริษัท บีแอนด์บี โปรดักส์ จำกัด

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๑. นางสมบูรณ์ นันตโลहित พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

๒. นางภัตติกาญจน์ ดำรงคุณาวุฒิ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

๓. นางวรลักษณ์ บุญเกิด พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการฯ

(นางสมบูรณ์ นันตโลहित) พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการฯ


(นางภัตติกาญจน์ ดำรงคุณาวุฒิ) พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการฯ

(นางวรลักษณ์ บุญเกิด) พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี  
รายละเอียดคุณลักษณะ  
เครื่องอบแห้งสายยางและอุปกรณ์ทางการแพทย์

๑. ความต้องการ เครื่องอบแห้งสายยางด้วยลมร้อน
๒. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน เป็นเครื่องอบแห้งสายยางและอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่น ๆ เช่น เครื่องมือแพทย์ท่อสายยางชนิดต่าง ๆ ภายหลังจากชำระล้างให้แห้ง
๓. คุณสมบัติทั่วไป
  - ๓.๑ เป็นตู้สี่เหลี่ยมตั้งพื้น ทำด้วย Stainless Steel มีฉนวนกันความร้อน และเคลื่อนที่ได้ด้วยล้อ
  - ๓.๒ ภายในตู้สามารถเสียบสายยางเป่าแห้งได้ ไม่น้อยกว่า ๙๖ ช่อง ใช้อบสายยางได้หลายขนาดและมีตระแกรงสแตนเลส สำหรับวางอุปกรณ์ทางการแพทย์ได้
  - ๓.๓ มีประตูปิด - เปิด ผนังประตูเป็นกระจกใสมองเห็นอุปกรณ์ที่ใส่ภายในตู้ได้
  - ๓.๔ ตัวเครื่องใช้กับระบบไฟฟ้า ๒๒๐ โวลท์ ๕๐ เฮิร์ต
๔. คุณลักษณะเฉพาะ
  - ๔.๑ ตู้ทำด้วย Stainless Steel ๒ ชั้น มีฉนวนกันความร้อน ลดการสูญเสียพลังงาน และห้องอบมีขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ลิตร
  - ๔.๒ การทำงานของตู้มีเสียงดัง และมีความสั่นสะเทือนน้อย
  - ๔.๓ การทำงานมีตัวทำความร้อนไม่น้อยกว่า ๑๕๐๐ วัตต์
  - ๔.๔ ตั้งเวลาการทำงานได้ ๐-๙๙ ชั่วโมง และปรับตั้งอุณหภูมิใช้งานได้ ตั้งแต่อุณหภูมิห้องถึงมากกว่า ๓๕- ๘๐ องศาเซลเซียส
  - ๔.๕ ผนังประตูเป็นกระจกใสมองเห็นอุปกรณ์ที่ใส่ภายในตู้ได้
  - ๔.๖ สามารถอบสายได้ ไม่น้อยกว่า ๙๖ ช่อง
  - ๔.๗ มีตระแกรงสแตนเลสสำหรับวางอุปกรณ์ทางการแพทย์ได้ จำนวน ๓ อัน สามารถปรับเปลี่ยนตำแหน่งได้
  - ๔.๘ มีล้อเลื่อนและสามารถล็อกตู้ให้อยู่กับที่ได้
  - ๔.๙ มีถาดรองน้ำด้านล่าง
  - ๔.๑๐ ใช้ไฟฟ้า ๒๒๐ โวลท์ ๕๐ เฮิร์ต
  - ๔.๑๑ ฟิลเตอร์กรองอากาศแบบ Hepa Fiter ขนาด ๐.๕ ไมครอน ติดตั้งและถอดออกเปลี่ยนได้ง่าย
  - ๔.๑๒ มีหลอดไฟแสดงการทำงาน
  - ๔.๑๓ สามารถแสดงค่าอุณหภูมิที่ตั้งและอุณหภูมิที่วัดได้ด้วยตัวเลขดิจิทัล




(นางสมบูรณ์ นันตโลहित)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ



(นางกตติกาจัญญ์ ดำรงคุณาวุฒิ)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ




(นางวรลักษณ์ นุญเกิด)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

- ๔.๑๔ ระบบการอบสายใช้ลมร้อนวิ่งผ่านภายในสายและนอกสายทำให้สายแห้งภายในและภายนอกเสมอกันตลอด
- ๔.๑๕ ขนาดของห้องอบมีขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ลิตร
- ๔.๑๖ มีตัวเบรกเกอร์ป้องกันการลัดวงจร
- ๔.๑๗ เครื่องผลิตลมร้อนเป็นแบบ ๒ หัว (Head Blower) แบบระบายความร้อนด้วยตัวเอง


#### ๕. เงื่อนไขเฉพาะ

- ๕.๑ มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาเป็นภาษาไทย ๑ ชุด
- ๕.๒ มีแผ่นแนะนำการใช้งานอย่างย่อ ๑ แผ่น
- ๕.๓ เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
- ๕.๔ ผู้ขายรับผิดชอบนำส่ง, ติดตั้ง จนสามารถใช้งานได้ พร้อมสาธิตวิธีการใช้งาน
- ๕.๕ มีหนังสือรับรองการสำรองอะไหล่อย่างน้อย ๕ ปี
- ๕.๖ เป็นผลิตภัณฑ์จากโรงงานผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑  
มาตรฐาน CE และได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕:
- ๕.๗ รับประกันคุณภาพการใช้งาน ๑ ปี



(นางสมบูรณ์ นันตโลहित)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ



(นางภัตติกาญจน์ ดำรงคุณาวุฒิ)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ



(นางวรลักษณ์ บุญเกิด)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ