

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี  
รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะจ้างซ่อมเครื่องกล้องส่องตรวจ  
หลอดลมปอด ยี่ห้อ Olympus เลขครุภัณฑ์ ๖๕๑๕-๐๘๗-๐๐๐๑/๐๑๔๐/๒๕๕๓  
ID:๖๕๐๗๐ ของ SCOPE MED


๑. ข้อกำหนดทั่วไป


จ้างซ่อมกล้องส่องตรวจหลอดลมปอด ยี่ห้อ Olympus เลขครุภัณฑ์ ๖๕๑๕-๐๘๗-  
๐๐๐๑/๐๑๔๐/๒๕๕๓ ID:๖๕๐๗๐ ของ SCOPE MED สามารถใช้งานได้ปกติ

๒. ข้อกำหนดเฉพาะของการจ้างซ่อมกล้องส่องตรวจหลอดลมปอด ยี่ห้อ Olympus  
เลขครุภัณฑ์ ๖๕๑๕-๐๘๗-๐๐๐๑/๐๑๔๐/๒๕๕๓ ID:๖๕๐๗๐ ของ SCOPE MED

- |                                                                   |              |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| ๒.๑ เปลี่ยนชุดสายส่องตรวจ                                         | จำนวน ๑ ชุด  |
| ๒.๒ เปลี่ยนแผงวงจรสัญญาณภาพ                                       | จำนวน ๑ ชิ้น |
| ๒.๓ เปลี่ยนตัวป้องกันสายส่องตรวจ                                  | จำนวน ๑ ชิ้น |
| ๒.๔ เปลี่ยนส่วนเชื่อมต่อสายส่องตรวจ                               | จำนวน ๑ ชิ้น |
| ๒.๕ เปลี่ยนชุดชิ้นส่วนขนาดเล็ก                                    | จำนวน ๑ ชิ้น |
| ๒.๖ ผู้เสนอราคาจะต้องรับประกันงานซ่อมและอะไหล่ไม่น้อยกว่า ๖ เดือน |              |

  
(นายสุชาติ บุรพันธ์)  
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

  
(นางวิไล คำพรหม)  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

  
(นายฉลาด แสงติ)  
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน