

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย  
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

- ชื่อโครงการ จ้างเหมาซ่อมกล้องส่องตรวจหลอดลมปอด ยี่ห้อ Olympus  
เลขครุภัณฑ์ ๖๕๑๕-๐๘๗-๐๐๐๑/๐๑๔๐/๒๕๕๓ ID:๖๕๐๗๐ ของ SCOPE MED
- หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
- วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๕๑,๔๕๒.๒๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบสองบาทยี่สิบสตางค์)
- วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒  
เป็นเงิน ๓๕๑,๔๕๒.๒๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบสองบาทยี่สิบสตางค์)
- แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
ราคาากลาง ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด รวมทั้งจากเว็บไซต์ต่างๆ ได้แก่  
บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จำกัด
- รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน  
๖.๑. นายสุชาติ บุรพันธ์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ  
๖.๒. นางวิไล คำพรหม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กรรมการ  
๖.๓. นายฉลาด แสงวงดี นายช่างเทคนิคชำนาญงาน กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายสุชาติ บุรพันธ์) นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นางวิไล คำพรหม) พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายฉลาด แสงวงดี) นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี  
รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะจ้างเหมาซ่อมเครื่องกล้องส่องตรวจ  
หลอดลมปอด ยี่ห้อ Olympus เลขครุภัณฑ์ ๖๕๑๕-๐๘๗-๐๐๐๑/๐๑๔๐/๒๕๕๓  
ID:๖๕๐๗๐ ของ SCOPE MED

๑. ข้อกำหนดทั่วไป

จ้างเหมาซ่อมกล้องส่องตรวจหลอดลมปอด ยี่ห้อ Olympus เลขครุภัณฑ์ ๖๕๑๕-๐๘๗-  
๐๐๐๑/๐๑๔๐/๒๕๕๓ ID:๖๕๐๗๐ ของ SCOPE MED สามารถใช้งานได้ปกติ

๒. ข้อกำหนดเฉพาะของการจ้างเหมาซ่อมกล้องส่องตรวจหลอดลมปอด ยี่ห้อ Olympus  
เลขครุภัณฑ์ ๖๕๑๕-๐๘๗-๐๐๐๑/๐๑๔๐/๒๕๕๓ ID:๖๕๐๗๐ ของ SCOPE MED

๒.๑	เปลี่ยนชุดสายส่องตรวจ	จำนวน ๑ ชุด
๒.๒	เปลี่ยนแผงวงจรสัญญาณภาพ	จำนวน ๑ ชิ้น
๒.๓	เปลี่ยนตัวป้องกันสายส่องตรวจ	จำนวน ๑ ชิ้น
๒.๔	เปลี่ยนส่วนเชื่อมต่อสายส่องตรวจ	จำนวน ๑ ชิ้น
๒.๕	เปลี่ยนชุดชิ้นส่วนขนาดเล็ก	จำนวน ๑ ชิ้น
๒.๖	ผู้เสนอราคาจะต้องรับประกันงานซ่อมและอะไหล่ไม่น้อยกว่า ๑ ปี	

(นายสุชาติ บุรพันธ์)  
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

(นางวิไล คำพรหม)  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(นายฉลาด แสงดี)  
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน