

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

- รายละเอียดและคุณลักษณะของ ชุดสายสวนเส้นเลือดใหญ่ ๓ ทาง

๑. คุณลักษณะทั่วไป เป็น Catheter สำหรับใส่หลอดเลือดดำใหญ่ พร้อมชุดช่วยใส่ (Introducer set)

๒. คุณลักษณะเฉพาะ

๒.๑ สายมีขนาด ๗ Fr. ยาว ๒๐ ซม. มีเครื่องหมายบอกระยะที่ ๑๐ ซม. ๑๕ ซม. และทุก ซม. จนถึง ๒๐ ซม.

๒.๒ สายมีช่องภายใน ๓ รู (Lumen) รูเปิดแยกกันคือ เปิดเป็นปลายสุด (Distal) เปิดตอนกลาง (Medial) และรูเปิดตอนต้น (Proximal)

๒.๓ ขั้วสาย จะแยกออกไป ๓ ท่อ (Extension Line) ยาวไม่เท่ากัน มีข้อความ Dista, Medial และ Proximal เพื่อบอกรูเปิดทางตอนปลายซึ่งจะมองไม่เห็นเมื่อใส่เข้าร่างกายผู้ป่วยแล้ว

๒.๔ ท่อ (Extension Line) มีที่หนีบสาย (Clamp) และฝาปิด ที่ Medial Line และ Proximal Line

๒.๕ สายทำด้วย Polyurethane และทึบแสงเอกซเรย์ (Radiopaque)

๒.๖ มีชุดใส่สายประกอบด้วย ไม่น้อยกว่า ดังนี้

๒.๖.๑ เข็มขนาด ๑๘ Ga ยาว ๒-๑/๒" จำนวน ๑ อัน

๒.๖.๒ มีกระบอกฉีดยา ขนาด ๕ cc. ซึ่งมีรูที่ปลายลูกสูบสำหรับใส่ ลวดนำ (Guide wire) ให้ออกทางปลายเข็มได้เลยโดยไม่ต้องถอดเข็มออกเพื่อใส่ลวดนำ

๒.๖.๓ ลวดนำขนาด .๐๓๒" ยาว ๖๐ ซม. ปลายนิมรูป "J" และอีกด้านปลายตรงอยู่ในท่อพลาสติกแข็งมีที่วางนิ้ว (Advancer) เพื่อดันลวดนำออกจากท่อพลาสติก

๒.๗ สายและชุด (Introducer Set) บรรจุอยู่ในสภาพพลาสติกใส่ ปิดด้วยกระดาษพิมพ์บอกรายละเอียด ของภายในบรรจุภัณฑ์

๒.๘ บรรจุภัณฑ์เป็นแบบสำเร็จรูปพร้อมใช้งาน ปราศจากเชื้อ (Sterile Packing)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายจรูญพงษ์ ชูรัตน์) นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นางกัสมมา นิยมพานิชพัฒนา) นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นางอมรา ลีแสน) พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ