

**โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี**  
**รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ**  
**ผ้าคลุมสำหรับผ่าตัดตาแบบใช้แล้วทิ้ง**


**1.คุณลักษณะทั่วไป**


- 1.1 เป็นชุดผ้าคลุมผ่าตัดสำหรับใช้ในการปกคลุมบริเวณที่จะทำการผ่าตัดตา
- 1.2 ทำจากวัสดุสังเคราะห์ (non-woven material)
- 1.3 เป็นผลิตภัณฑ์ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อ
- 1.4 เป็นผลิตภัณฑ์ใช้ครั้งเดียวทิ้ง
- 1.5 ห่อบรรจุภัณฑ์มีรายละเอียด ชื่อ ขนาด ผู้ผลิต Lotผลิต วันหมดอายุ
- 1.6 ผลิตภัณฑ์มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 3 ปี
- 1.7 ผลิตในโรงงานที่ได้รับการรับรองกระบวนการผลิตตามมาตรฐาน และผลิตภัณฑ์ได้รับรองมาตรฐานการผลิต

**2.คุณลักษณะเฉพาะ**

- 2.1 ผ้าคลุมสำหรับผ่าตัดตา ทำจากวัสดุสังเคราะห์ที่สามารถป้องกันของเหลว และเลือดได้
- 2.2 ชุดผ้าคลุมสำหรับผ่าตัดตา ผ่านกระบวนการเพิ่มคุณสมบัติป้องกันไฟฟ้าสถิต
- 2.3 ผ้าคลุมสำหรับผ่าตัดตา (Drape) มีขนาดไม่น้อยกว่า 150x180 ซม. เจาะกลางขนาดไม่น้อยกว่า 9.0x10.0 ซม. ตรงกลางมีแผ่นฟิล์มกาว ซึ่งเจาะเป็นรูปวงรี ขนาดไม่น้อยกว่า 3.0x6.0 ซม. สำหรับติดรอบดวงตาผู้ป่วย เพื่อเตรียมสำหรับการผ่าตัด มีถุงสำหรับรองรับของเหลวและเลือดขณะทำผ่าตัด (pouch) ระหว่างช่องเจาะกลาง ทั้ง 2 ด้าน

3.ผ่านการประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์ตามแบบประเมินการใช้ผลิตภัณฑ์ผ้าคลุมผ่าตัดแบบใช้แล้วทิ้ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี จำนวน 20 ชิ้น

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการฯ  
(นางสาวสุตารัตน์ นเรนทร์พิทักษ์)  
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)..........กรรมการฯ  
(นางเอี่ยมพร ชมภูมี)  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)..........กรรมการฯ  
(นางอุบลวรรณ วงศ์นายโกด)  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ