

# โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

## รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

### ลิ้นหัวใจเทียมชนิดที่ทำจากเนื้อเยื่อวัว Single sheet

#### ลักษณะทั่วไป

เป็นลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อสำหรับผู้ป่วยที่จำเป็นต้องผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจในตำแหน่ง Mitral หรือ Aortic

#### คุณลักษณะเฉพาะ


1. ลักษณะลิ้นหัวใจเทียมเป็นชนิดเนื้อเยื่อ ทำจากเยื่อหัวใจวัว
2. เยื่อหัวใจวัวเป็นชั้นเดียวกันตลอดและหุ้มรอบภายนอกตัวโครง
3. ตัวโครงทำจาก Acetal homopolymer หรือ Polymeric Stent มีการคงตัวดี
4. มี Marker ช่วยให้เห็นและเย็บได้สะดวกสามารถเห็นได้ด้วย X-ray
5. suture ring ทำจาก Polyester
6. มีขนาดต่างๆให้เลือกได้ตามความเหมาะสมสำหรับผู้ป่วยดังนี้
  1. แบบ Aortic มีขนาดตั้งแต่ ๑๙ - ๒๙ มิลลิเมตร
  2. แบบ Mitral มีขนาดตั้งแต่ ๑๙ - ๓๓ มิลลิเมตร
7. ตัวลิ้นแช่ในน้ำยา ๔% Formaldehyde หรือ Aldehyde free
8. บรรจุในกล่องทำให้ปราศจากเชื้อ พร้อมใช้งานได้ทันที

#### เงื่อนไขเฉพาะ

1. หากสินค้าไม่สามารถใช้งานได้หรือสินค้าที่ส่งมอบให้แล้วหมดอายุก่อนการใช้งานผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่และต้องเป็นสินค้าไม่เคยใช้งานมาก่อน โดยต้องไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม
2. หากสินค้านี้มีรุ่นใหม่ที่ดีกว่า ทางโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์สามารถขอแลกเปลี่ยนใหม่โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มและสามารถขอแลกเปลี่ยนขนาดได้ตามความต้องการผู้ใช้

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ  
(นายเจนฤทธิ์ วิตตะ) นายแพทย์เชี่ยวชาญ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นายเกียรติพันธ์ จิตวรวิสุทธิ) นายแพทย์ชำนาญการ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นายทิวา กภาพักดี) นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกปฏิบัติการ