

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะจ้างเหมาซ่อมเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรพร้อม
จอกกราฟฟิกเด็กเล็ก ยี่ห้อ Siemens/servo I universal เลขครุภัณฑ์ ๖๕๑๕-๐๐๓-๒๑๐๑/๐๐๐๓
ID:๒๓๓๒๖ หมายเลขเครื่อง ๐๔๙๑๓ ของ PICU ๑

๑. วัตถุประสงค์

เพื่อให้เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรพร้อมจอกกราฟฟิกเด็กเล็ก ยี่ห้อ Siemens/servo I
universal เลขครุภัณฑ์ ๖๕๑๕-๐๐๓-๒๑๐๑/๐๐๐๓ ID:๒๓๓๒๖ หมายเลขเครื่อง ๐๔๙๑๓
ของ PICU ๑

๒. คุณสมบัติด้านเทคนิคของอะไหล่

เป็นอุปกรณ์ PC ๑๗๗๗ ควบคุมการทำงานของหน้าจอเครื่องช่วยหายใจ Servo-I ทำหน้าที่เป็นตัว
ควบคุมการทำงานในส่วนของภาพหน้าจอ การสัมผัสหน้าจอ ปุ่มปรับค่าพารามิเตอร์ต่างๆของเครื่องช่วย
หายใจ PC Card Slot สำหรับดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ สวิตช์ เปิด/ปิด ของเครื่องช่วยหายใจ Servo-I และไมโคร
โฟนสำหรับตรวจสอบเสียงจากลำโพง

๓. เงื่อนไขเฉพาะ

- ๓.๑ อะไหล่ที่นำมาส่งมอบต้องเป็นอะไหล่ใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
- ๓.๒ ติดตั้งโดยวิศวกรของบริษัทฯ
- ๓.๓ รับประกัน ๑ ปี



(นายเพียรศักดิ์ แซ่ห้วง)
นายแพทย์ชำนาญการ



(นายวรวุฒิ คิวประภากร)
นายแพทย์ชำนาญการ



(นางสาวสุวรี เตชะนณะชัย)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ