




รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ
ชุดเครื่องมือทำหัตถการตัดลอกผิวหนังแบบขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไร้สาย

1. **ความต้องการ** ชุดเครื่องมือสำหรับทำหัตถการตัดลอกผิวหนังที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนด
2. **วัตถุประสงค์** สำหรับใช้ตัดลอกผิวหนังเพื่อปลูกถ่ายผิวหนัง
3. **คุณสมบัติทั่วไป**
 - 3.1 ผลติจากวัสดุปลอดสนิม สามารถนั่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำได้
 - 3.2 ได้รับรองมาตรฐานการผลิตทางการแพทย์
4. **คุณสมบัติเฉพาะ**
 - 4.1 เครื่องตัดลอกผิวเป็นแบบไร้สาย (cord less) ใช้งานได้สะดวก
 - 4.2 น้ำหนักเครื่องไม่เกิน 1400 กรัม
 - 4.3 สามารถตัดผิวหนังได้กว้างไม่น้อยกว่า 80 มิลลิเมตร
 - 4.4 ปรับระยะความหนาในการตัดผิวหนังได้ตั้งแต่ 0-1.2 มิลลิเมตร
 - 4.5 ถอดเปลี่ยนใบมีดได้ง่าย ปลอดภัย ไม่ต้องไขควงหรืออุปกรณ์ใด ๆ เพิ่ม
 - 4.6 ถอดมอเตอร์และแบตเตอรี่ออกจากเครื่องได้ก่อนทำการล้างและปราศจากเชื้อ
 - 4.7 ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ ใช้แรงดันไฟไม่เกิน 7.5 โวลท์
 - 4.8 ความจุแบตเตอรี่ไม่ต่ำกว่า 2400 มิลลิแอมป์ชั่วโมง ใช้งานได้ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 70 นาที
 - 4.9 แบตเตอรี่สามารถชาร์จไฟได้ ใช้เวลาชาร์จกระแสนเต็มไม่เกิน 3 ชั่วโมง
 - 4.10 แบตเตอรี่เป็นชนิด ลิเทียม-ไอออน ไม่มีเมมโมรีเอฟเฟค
5. **อุปกรณ์ประกอบ**

5.1 ใบมีดตัดสำหรับเครื่องตัดลอกผิวหนัง	10 ใบ
5.2 อุปกรณ์ปรับลดขนาดความกว้างหน้าตัดเป็น 65 มิลลิเมตร	1 ชิ้น
5.3 อุปกรณ์ปรับลดขนาดความกว้างหน้าตัดเป็น 50 มิลลิเมตร	1 ชิ้น
5.4 อุปกรณ์ปรับลดขนาดความกว้างหน้าตัดเป็น 35 มิลลิเมตร	1 ชิ้น
5.5 กล่องบรรจุเครื่องมือสำหรับนั่งฆ่าเชื้อ	1 ชุด
5.6 ชุดชาร์จไฟแบตเตอรี่	1 ชุด
6. **เงื่อนไขเฉพาะ**
 - 6.1 เป็นสินค้าใหม่ที่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
 - 6.2 รับประกันคุณภาพ 2 ปี


(นายไพวัฒน์ วัฒนราชกุล)
นายแพทย์ชำนาญการ


(นายประสาน ผดุงเกียรติโสภณ)
นายแพทย์ชำนาญการ


(นางสาวพิมพ์ใจ เพ็ญแก้ว)
นายแพทย์ชำนาญการ