

๔. คุณลักษณะเฉพาะ

ประเภทที่ ๑ ชุดแขนเทียมระดับใต้ศอกมือ ๕ นิ้วใช้งานได้ จำนวน ๒ รายการ

๑. ความต้องการ

ชุดอุปกรณ์ในการผลิตแขนเทียมระดับใต้ศอกชนิด ๕ นิ้วใช้งานได้

๒. วัตถุประสงค์ของการใช้งาน

ใช้ในการผลิตแขนเทียมระดับใต้ศอกชนิด ๕ นิ้วใช้งานได้

๓. คุณลักษณะเฉพาะทั่วไป

ใน ๑ ชุด ประกอบด้วย

- ๓.๑ มือเทียมชนิด ๕ นิ้ว ใช้งานได้
- ๓.๒ ข้อต่อมือเทียมแบบ ๕ นิ้ว
- ๓.๓ สายบังคับมือเทียมระดับใต้ศอก
- ๓.๔ ถังมือเทียม

๔. คุณสมบัติ/ข้อบ่งใช้

ใช้ในการผลิตแขนเทียมระดับใต้ศอกแบบมือ ๕ นิ้ว ใช้งานได้

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

- ๕.๑ เป็นผลิตภัณฑ์จากทวีปเอเชีย ทวีปยุโรป หรือทวีปอเมริกา
- ๕.๒ เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
- ๕.๓ สินค้าทุกชิ้นต้องบรรจุในกล่องมิดชิดหรือมัดแน่นเป็นมัดเพื่อความสะดวกในการจัดเก็บและเคลื่อนย้าย
- ๕.๔ ในวันทำการเปิดของประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ยื่นซองฯ จะต้องนำอุปกรณ์หรือภาพถ่ายที่เป็นภาพสีมองเห็นภาพชัดเจนมาให้คณะกรรมการเปิดของตรวจสอบคุณลักษณะของอุปกรณ์เพื่อเลือกอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน
- ๕.๕ หากอุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐาน ชำรุดก่อนการใช้งานทางบริษัทหรือผู้แทนจำหน่ายจะต้องเปลี่ยนหรือแก้ไขสินค้าให้ใหม่โดยไม่คิดมูลค่าใดๆทั้งสิ้น
- ๕.๖ ผู้ยื่นซองประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ต้องเป็นผู้นำเข้าพร้อมมีเอกสารทางการค้ากับต่างประเทศ นำเข้าอย่างถูกต้องและผ่านขั้นตอนปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการประเทศไทย
- ๕.๗ อุปกรณ์ที่ได้รับการพิจารณาหากบริษัทจัดส่งให้กับทางโรงพยาบาลมีคุณสมบัติที่แตกต่างไปจากตัวอย่างที่คณะกรรมการเก็บไว้เปรียบเทียบ ทางบริษัทจะต้องรับผิดชอบในการนำกลับคืนและจัดส่งอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติเหมือนกับตัวอย่างมาทดแทนโดยเร็วโดยไม่คิดมูลค่าใดๆทั้งสิ้น

ประเภทที่ ๒ ชุดแขนเทียมระดับเหนือศอกมือ ๕ นิ้วใช้งานได้ จำนวน ๒ รายการ

๑. ความต้องการ

ชุดอุปกรณ์ในการผลิตแขนเทียมระดับเหนือศอกชนิด ๕ นิ้วใช้งานได้

๒. วัตถุประสงค์ของการใช้งาน

ใช้ในการผลิตแขนเทียมระดับเหนือศอกชนิด ๕ นิ้วใช้งานได้

๓. คุณลักษณะเฉพาะทั่วไป

ใน ๑ ชุด ประกอบด้วย

- ๓.๑ มือเทียมชนิด ๕ นิ้ว ใช้งานได้
- ๓.๒ ข้อต่อมือเทียมแบบ ๕ นิ้ว
- ๓.๓ สายบังคับมือเทียมระดับเหนือศอก
- ๓.๔ ถังมือเทียม
- ๓.๕ ข้อศอกเทียม

๔. คุณสมบัติ/ข้อบ่งใช้

ใช้ในการผลิตแขนเทียมระดับเหนือศอกแบบ ๕ นิ้ว ใช้งานได้

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

- ๕.๑ เป็นผลิตภัณฑ์จากทวีปเอเชีย ทวีปยุโรป หรือทวีปอเมริกา
- ๕.๒ เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
- ๕.๓ สินค้าทุกชิ้นต้องบรรจุในกล่องมิดชิดหรือมัดแน่นเป็นมัดเพื่อความสะดวกในการจัดเก็บและเคลื่อนย้าย
- ๕.๔ ในวันทำการเปิดของประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ยื่นซองฯ จะต้องนำอุปกรณ์หรือภาพถ่ายที่เป็นภาพสีมองเห็นภาพชัดเจนมาให้คณะกรรมการเปิดของตรวจสอบคุณลักษณะของอุปกรณ์เพื่อเลือกอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน
- ๕.๕ หากอุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐาน ชำรุดก่อนการใช้งานทางบริษัทหรือผู้แทนจำหน่ายจะต้องเปลี่ยนหรือแก้ไขสินค้าให้ใหม่โดยไม่คิดมูลค่าใดๆทั้งสิ้น
- ๕.๖ ผู้ยื่นซองประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ต้องเป็นผู้นำเข้าพร้อมมีเอกสารทางการค้ากับต่างประเทศ นำเข้าอย่างถูกต้องและผ่านขั้นตอนปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการประเทศไทย
- ๕.๗ อุปกรณ์ที่ได้รับการพิจารณาหากบริษัทจัดส่งให้กับทางโรงพยาบาลมีคุณสมบัติที่แตกต่างไปจากตัวอย่างที่คณะกรรมการเก็บไว้เปรียบเทียบ ทางบริษัทจะต้องรับผิดชอบในการนำกลับคืนและจัดส่งอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติเหมือนกับตัวอย่างมาทดแทนโดยเร็วโดยไม่คิดมูลค่าใดๆทั้งสิ้น

ประเภทที่ ๓ ชุดขาเทียมระดับใต้เข่าแบบแกนใน จำนวน ๒ รายการ

๑. ความต้องการ

ชุดขาเทียมระดับใต้เข่าแบบแกนใน

๒. วัตถุประสงค์ของการใช้งาน

ใช้ในการผลิตขาเทียมระดับใต้เข่าแบบแกนใน

๓. คุณลักษณะเฉพาะทั่วไป

ประกอบด้วยอุปกรณ์ / แยกชิ้นส่วน ดังต่อไปนี้

- แกนหน้าแข้ง พร้อมตัวยึด
- ตัวต่อยึดเข้ากับหน้าแข้งเทียม
- ตัวจับเท้าใต้เข่า
- ข้อเท้าแบบแกนเดี่ยว
- เท้าเทียม Single Axis มีขนาดตั้งแต่เบอร์ ๒๒,๒๓,๒๔,๒๕,๒๖,๒๗ มีข้างซ้ายและข้างขวา
- โฟมใต้เข่า
- ถังน่องสำหรับขาเทียมระดับใต้เข่า
- สายเข็มขัดขาเทียมใต้เข่า
- แป้นน็อตยึดสายเข็มขัดขาเทียม

๔. คุณสมบัติ/ข้อบ่งชี้

ใช้ในการผลิตขาเทียมระดับใต้เข่าแบบแกนใน

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

๕.๑ เป็นผลิตภัณฑ์จากทวีปเอเชีย ทวีปยุโรป หรือทวีปอเมริกา

๕.๒ สินค้าทุกชิ้นต้องบรรจุในถุงหรือกล่องปิดมิดชิด

๕.๓ ในวันทำการเปิดซองประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ยื่นซองฯ จะต้องนำอุปกรณ์หรือภาพถ่ายที่เป็นภาพสีมองเห็นภาพชัดเจนมาให้คณะกรรมการเปิดซองตรวจสอบคุณลักษณะของอุปกรณ์เพื่อเลือกอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน

๕.๔ หากอุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐาน ชำรุดก่อนการใช้งานทางบริษัทหรือผู้แทนจำหน่ายจะต้องเปลี่ยนหรือแก้ไขสินค้าให้ใหม่โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ทั้งสิ้น

๕.๕ อุปกรณ์ที่ได้รับการพิจารณาหากบริษัทจัดส่งให้กับทางโรงพยาบาลมีคุณสมบัติที่แตกต่างไปจากตัวอย่างที่คณะกรรมการเก็บไว้เปรียบเทียบ ทางบริษัทจะต้องรับผิดชอบในการนำกลับคืนและจัดส่งอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติเหมือนกับตัวอย่างมาทดแทนโดยเร็วโดยไม่คิดมูลค่าใดๆทั้งสิ้น

ประเภทที่ ๔ ชุดขาเทียมระดับข้อเข่าแบบแกนใน จำนวน ๒ รายการ

๑. ความต้องการ

ชุดขาเทียมระดับเหนือเข่าแบบแกนใน

๒. วัตถุประสงค์ของการใช้งาน

ใช้ในการผลิตขาเทียมระดับเหนือเข่าแบบแกนใน

๓. คุณลักษณะเฉพาะทั่วไป

ประกอบด้วยอุปกรณ์ / แยกชิ้นส่วน ดังต่อไปนี้

- ข้อเข่าเทียมชนิด ๔ Bar Knee Joint
- แกนหน้าแข้ง พร้อมตัวยึด
- ตัวต่อยึดเข้ากับหน้าแข้งเทียม
- ตัวจับเบ้าระดับเหนือเข่า
- ข้อเท้าแบบแกนเดี่ยว
- เท้าเทียม Single Axis มีขนาดตั้งแต่เบอร์ ๒๒,๒๓,๒๔,๒๕,๒๖,๒๗ มีข้างซ้ายและข้างขวา
- โฟมหุ้มระดับเหนือเข่า
- ถังน่องสำหรับระดับเหนือขาเทียม
- สายเข็มขัดขาเทียมเหนือเข่า
- แป้นน็อตยึดสายเข็มขัดขาเทียม

๔. คุณสมบัติ/ข้อบ่งชี้

ใช้ในการผลิตขาเทียมระดับเหนือเข่าแบบแกนใน

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

๕.๑ เป็นผลิตภัณฑ์จากทวีปเอเชีย ทวีปยุโรป หรือทวีปอเมริกา

๕.๒ สินค้าทุกชิ้นต้องบรรจุในถุงหรือกล่องปิดมิดชิด

๕.๓ ในวันทำการเปิดซองประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ยื่นซองฯ จะต้องนำอุปกรณ์หรือภาพถ่ายที่เป็นภาพสีมองเห็นภาพชัดเจนมาให้คณะกรรมการเปิดซองตรวจสอบคุณลักษณะของอุปกรณ์เพื่อเลือกอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน

๕.๔ หากอุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐาน ชำรุดก่อนการใช้งานทางบริษัทหรือผู้แทนจำหน่ายจะต้องเปลี่ยนหรือแก้ไขสินค้าให้ใหม่โดยไม่คิดมูลค่าใดๆทั้งสิ้น

๕.๕ ผู้ยื่นซองประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ต้องเป็นผู้นำเข้าพร้อมมีเอกสารทางการค้ากับต่างประเทศ นำเข้าอย่างถูกต้องและผ่านขั้นตอนปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการประเทศไทย

๕.๖ อุปกรณ์ที่ได้รับการพิจารณาหากบริษัทจัดส่งให้กับทางโรงพยาบาลมีคุณสมบัติที่แตกต่างไปจากตัวอย่างที่คณะกรรมการเก็บไว้เปรียบเทียบ ทางบริษัทจะต้องรับผิดชอบในการนำกลับคืนและจัดส่งอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติเหมือนกับตัวอย่างมาทดแทนโดยเร็วโดยไม่คิดมูลค่าใดๆทั้งสิ้น

ประเภทที่ ๕ ชุดขาเทียมระดับข้อเข่าแบบแกนใน จำนวน ๒ รายการ

๑. ความต้องการ

ชุดขาเทียมระดับข้อเข่าแบบแกนใน

๒. วัตถุประสงค์ของการใช้งาน

ใช้ในการผลิตขาเทียมระดับข้อเข่าแบบแกนใน

๓. คุณลักษณะเฉพาะทั่วไป

ประกอบด้วยอุปกรณ์ / แยกชิ้นส่วน ดังต่อไปนี้

- ข้อเข่าเทียมชนิด ๔ Bar Knee Joint
- แกนหน้าแข้ง พร้อมตัวยึด
- ตัวต่อยึดเข้ากับหน้าแข้งเทียม
- ตัวจับเบ้าระดับข้อเข่า
- ข้อเท้าแบบแกนเดี่ยว
- เท้าเทียมแบบ Single Axis มีขนาดตั้งแต่เบอร์ ๒๒,๒๓,๒๔,๒๕,๒๖,๒๗ มีข้างซ้ายและข้างขวา
- โฟมหุ้มระดับข้อเข่า
- ถังน่องสำหรับระดับข้อเข่าเทียม
- สายเข็มขัดขาเทียมเหนือเข่า
- แป้นน็อตยึดสายเข็มขัดขาเทียม

๔. คุณสมบัติ/ข้อบ่งชี้

ใช้ในการผลิตขาเทียมระดับข้อเข่าแบบแกนใน

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

- ๕.๑ เป็นผลิตภัณฑ์จากทวีปเอเชีย ทวีปยุโรป หรือทวีปอเมริกา
- ๕.๒ สินค้าทุกชิ้นต้องบรรจุในถุงหรือกล่องปิดมิดชิด
- ๕.๓ ในวันทำการเปิดของประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ยื่นซองฯ จะต้องนำอุปกรณ์หรือภาพถ่ายที่เป็นภาพสีมองเห็นภาพชัดเจนมาให้คณะกรรมการเปิดของตรวจสอบคุณลักษณะของอุปกรณ์เพื่อเลือกอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน
- ๕.๔ ผู้ยื่นซองประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ต้องเป็นผู้นำเข้าพร้อมมีเอกสารทางการค้ากับต่างประเทศ นำเข้าอย่างถูกต้องและผ่านขั้นตอนปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการประเทศไทย
- ๕.๕ อุปกรณ์ที่ได้รับการพิจารณาทางคณะกรรมการอาจจะหรือขอเก็บไว้เป็นตัวอย่าง ๑ ชิ้น เพื่อนำไปเปรียบเทียบกับอุปกรณ์ที่ทำการส่งมอบ
- ๕.๖ อุปกรณ์ที่ได้รับการพิจารณาหากบริษัทจัดส่งให้กับทางโรงพยาบาลมีคุณสมบัติที่แตกต่างไปจากตัวอย่างที่คณะกรรมการเก็บไว้เปรียบเทียบ ทางบริษัทจะต้องรับผิดชอบในการนำกลับคืนและจัดส่งอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติเหมือนกับตัวอย่างมาทดแทนโดยเร็วโดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ทั้งสิ้น

ประเภทที่ ๖ ฝ่าเท้าเทียมนิ้วเท้าแยก จำนวน ๑๐ รายการ

๑. ความต้องการ

เท้าเทียมชนิด SACH Foot

๒. วัตถุประสงค์ของการใช้งาน

ใช้เป็นส่วนประกอบในการผลิตขาเทียมระดับต่างๆ

๓. คุณลักษณะเฉพาะทั่วไป

- ๓.๑ โครงสร้างภายนอก ทำจากวัสดุที่มีความยืดหยุ่น ทนทาน สวยงาม ผิวเรียบ มีรูปร่างเหมือนเท้า มีนิ้วเท้า ๕ นิ้ว และมีผิวสัมผัสเหมือนใกล้เคียงเนื้อ
- ๓.๒ โครงสร้างภายในประกอบด้วย Keel ทำจากไม้/พลาสติก มีความแข็งแรงทนทาน ส่วยปลายด้านที่ชี้ไปยังปลายเท้ามีลักษณะมน มีสายพานทำจากผ้าใบ วางพาดด้านใต้ของ Keel มาทางส่วนหน้าของเท้า โดยยึดอยู่กับ Keel อย่างแข็งแรง มีแหวนโลหะ ยึดติดกับ Keel เพื่อรับกับน็อต สำหรับยึดเท้าเทียมกับ Adapter
- ๓.๓ มีรูตามแนวตั้งตรงกลางแนวข้อเท้า เพื่อใส่น็อตสำหรับขันยึดติดกับเท้าเทียม
- ๓.๔ มีความสูงของสันเท้าจากพื้นประมาณ ๑๐ มิลลิเมตร เมื่อวัดโดยวางเท้าในแนวระนาบ ให้ปลายเท้าและฝ่าเท้าแนบไปกับพื้น
- ๓.๕ เท้ามีขนาดตั้งแต่เบอร์ ๒๒,๒๓,๒๔,๒๕,๒๖,๒๗ มีข้างซ้ายและข้างขวา

๔. คุณสมบัติ/ข้อบ่งชี้

ใช้เป็นส่วนประกอบในการผลิตและซ่อมขาเทียมระดับต่างๆ

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

- ๕.๑ เป็นผลิตภัณฑ์จากทวีปเอเชีย ทวีปยุโรป หรือทวีปอเมริกา
- ๕.๒ ในวันทำการเปิดของประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ยื่นซองฯ จะต้องนำอุปกรณ์มาให้คณะกรรมการเปิดของตรวจสอบคุณลักษณะของอุปกรณ์เพื่อเลือกอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน
- ๕.๓ หากอุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐาน ชำรุดก่อนการใช้งานทางบริษัทหรือผู้แทนจำหน่ายจะต้องเปลี่ยนหรือแก้ไขสินค้าให้ใหม่โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ทั้งสิ้น

๕.๔ ผู้ยื่นขอประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ต้องเป็นผู้นำเข้าพร้อมมีเอกสารทางการค้ากับต่างประเทศ นำเข้าอย่างถูกต้องและผ่านขั้นตอนปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการประเทศไทย

๕.๕ อุปกรณ์ที่ได้รับการพิจารณาหากบริษัทจัดส่งให้กับทางโรงพยาบาลมีคุณสมบัติที่แตกต่างไปจากตัวอย่างที่คณะกรรมการเก็บไว้เปรียบเทียบ ทางบริษัทจะต้องรับผิดชอบในการนำกลับคืนและจัดส่งอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติเหมือนกับตัวอย่างมาทดแทนโดยเร็วโดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ทั้งสิ้น

ประเภทที่ ๗ ไม้ค้ำยันแบบไม้ จำนวน ๑๑ รายการ

๑. ความต้องการ

ไม้ค้ำยันชนิดทำจากไม้

๒. วัตถุประสงค์ของการใช้งาน

ใช้ในการค้ำยันพุงขาและลำตัว

๓. คุณลักษณะเฉพาะทั่วไป

- ๓.๑ ทำจากไม้เนื้อแข็งอบแห้งมีน้ำหนักเบาแข็งแรง
- ๓.๒ ทาหัตด้วยแล็กเกอร์สีงาช้างได้จากความมันวาวของไม้
- ๓.๓ ส่วนประกอบเนื้อไม้เป็นสีเดียวกัน ทำจากไม้ชนิดเดียวกัน
- ๓.๔ ปรับสูงต่ำได้โดยมีรูปรับในตำแหน่งของมือจับไม่น้อยกว่า ๓ รูและมีรูปรับในส่วนของโครงไม้ส่วนฐาน จำนวนอย่างน้อย ๘ รู
- ๓.๕ มือจับทำด้วยไม้กึ่งกลมกลางและเรียวยอกทางด้านข้างมีความยาวไม่น้อยกว่า ๑๐ เซนติเมตร
- ๓.๖ ที่รองรักแร้หุ้มด้วยฟองน้ำหุ้มด้วยหนังเทียมคุณภาพที่ดีมีคุณภาพ มีความยาวไม่น้อยกว่า ๗ นิ้ว
- ๓.๗ ขนาดความหนาของโครงเนื้อไม้ (ไม้ข้าง) ไม่น้อยกว่า $\frac{1}{2}$ นิ้ว และมีความกว้างของโครงเนื้อไม้ (ไม้กลาง) ไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว
- ๓.๘ มีลูกยางคุณภาพดีที่มีความเหนียวยืดหยุ่นดีไม่ฉีกขาดง่ายสวมที่ปลายไม้อย่างแน่นหนา
- ๓.๙ มีหมายเลขบอกขนาดของไม้ติดไว้ที่ไม้กลางทั้งสองข้าง
- ๓.๑๐ มีหลายขนาดให้เลือก

๔. คุณสมบัติ/ข้อบ่งชี้

ใช้เพื่อค้ำยันพุงขาและลำตัวในการเดิน เพื่อบรรเทาอาการปวด เคล็ด ขัดยอกของขาและลำตัวอันเนื่องจากการได้รับบาดเจ็บและกระดูกขาหัก

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

- ๕.๑ เป็นผลิตภัณฑ์จากทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา หรือประเทศไทย
- ๕.๒ สินค้าทุกชิ้นต้องบรรจุในถุงมิดชิดหรือมัดแน่นเป็นมัดเพื่อความสะดวกในการจกเก็บและเคลื่อนย้าย
- ๕.๓ ในวันทำการเปิดซองประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ยื่นขอฯ จะต้องนำอุปกรณ์หรือภาพถ่ายที่เป็นภาพสีมองเห็นภาพชัดเจนมาให้คณะกรรมการเปิดซองตรวจสอบคุณลักษณะของอุปกรณ์เพื่อเลือกอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน

๕.๔ หากอุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐาน ชำรุดก่อนการใช้งานทางบริษัทหรือผู้แทนจำหน่ายจะต้องเปลี่ยนหรือแก้ไขสินค้าให้ใหม่โดยไม่คิดมูลค่าใดๆทั้งสิ้น

๕.๕ อุปกรณ์ที่ได้รับการพิจารณาทางคณะกรรมการอาจจะหรือขอเก็บไว้เป็นตัวอย่าง ๑ ชิ้น เพื่อนำไปเปรียบเทียบกับอุปกรณ์ที่ทำการส่งมอบ

๕.๖ อุปกรณ์ที่ได้รับการพิจารณาหากบริษัทจัดส่งให้กับทางโรงพยาบาลมีคุณสมบัติที่แตกต่างไปจากตัวอย่างที่คณะกรรมการเก็บไว้เปรียบเทียบ ทางบริษัทจะต้องรับผิดชอบในการนำกลับคืนและจัดส่งอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติเหมือนกับตัวอย่างมาทดแทนโดยเร็วโดยไม่คิดมูลค่าใดๆทั้งสิ้น