

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
กระบอกฉีดยาชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง จำนวน ๕ รายการ

- รายการที่ ๑ Syringe Disposable ๓ cc.
- รายการที่ ๒ Syringe Disposable ๕ cc.
- รายการที่ ๓ Syringe Disposable ๕๐ cc.
- รายการที่ ๔ Syringe Disposable ๑๐ cc.
- รายการที่ ๕ Syringe Disposable ๒๐ cc.

๑.คุณลักษณะทั่วไป

มีส่วนประกอบสำคัญ ๓ ส่วน คือก้านฉีดยา กระบอกฉีดยา และหัวสูบล

๒.คุณลักษณะเฉพาะ

๒.๑ ส่วนของกระบอกฉีดยา ทำจากสารpolypropylene (Medical Grade) ชนิดโปร่งใส ทำให้สามารถมองเห็น

ระดับยาในกระบอกฉีดยาและตรวจหาสิ่งแปลกปลอมและฟองอากาศได้ง่าย

- ไม่เป็นพิษและไม่ทำปฏิกิริยากับยาทุกชนิด
- มีเครื่องหมายบอกปริมาตร ชัดเจน
- ตัวเลขและขีดบอกปริมาตรชัดเจน ไม่หลุดลอกและอ่านง่าย
- Syringe ขนาด ๑๐,๒๐,๕๐ cc สามารถใช้กับเครื่องได้ Syringe Pump ที่ใช้ในโรงพยาบาลได้ด้วยความสะดวก

๒.๒ ก้านฉีดยา (Plunger) ทำจากพลาสติก (Medical Grade) ซึ่งไม่เป็นพิษและไม่ทำปฏิกิริยากับยาทุกชนิด

๒.๓ ยางติดปลายก้านฉีดยา(Gasket)

- ทำจากยางสังเคราะห์พิเศษ (Medical Grade) ซึ่งไม่เป็นพิษและไม่ทำปฏิกิริยากับยาหรือสารน้ำทุกชนิด
- ลูกยางหนา ป้องกันไม่ให้ก้านฉีดยาหลุดจากกระบอกฉีดยาได้ง่าย ป้องกันอากาศซึมผ่าน และการรั่วไหลของน้ำยา
- เป็น Latex Free Product (ไม่มีส่วนประกอบของน้ำยางธรรมชาติ)

(ลงชื่อ)..... ..... ประธานกรรมการ

(นางสาวบังอร สิงห์แก้ว) โรงพยาบาลวิชาวชิพชำนาญการพิเศษ 

(ลงชื่อ)..... ..... กรรมการ

(นางนิตยา ทรายทอง) โรงพยาบาลวิชาวชิพชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)..... ..... กรรมการ

(นางสาวนุชจรี ไสยสมบัติ) โรงพยาบาลวิชาวชิพชำนาญการพิเศษ

๒.๔ การบรรจุและการทำให้ปราศจากเชื้อ

๒.๔.๑ ทำให้ปราศจากเชื้อ

๒.๔.๒ กระบอกลดเวลา บรรจุของละ ๑ ชุด

๒.๔.๓ ของบรรจุระบุวันที่ผลิต วันหมดอายุ เลขที่ผลิตไว้ที่ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้น และบนกล่องสินค้า

๒.๔.๔ ผลิตภัณฑ์มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า ๒ ปี นับจากวันผลิต (วันหมดอายุของผลิตภัณฑ์ต้องไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับจากวันส่งมอบ)

๒.๔.๕ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากสถาบัน ที่สากลยอมรับ (ISO) จากโรงงานผู้ผลิต

๒.๔.๖ มีเอกสารผลการวิเคราะห์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

๒.๔.๗ ได้รับเครื่องหมาย ออย. หรือ มอก. หรือมีหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ มอก. (กรณีผลิตในประเทศ) และหนังสือรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อื่นๆ (กรณีนำเข้าจากต่างประเทศ)

๓. เงื่อนไขเพิ่มเติม

บริษัทต้องประกันคุณภาพสินค้าที่ส่งมอบตลอดระยะเวลาตามสัญญา มิฉะนั้นคณะกรรมการทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะยกเลิกสัญญา

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(นางสาวบุ๋มอร สิงห์แก้ว) พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นางนิตยา ทรายทอง) พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นางสาวนุชจรี ไสยสมบัติ) พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ