

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
สารละลายสำหรับห้ามเลือด (Flo seal ๕ cc.)


๑. คุณสมบัติเฉพาะ


- ๑.๑ วัสดุประกอบด้วย Bovine-derived Cross linked Gelatin matrix ๕ ml และ Human-derived Thrombin ๒,๕๐๐ IU/๕ ml
- ๑.๒ รูปแบบของยา (Dosage Form) Sterile paste for topical use มีขนาดบรรจุ ๕ ml และ ๑๐ ml
- ๑.๓ ใช้ในการผ่าตัดทุกชนิด ยกเว้น การผ่าตัดทางด้านจักษุ โดยใช้เป็นสารช่วยในการห้ามเลือดเมื่อการห้ามเลือดด้วยวิธีปกติไม่ได้ผลหรือได้ผลไม่สมบูรณ์
- ๑.๔ วัสดุเป็นของเหลว มีอุปกรณ์สำหรับผสมสารละลายและฉีดเข้าไปในตำแหน่งต่าง ๆ รอบ ๆ เนื้อเยื่อ เพื่อห้ามเลือด
- ๑.๕ สามารถห้ามเลือดได้ตั้งแต่ Oozing to Spurting และสามารถใช้ได้ pool bleeding
- ๑.๖ สามารถหยุดการไหลของเลือดได้ใน ๒ นาทีและหยุดได้ร้อยละ ๙๗ ภายใน ๖ - ๑๐ นาที
- ๑.๗ มีการตรวจหาเชื้อไวรัส Hepatitis A, Hepatitis B, Hepatitis C, HIV โดยวิธี ELA และ PCR เพื่อให้ความมั่นใจในความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และได้มาตรฐาน QSEAL

๒. เงื่อนไขเฉพาะ

- ๒.๑ บรรจุหีบและห่อทำการบรรจุในช่องที่ปราศจากเชื้อ และใช้ได้ทันที
- ๒.๒ รับประกันสินค้าอย่างน้อย ๓ เดือน นับจากวันส่งสินค้า
- ๒.๓ เป็นบริษัทที่เป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงของผลิตภัณฑ์ที่จะขายโดยนำเอกสารมาแสดง
- ๒.๔ มีหลักฐานการขายวัสดุดังกล่าวให้โรงเรียนแพทย์อย่างน้อย ๓ แห่งและสถานพยาบาลของรัฐอื่น ๆ
- ๒.๕ จัดทะเบียนมาแล้วไม่ต่ำกว่า ๑ ปี

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการฯ
(นางสาววันทนีย์ คุปวานิชพงษ์) พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ


(ลงชื่อ)..........กรรมการฯ
(นางสาวจินตนา ชินาภา) พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ


(ลงชื่อ)..........กรรมการฯ
(นางสาววิวรรธน์ สารธรรม) พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
 รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของชุดเครื่องมือสำหรับผ่าตัด
 (Craniotome Medium ๑.๖ มม.) Hi-Spede ไฟฟ้า

๑. วัตถุประสงค์ เพื่อใช้สำหรับการผ่าตัด
๒. คุณสมบัติทั่วไป เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตจากเหล็กกล้าไร้สนิม (Stainless Steel) และสามารถทำให้ปราศจากเชื้อด้วยวิธีการนึ่งไอน้ำแรงดันสูงได้ (Autoclave) โดยไม่ทำให้อุปกรณ์ได้รับความเสียหาย
๓. คุณสมบัติเฉพาะ

๓.๖. อุปกรณ์สำหรับหนีบจับเนื้อเยื่อ แบบ Baccock ขนาด ๑๖๐ มิลลิเมตร	จำนวน ๑๐ อัน
๓.๗. อุปกรณ์สำหรับหนีบห้ามเลือดแบบ Halsted-Mosquito ปลายตรง ขนาด ๑๒๐ มิลลิเมตร	จำนวน ๑๐ อัน
๓.๘. อุปกรณ์สำหรับหนีบห้ามเลือดแบบ Crile-Ranking ปลายโค้ง ขนาด ๑๖๐ มิลลิเมตร	จำนวน ๓๐ อัน
๔. เงื่อนไขเฉพาะ
 - ๔.๑. รับประกันคุณภาพสินค้า ๑ ปี
 - ๔.๒. เป็นสินค้าใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการฯ
 (นางสาววันทนีย์ คุพานิชพงษ์) พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)..........กรรมการฯ
 (นางสาวจินตนา ชินนากษา) พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)..........กรรมการฯ
 (นางสาววิวรรธน์ สารธรรม) พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี


รายละเอียดคุณลักษณะ


ชุดเครื่องมือสำหรับผ่าตัด (Twist Drill flat, extra short ๑.๕ mm. PD)

๑. วัตถุประสงค์ เป็นวัสดุทางการแพทย์เพื่อเจาะกระดูกขนาดเล็ก เช่น กระโหลกศีรษะ หรือ กระดูกใบหน้า เป็นต้น ใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าความเร็วสูง
๒. คุณสมบัติทั่วไป
 - ๒.๑ บรรจุภัณฑ์ของสินค้าเป็นแบบปราศจากเชื้อพร้อมใช้งาน โดยไม่ต้องนึ่งฆ่าเชื้อมาก่อนใช้
 - ๒.๒ สามารถต่อประกอบกับอุปกรณ์เดิมที่ทางโรงพยาบาลมีอยู่แล้วได้ โดยไม่ต้องมีอุปกรณ์ใดๆ ต่อประกอบเพิ่มเติม
๓. คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค

ดอกสว่านขนาดเล็กก้านกลม ขนาดดอกสว่านไม่น้อยกว่า ๑.๕ มิลลิเมตร จำนวน ๑ อัน
๔. เงื่อนไขเฉพาะ
 - ๔.๑ เป็นอุปกรณ์ใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน
 - ๔.๒ ผู้จำหน่ายต้องมีหนังสือรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่าย
 - ๔.๓ ต้องได้รับความพึงพอใจจากการประเมินการใช้งานจากผู้ใช้งาน

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการฯ
(นางสาววันทนีย์ คุปวานิชพงษ์) พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)..........กรรมการฯ
(นางสาวจินตนา ชินาภาฯ) พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ


(ลงชื่อ)..........กรรมการฯ
(นางสาววิรวรรณ สารธรรม) พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
 ตลับบรรจุเย็บตัดต่อลำไส้แบบตรง TCR ๗๕ มม.


1. คุณสมบัติ เป็นไส้ตัวตัดเย็บเนื้อเยื่อหรืออวัยวะต่าง ๆ ในแนวตรง ในการใช้งานต้องบรรจุไส้นี้ลงใน
 ส่วน Cartridge Half ของตัวตัดเย็บเนื้อเยื่อ 75 มม. (Proximate Linear Cutter 75 mm.)

2. คุณลักษณะ

- ๒.๑ ไส้ตัวตัดเย็บเนื้อเยื่อในแนวตรงนี้จะมีร่องสำหรับบรรจุตัวเย็บจำนวนทั้งสิ้น ๗๖ ร่องสำหรับตัว
 เย็บ ๗๖ ตัว โดยร่องจะเรียงสับหว่างกันฝั่งละ ๒ แถว โดยตรงกลางจะมีร่องยาว ๗๓ มม.
 สำหรับใบมีดวิ่งเพื่อตัดเนื้อเยื่อซึ่งใบมีดจะมาสิ้นสุดที่มุมปลายร่อง ทำให้ได้ แนวตัด (Cut
 line) ๗๓ มม. แนวตัวเย็บ (Staple line) ๗๗ มม.
- ๒.๒ ตัวเย็บซึ่งบรรจุในร่องทำด้วยไทเทเนียม
- ๒.๓ ไส้ตัวตัดเย็บนี้บรรจุแบบปลอดเชื้อ (Sterile Pack)
- ๒.๔ TCR ๗๕ เป็นไส้ตัวตัดเย็บไฟฟ้าสำหรับตัดเย็บเนื้อเยื่อทั่วไปที่มีความหนาประมาณ ๑.๕ มม.

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการฯ
 (นางสาววันทนีย์ คุปวานิชพงษ์) พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)..........กรรมการฯ
 (นางสาวจินตนา ชินาภา) พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)..........กรรมการฯ
 (นางสาววิรรณ สาระธรรม) พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
 ตลับบรรจุเย็บตัดต่อลำไส้แบบตรง TRT ๗๕ มม.


๑. คุณสมบัติ


เป็นไส้ตัวตัดเย็บเนื้อเยื่อหรืออวัยวะต่าง ๆ ในแนวตรง ในการใช้งานต้องบรรจุไส้นี้ลงไปในส่วน Cartridge Half ของตัวตัดเย็บเนื้อเยื่อ ๗๕ มม. (Proximate Linear Cutter ๗๕ mm.)

๒. คุณลักษณะ

- ๒.๑. ไส้ตัวตัดเย็บเนื้อเยื่อในแนวตรงนี้จะมีร่องสำหรับบรรจุตัวเย็บจำนวนทั้งสิ้น ๗๖ ร่องสำหรับตัวเย็บ ๗๖ ตัว โดยร่องจะเรียงสับหว่างกันฝั่งละ ๒ แถว โดยตรงกลางจะมีร่องยาว ๗๓ มม. สำหรับใบมีดวิ่งเพื่อตัดเนื้อเยื่อซึ่งใบมีดจะมาถึงที่สุดที่หมดปลายร่อง ทำให้ได้ แนวตัด (Cut line) ๗๓ มม. แนวตัวเย็บ (Staple line) ๗๗ มม.
- ๒.๒. ตัวเย็บซึ่งบรรจุในร่องทำด้วยไทเทเนียม
- ๒.๓. ไส้ตัวตัดเย็บนี้บรรจุแบบปลอดเชื้อ (Sterile Pack)
- ๒.๔. TRT๗๕ เป็นไส้ตัวตัดเย็บสีเขียวสำหรับตัดเย็บเนื้อเยื่อที่มีความหนาประมาณ ๒.๐ มม.

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการฯ
 (นางสาววันทนีย์ คุวานิชพงษ์) พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)..........กรรมการฯ
 (นางสาวจินตนา ชินนภาพ) พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)..........กรรมการฯ
 (นางสาววิวรรธน์ สารธรรม) พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ