โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

คุณลักษณะเฉพาะเลนส์กล้องส่องตรวจสำหรับผ่าตัดภายในช่องท้อง

1. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ใช้สำหรับส่องตรวจเพื่อการผ่าตัดในช่องท้อง สำหรับประกอบการผ่าตัดประกอบการผ่าตัดด้วยกล้องวิดีทัศน์โดยการแสดงภาพออกทางจอรับภาพ

2. คุณสมบัติทั่วไป ประกอบด้วย

2.1. กล้องส่องตรวจภายในช่องท้องชนิด 10 มม. จำนวน 1 ตัว

3. คุณสมบัติทางเทคนิค

3.1 กล้องส่องขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 10 มม.

3.2 ความยาวของเลนซ์ไม่น้อยกว่า 300 มม.

3.3 เลนซ์ภายในตัวกล้องเป็นชนิดแท่ง นำแสงส่องมองภาพได้สว่างสม่ำเสมอเท่ากัน ตั้งแต่ตรงกลางถึงขอบภาพ หน้าตัดเลนซ์ (objective lens) ลาดเอียงทำมุม 0 องศา สามารถนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำได้ (Autoclavable) หรือแช่ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อได้

4. เงื่อนไขเฉพาะ

4.1 เป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิต

4.2 รับประกันคุณภาพสินค้า เป็นเวลา 1 ปี นับจากวันส่งมอบ

4.3 เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศในทวีปยุโรป , อเมริกา หรือประเทศไทย

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ
(นายปรีดา อิทธิธรรมบูรณ์) ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลฝ่ายการแพทย์

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ
(นายเจนฤทธิ์ วิตตะ) นายแพทย์เชี่ยวชาญ

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ
(นายไพวัณ วัฒนราษฎร์) นายแพทย์ชำนาญการ