

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
สายสวนหลอดเลือดดำชั่วคราว ขนาด ๑๑ FR x ๑๙ - ๒๐ Cms. แบบตรง

ข้อบ่งใช้ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้แทงเส้นเลือดดำ (Central Venous Veins) เพื่อใช้เป็นท่อสำหรับนำเลือด
ออกมาฟอก สำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาไตวาย

คุณลักษณะเฉพาะของเวชภัณฑ์

๑. ตัว Catheter มีความอ่อนนุ่มขึ้นเมื่อสัมผัสกับอุณหภูมิของเลือดในร่างกาย (Thermosensitive)
๒. มีการวางท่อ ๒ ท่อ ภายใน Catheter
๓. มี Side Holes จำนวนมากทั้ง arterial uptake ports และ venous return ports เพื่อให้ blood flow rate สูงขึ้น ทำให้มีประสิทธิภาพในการรักษามากขึ้นและมีอายุการใช้งานที่นานขึ้น
๔. ส่วนปลาย (Tip) ออกแบบให้โค้งเป็นพิเศษเพื่อป้องกันการเกิด Vessel Trauma และถูกออกแบบให้มีปลายเรียว ทำให้ใส่ง่าย เป็นส่วนที่มีคุณสมบัติ Radiopaque
๕. มี Priming volume พิมพ์ไว้บน extensions อย่างชัดเจน และมี inline plastic clamp อยู่บน extensions ทั้ง ๒ ข้าง เพื่อใช้ในการเปิด - ปิด catheter
๖. Suture wing ทำด้วยพลาสติก สามารถหมุน catheter ได้ ๓๖๐ องศา
๗. Catheter ถูกบรรจุอยู่ในชุดปราศจากเชื้อ พร้อมอุปกรณ์ในการใส่ ดังนี้
 - a. Catheter Size ๑๑ - ๑๑.๕ Fr
 - b. ๑๘ g Introducer Needle
 - c. J/Straight Guidewire
 - d. Dilator
 - e. Sealing Caps
๘. ผ่านการทำให้ปลอดเชื้อ
๙. หนีบท่อของสินค้าด้านนอกระบุวันที่ผลิต วันหมดอายุ และ lot การผลิต

(ลงชื่อ).......... ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).......... กรรมการ (ลงชื่อ).......... กรรมการ
(นายพิเชฐ หล่อวินจันท์) (นางสาวอังคณา เผ่าผา) (นางกัณติชา ธนทอง)
นายแพทย์ชำนาญการ นายแพทย์ชำนาญการ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
สายสวนหลอดเลือดดำชั่วคราว ขนาด ๑๑.๕ FR x ๑๒ Cms. แบบโค้ง

ข้อบ่งใช้ เป็นอุปกรณ์ที่ใส่แทงเส้นเลือดดำ (Central Venous Veins) เพื่อใช้เป็นท่อสำหรับ
นำเลือดออกมาฟอก สำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาไตวาย

คุณลักษณะเฉพาะของเวชภัณฑ์

๑. ตัว Catheter จะมีความอ่อนนุ่มขึ้นเมื่อสัมผัสกับอุณหภูมิของเลือดในร่างกาย (Thermosensitive)
๒. มีการวางท่อ ๒ ท่อ ภายใน Catheter
๓. มี Side Holes จำนวนมากทั้ง arterial uptake ports และ venous return ports เพื่อให้ blood flow rate สูงขึ้น ทำให้มีประสิทธิภาพในการรักษามากขึ้นและมีอายุการใช้งานที่นานขึ้น
๔. ส่วนปลาย (Tip) ออกแบบให้นุ่มเป็นพิเศษเพื่อป้องกันการเกิด Vessel Trauma และถูกออกแบบให้มีปลายเรียว ทำให้ใส่ได้ง่าย เป็นส่วนที่มีคุณสมบัติ Radiopaque
๕. ในส่วนของ extensions เป็นชนิดโค้ง เมื่อแทงสอดใส่เส้นเลือดแล้วทำมุมโค้งงอ แนบกับ Chest wall ทำด้วย Silicone ชนิดใส มี Priming volume พิมพ์ไว้บน extensions อย่างชัดเจน และมี inline plastic clamp อยู่บน extensions ทั้ง ๒ ข้าง เพื่อใช้ในการเปิด - ปิด catheter
๖. Suture wing ทำด้วยพลาสติก สามารถหมุน catheter ได้ ๓๖๐ องศา เมื่อทำการสอดใส่เส้นเลือดแล้ว ตำแหน่ง Suture จะอยู่ที่ Clavicle
๗. Catheter ถูกบรรจุอยู่ในชุดปราศจากเชื้อ พร้อมอุปกรณ์ในการใส่ ดังนี้
 - a. Catheter Size ๑๑ - ๑๑.๕ Fr
 - b. ๑๘ g Introducer Needle
 - c. J/Straight Guidewire
 - d. Dilator
 - e. Sealing Caps
๘. ผ่านการทำให้ปลอดเชื้อ
๙. หีบห่อของสินค้าด้านนอกระบุวันที่ผลิต วันหมดอายุ และ lot การผลิต

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ (ลงชื่อ)..... กรรมการ (ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายพิเชฐ หล่อวินจันท์) (นางสาวอังคณา เผ่าผา) (นางกัญติขา ธนุทอง)
นายแพทย์ชำนาญการ นายแพทย์ชำนาญการ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
สายสวนหลอดเลือดดำชั่วคราว ขนาด ๑๑.๕ FR x ๑๕ Cms แบบโค้ง

ข้อบ่งใช้ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้แทงเส้นเลือดดำ (Central Venous Veins) เพื่อใช้เป็นท่อสำหรับนำเลือด
ออกมาฟอก สำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาไตวาย

คุณลักษณะเฉพาะของเวชภัณฑ์

๑. ตัว Catheter มีความอ่อนนุ่มขึ้นเมื่อสัมผัสกับอุณหภูมิของเลือดในร่างกาย (Thermosensitive)
๒. มีการวางท่อ ๒ ท่อ ภายใน Catheter
๓. มี Side Holes จำนวนมากทั้ง arterial uptake ports และ venous return ports เพื่อให้ blood flow rate สูงขึ้น ทำให้มีประสิทธิภาพในการรักษามากขึ้นและมีอายุการใช้งานที่นานขึ้น
๔. ส่วนปลาย (Tip) ออกแบบให้นุ่มเป็นพิเศษเพื่อป้องกันการเกิด Vessel Trauma และถูกออกแบบให้มีปลายเรียว ทำให้ใส่ง่าย เป็นส่วนที่มีคุณสมบัติ Radiopaque
๕. ในส่วนของ extensions เป็นชนิดโค้ง เมื่อแทงสอดใส่เส้นเลือดแล้วทำมุมโค้งแนบกับ Chest wall ทำด้วย Silicone ชนิดใส มี Priming volume พิมพ์ไว้บน extensions อย่างชัดเจน และมี inline plastic clamp อยู่บน extensions ทั้ง ๒ ข้าง เพื่อใช้ในการเปิด - ปิด catheter
๖. Suture wing ทำด้วยพลาสติก สามารถหมุน catheter ได้ ๓๖๐ องศา เมื่อทำการสอดใส่เส้นเลือดแล้ว ตำแหน่ง Suture จะอยู่ที่ Clavicle
๗. Catheter ถูกบรรจุอยู่ในชุดปราศจากเชื้อ ๒ ชั้น พร้อมอุปกรณ์ในการใส่ ดังนี้
 - a. Catheter Size ๑๑ - ๑๑.๕ Fr
 - b. ๑๘ g Introducer Needle
 - c. J/Straight Guidewire
 - d. Dilator
 - e. Sealing Caps
๘. ผ่านการทำให้ปลอดเชื้อ
๙. หีบห่อของสินค้าด้านนอกระบุวันที่ผลิต วันหมดอายุ และ lot การผลิต

(ลงชื่อ).......... ประธานกรรมการ (ลงชื่อ)..... กรรมการ (ลงชื่อ).......... กรรมการ
(นายพิเชฐ ทล่อวินจันท์) (นางสาวอังคณา เผ่าผา) (นางกันติชา รุ่งทอง)
นายแพทย์ชำนาญการ นายแพทย์ชำนาญการ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ